

## Laporan Kalibrasi ECG

No. Label : 366633

### A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Petang II
2. Merk : Bionet
3. Tipe : Cardio 7
4. No. Seri : T7P1100114
6. Resolusi : 0.1

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : UGD
2. Tanggal Kalibrasi : 18 Juli 2022
3. Tanggal Penerimaan Alat : 18 Juli 2022

### C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.9 ± 0.2 °C
2. Kelembaban Relatif : 52.6 ± 2.4 % RH

### D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Model/Type : ESA 612, S/N : 3975444 (Tertelusur ke LK - 110-IDN)
2. Thermohygrometer, Merk:Sanfix , Model/Type : TH-308A S/N : - (Tertelusur ke LK-053-IDN)
3. Mistar Baja, Merk : Krisbow, Model/Type : KW01-051, S/N : - (Tertelusur ke LK-032-IDN)
4. ECG Simulator, Merk : Contec Medical, Model/Type : MS400 S/N : 19120600010 (Tertelusur ke LK-110-IDN)

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan dan Permukaan	Baik	Baik	-
Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	-
Kabel Catu Daya (Line Cord)	Baik	Baik	-
Kabel Elektroda dan Elektroda	Baik	Baik	-
Tombol, Saklar atau Kontrol	Baik	Baik	-
Tampilan dan Indikator	Baik	Baik	-
Baterai	Baik	Baik	-
Printer	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1	Tegangan Jala-jala Terukur	L1-N	223.8
		L1-PE	223.4
		N-PE	0.2
2	Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis	OL	> 2 MΩ
3	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.181	≤ 0.2 Ω
4	Arus bocor pada peralatan	21.3	≤ 100 mA
5	Arus bocor pada bagian di aplikasikan 12 Lead	22.7	≤ 50 mA

Halaman 2 dari 3

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

**PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464

Fax. : (021) 5701468, 5743280