

Laporan Kalibrasi Syringe Pump

No Label: 436672

A. Data Pelanggan

1. Milik : RSUD Tamansari
2. Merek : Terumo
3. Tipe : TE-SS700
4. No. Seri : 1805010722
5. Resolusi : 0.1

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Ruang Bersalin
2. Tanggal Penerimaan : 02 November 2022
3. Tanggal Kalibrasi : 02 November 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 24.6 ± 0.8 °C
2. Kelembaban : 61.2 ± 1.9 % RH

D. Peralatan Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Model/Type : ESA 612, S/N : 3975444 (tertelusur ke LK -110-IDN)
2. Thermohygrometer, Merk : Sanfix, Model/Type : TH-303A S/N : - (Tertelusur ke LK-053-IDN)
3. Infusion Device Analyzer, Merk : Rigel, Model/Type : Multi Flo, S/N : 49J-0316, CH1 (Tertelusur ke LK-110-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan		Keterangan
	Fisik	Fungsi	
Power Cord	Baik	Baik	-
On/Off Switch	Baik	Baik	-
Panel Control	Baik	Baik	-
Display/Monitor	Baik	Baik	-
Syringe Holder	Baik	Baik	-
Kondisi Breket dan Skrup	Baik	Baik	-
Steker AC	Baik	Baik	-
Strain Relief	Baik	Baik	-
Waktu dan Tanggal	Baik	Baik	-
Alarm Misloaded	Baik	Baik	-
Alarm Kemacetan	Baik	Baik	-
Alarm Suntikan Kosong	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur : L1-L2	222.1 V	220 ± 10 % V
: L1-PE	221.5 V	220 ± 10 % V
: L2-PE	2.7 V	≤ 5 V
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL MΩ	≥ 2 MΩ
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.152 Ω	≤ 0.2 Ω
Arus Bocor pada Peralatan	11.71 μA	≤ 500 μA

G. Hasil Pengukuran Kinerja

1. Alarm Occlusion

Parameter	Terbaca pada Standar	Toleransi yang Diijinkan
Alarm Occlusion (Psi)	15.5	≤ 20 Psi

2. Flow Rate

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur rata-rata Standar	Koreksi	Ketidakpastian pengukuran
Flow Rate (mL/h)	10.0	10.2	0.2	± 0.46
	50.0	51.8	1.8	± 0.46
	70.0	70.6	0.6	± 0.46
	100.0	100.3	0.3	± 0.46

H. Keterangan

1. Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-09

I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/F-09 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi, alat kesehatan, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**
2. Hasil pengujian kelistrikan dan hasil pengukuran kinerja alat masih dalam batas toleransi yang diijinkan

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4
Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210
Telp. : (021) 5701467, 57930464
Fax. : (021) 5701468, 5743280