

Laporan Kalibrasi Tensimeter

No Label : 392244

A. Data Pelanggan

Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

Merek : RGB
Tipe : BPM-001
No.Seri : BPM001202

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Griya Puspa Lt 3 (Poli Jantung)

2. Tanggal : 18 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 24.3 °C 2. Kelembaban : 56.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

Vital Sign Monitor, Merk: Fluke , Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Parameter	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Kabel Power/Adaptor/Battery	Baik	Baik	
2.	Panel Control	Baik	Baik	
3.	Manset/Cuff	Baik	Baik	
4.	Selang	Baik	Baik	
5.	Display/Monitor	Baik	Baik	14

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. NIBP (mmHg)

Parameter	Setting	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Systole	70	69.3	-0.67	± 1.56
Diastole	40	42.0	2.00	± 1.41
Systole	120	124.3	4.33	± 1.56
Diastole	80	83.0	3.00	± 1.41
Systole	150	150.7	0.67	± 1.56
Diastole	100	103.3	3.33	± 1.94

G. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/P-04

H. Kesimpulan

 Berdasarkan MK/KAL/P-04 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

I. Saran

Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

A PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) Fax. : (021)

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280