

## Laporan Kalibrasi Timbangan Dewasa

No.Label : 408695

### A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Abiansema I
2. Merek : Elitech
3. Tipe : BFP
4. No.Seri : TD13218A1359
5. Kapasitas : 150 kg
6. Resolusi : 0.1 kg

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Poli Umum
2. Tanggal Penerimaan Alat : 22 Juli 2022
3. Tanggal Kalibrasi : 22 Juli 2022

### C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

1. Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
2. Thermohygrometer, Merk: -, Model/Type : YH-303 A S/N : 01657 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

### D. Kondisi Ruang

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	23.1 °C ± 0.6 °C
2.	Kelembaban	61.7 % RH ± 2.6 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

#### 1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

#### 2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
60 kg	0.000
120 kg	0.000

Halaman 2 dari 3