

Laporan Pengujian Centrifuge

No. Label: 365626

A. Data Pelanggan

1. Milik

: Puskesmas Abiansemal I

Merek

: DI-Lab

Tipe

: DSC-200T

4. No.Seri

: 13101035

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: laboratorium : 21 Juli 2022

2. Tanggal

C. Kondisi Ruang

1. Suhu

°C % RH

Kelembaban nisbi

61.4

D. Alat Yang Digunakan

- 1. Electrical Safety Analyzer, Merek: Fluke, Model/Type: 612, SN: 3975444 (tertelusur ke Standard International)
- Thermohygrometer, Merk: Cadik, Type: TH-308, SN: (Tertelusur ke LK-053-IDN
- Stopwatch, Merk: Alba, Tipe: SW01-X008, SN: (Tertelusur ke LK-032-IDN)
- 4. Tachometer, Merk: Lutron, Tipe: DT-1236L, SN: (Tertelusur ke LK-032-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Per	Katamanan	
		Fisik	Fungsi	Keterangan
1.	Badan dan Permukaan	Baik	Baik	-
2.	Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	
3.	Kabel Catu Daya	Baik	Baik	-
4.	Sekering Pengaman	Baik	Baik	-
5.	Tombol, Saklar dan Kontrol	Baik	Baik	
6.	Tampilan dan Indikator	Baik	Baik	

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

	onganarintoonanatan ziotin						
No.	Parameter			Terukur		Tol	leransi
1.	Tegangan Jala-Jala	:	L1 - L2	223.7		220 ±10%	٧
		:	L1 - PE	223.9		220 ±10%	V
		1	L2 - PE	2.7		5	V
2.	Resistansi Pembumian Protektif			0.157	≤	0.3	Ω
3.	Arus Bocor Peralatan			36.6	≤	1000	μA
5.	Resistansi Isolasi			OL	2	2	ΜΩ

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Kecepatan (rpm)

Parameter	Setting Standar	Rata-rata	Presisi (%)
	Low	1326.57	3.78
Kecepatan (rpm)	Med	2275.19	0.84
	High	2713.89	1.52

Timer

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran	
Timer (detik)	180	179.97	-0.03	± 1.0	
i inter (dedk)	300	299.99	-0.01	± 1.0	

H. Keterangan

- 1. Data hasil pengujian yang disajikan tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui LK-032-IDN, LK-053-IDN dan LK-008-IDN
- 2. Alat ini diuji menggunakan metode kalibrasi PT Global Promedika Service (MP/UJI/01), dengan metode acuan pengujian dari ECRI Procedure No. 456-20010301 Centrifuge

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Gedung PT. Bersaudara Lt. 4 Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. : (021) 5701468, 5743280 Fax.