

Laporan Kalibrasi Tensimeter Digital

No Label : 402537

A. Data Pelanggan

1. Milik : RSUD Soreang
2. Merek : Contec
3. Tipe : Contec 08C
4. No.Seri : IRD1800076

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Anyelir
2. Tanggal : 28 Juni 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 24.4 °C
2. Kelembaban : 56.5 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohyrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
2. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Parameter	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Kabel Power/Adaptor/Battery	Baik	Baik	-
2.	Panel Control	Baik	Baik	-
3.	Manset/Cuff	Tidak Baik	Baik	Manset Bocor
4.	Selang	Baik	Baik	-
5.	Display/Monitor	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. NIBP (mmHg)

Parameter	Setting	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Systole	60	56.0	-4.00	± 0.82
Diastole	30	29.0	-1.00	± 0.82
Systole	120	118.0	-2.00	± 0.82
Diastole	80	81.0	1.00	± 0.82
Systole	150	152.0	2.00	± 0.82
Diastole	100	105.0	5.00	± 0.82

G. Keterangan

1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/P-04

H. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/P-04 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala
2. Lakukan pergantian aksesoris manset

Halaman 2 dari 2

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjemihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464

Fax. : (021) 5701468, 5743280