

## Laporan Kalibrasi Timbangan Bayi Digital

No.Label : 402564

### A. Data Alat Pelanggan

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. Milik     | : RSUD Soreang |
| 2. Merek     | : Laica        |
| 3. Tipe      | : BF2051       |
| 4. No.Seri   | : PPO-6011401  |
| 5. Kapasitas | : 20 kg        |
| 6. Resolusi  | : 0.01 kg      |

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Tempat/Ruangan | : Melati       |
| 2. Tanggal        | : 28 Juni 2022 |

### C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-008-IDN)
- Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

### D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	25.7 °C ± 0.4 °C
2.	Kelembaban	54.0 % RH ± 2.6 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

#### 1. Nilai Skala

Nilai = 20.0 kg

#### 2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
10 kg	0.010
20 kg	0.004

Halaman 2 dari 3

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

**PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4  
Jl. Penjemihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210  
Telp. : (021) 5701467, 57930464  
Fax. : (021) 5701468, 5743280