

## Laporan Kalibrasi Timbangan Dewasa

No.Label : 365598

### A. Data Alat Pelanggan

- |              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| 1. Milik     | : | Puskesmas Petang II |
| 2. Merek     | : | SMIC                |
| 3. Tipe      | : | ZT-120              |
| 4. No.Seri   | : | -                   |
| 5. Kapasitas | : | 120 kg              |
| 6. Resolusi  | : | 0.5 kg              |

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

- |                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Tempat/Ruangan          | : | Poli Umum    |
| 2. Tanggal Penerimaan Alat | : | 19 Juli 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi       | : | 19 Juli 2022 |

### C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- |  |
|--|
| 1. Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN) |
| 2. Thermohygrometer, Merk: -, Model/Type : YH-303 A S/N : 01657 (Tertelusur ke LK-032-IDN) |

### D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	23.5 °C ± 0.5 °C
2.	Kelembaban	62.7 % RH ± 2.6 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

#### 1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

#### 2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
60 kg	0.000
120 kg	0.000

Halaman 2 dari 3

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS

Sertifikat ini sah apabila ditubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

**PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4  
Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210  
Telp. : (021) 5701467, 57930464  
Fax. : (021) 5701468, 5743280