

## Laporan Kalibrasi ECG

No. Label : 365672

### A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Abiansemai I
2. Merk : TRISMED
3. Tipe : CARDIPIA
4. No. Seri : C800192477
6. Resolusi : 0.1

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : UGD
2. Tanggal Kalibrasi : 21 Juli 2022
3. Tanggal Penerimaan Alat : 21 Juli 2022

### C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.8 ± 0.2 °C
2. Kelembaban Relatif : 52.6 ± 2.4 % RH

### D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Model/Type : ESA 612, S/N : 3975444 (Tertelusur ke LK - 110-IDN)
2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type : TH-308A S/N : - (Tertelusur ke LK-053-IDN)
3. Mistar Baja, Merk : Krisbow, Model/Type : KW01-051, S/N : - (Tertelusur ke LK-032-IDN)
4. ECG Simulator, Merk : Contec Medical, Model/Type : MS400 S/N : 19120600010 (Tertelusur ke LK-110-IDN)

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan dan Permukaan	Baik	Baik	-
Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	-
Kabel Catu Daya (Line Cord)	Baik	Baik	-
Kabel Elektroda dan Elektroda	Baik	Baik	-
Tombol, Saklar atau Kontrol	Baik	Baik	-
Tampilan dan Indikator	Baik	Baik	-
Baterai	Baik	Baik	-
Printer	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1	Tegangan Jala-jala Terukur	L1-N 225.3	220 ± 10 % V
		L1-PE 224.5	220 ± 10% V
		N-PE 0.2	≤ 5 V
2	Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis	OL	> 2 MΩ
3	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.163	≤ 0.2 Ω
4	Arus bocor pada peralatan	21.2	≤ 100 mA
5	Arus bocor pada bagian di aplikasikan 12 Lead	22.4	≤ 50 mA

Halaman 2 dari 3

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464

Fax. : (021) 5701468, 5743280