

## Laporan Kalibrasi Timbangan Bayi

No.Label : 407690

### A. Data Alat Pelanggan

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. Milik     | : RS Tk. II Udayana |
| 2. Merek     | : GEA               |
| 3. Tipe      | : -                 |
| 4. No.Seri   | : -                 |
| 5. Kapasitas | : 20 kg             |
| 6. Resolusi  | : 0.05 kg           |

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Tempat/Ruangan     | : Sandat          |
| 2. Tanggal Penerimaan | : 29 Agustus 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi  | : 29 Agustus 2022 |

### C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : AI Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
- Thermohyrometer, Merk:- , Model/Type : HTC-1 S/N : 3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

### D. Kondisi Ruangan

| No. | Parameter  | Terukur              |
|-----|------------|----------------------|
| 1.  | Suhu       | 25.3 °C ± 0.4 °C     |
| 2.  | Kelembaban | 52.5 % RH ± 2.8 % RH |

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Bagian Alat | Hasil Pemeriksaan Fisik | Hasil Pemeriksaan Fungsi | Keterangan |
|-----|-------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1.  | Body        | Baik                    | Baik                     | -          |
| 2.  | Bar Scale   | Baik                    | Baik                     | -          |
| 3.  | Cover Meter | Baik                    | Baik                     | -          |

### F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

#### 1. Nilai Skala

Nilai = 20.0 kg

#### 2. Daya Ulang

| Beban | Simpangan baku |
|-------|----------------|
| 10 kg | 0.000          |
| 20 kg | 0.000          |

Halaman 2 dari 3