

Laporan Kalibrasi Timbangan Dewasa

No.Label : 402562

A. Data Alat Pelanggan

- | | | |
|--------------|----------------|----|
| 1. Milik | : RSUD Soreang | |
| 2. Merek | : Camry | |
| 3. Tipe | : - | |
| 4. No.Seri | : - | |
| 5. Kapasitas | : 120 | kg |
| 6. Resolusi | : 1 | kg |

B. Pelaksanaan Kalibrasi

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Tempat/Ruangan | : Flamboyan |
| 2. Tanggal | : 28 Juni 2022 |

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-008-IDN)
- Thermohyrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	24.5 °C ± 0.4 °C
2.	Kelembaban	56.0 % RH ± 2.6 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
60 kg	0.000
120 kg	0.000

Halaman 2 dari 3