

Laporan Kalibrasi Suction Pump

No.Label : 394034

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RSU Negara
2. Merk : BEX
3. Tipe : Vaculine Maxi
4. No.Seri : 206
5. Rentang Ukur : 0 - 600 mmHg
6. Resolusi : 10 mmHg

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruang : IGD
2. Tanggal : 29 March 2022

C. Peralatan Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
2. Thermohygrometer, Merk : Sanfix, Model/Type : TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
3. Parameter Tester, Merk : Fluke, Model/Type : DPM 4, S/N 1895040 (Tertelusur melalui LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.6 °C
2. Kelembaban : 55.0 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Power Cord	Baik	Baik	-
2.	Switch On Off	Baik	Baik	-
3.	Selang	Baik	Baik	-
4.	Botol	Baik	Baik	-
5.	Foot Switch	Baik	Baik	-
6.	Regulator	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No.	Parameter	Terukur pada Safety Analyzer	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	221.4	220 ± 10 % V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.126	≤ 0.2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	12.4	≤ 100 μA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	2.2	≤ 500 μA
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	14.5	≤ 100 μA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	2.6	≤ 500 μA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar		Koreksi		Ketidakpastian Pengukuran	
		Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun
Tekanan (mmHg)	-100	-108.5	-108.8	-8.5	-8.8	± 7.5	± 7.5
	-200	-200.7	-201.0	-0.7	-1.0	± 7.5	± 7.5
	-300	-296.0	-295.9	4.0	4.1	± 7.5	± 7.5
	-400	-396.6	-396.3	3.4	3.7	± 7.5	± 7.5
	-500	-496.9	-496.8	3.1	3.2	± 7.5	± 7.5
	-600	-598.1	-597.6	1.9	2.4	± 7.5	± 7.5

H. Keterangan

1. Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi PT Global Promedika Service (MK/KAL/P-06), dengan Metode Acuan kalibrasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, ECRI Procedure No. 459-20110914-01

I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/P-06 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4
Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210
Telp. : (021) 5701467, 57930464
Fax. : (021) 5701468, 5743280