

Laporan Pengujian Slit Lamp

No.Label: 394160

A. Data Pelanggan

1. Milik

RSU Negara

Merek

Shin-Nippom

Tipe

Other-raibh

4. No.Seri

SL-500 2019-1001

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/ Ruangan

Poli Mata

2. Tanggal

11 April 2022

C. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

26.1

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Digital Lux Meter, Merk: TES, Model/Type: 1332, S/N 020427100 (Tertelusur melalui LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

1. Suhu

°C %RH

Kelembaban : 61.0

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Main Body	Baik	Baik	-
2.	Microscope Arm	Baik	Baik	-
3.	Eye Piece	Baik	Baik	
4.	Chin Rest	Baik	Baik	
5.	Joystik	Baik	Baik	
6.	Illumination Lamp	Baik	Baik	
7.	Light Inclination	Baik	Baik	-
8.	Lensa	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur pada Safety Analyzer	Toleransi	
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	227.5	220±10%	٧
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.164	≤ 0,2	Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	1.5	≤ 100	μA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.3	≤ 500	μΑ
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	1.4	≤ 100	μA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	0.6	≤ 500	μA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Alat	Pembacaan Standar	Presisi (%)
	Low	227.8	5.49
Intensitas (lux)	Medium	450.2	3.49
	High	2116.2	10.96

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/L-29

I Kesimpulan

1. Berdasarkan MP/UJI/L-29 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015,

maka peralatan ini dinyatakan :

ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax. : (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Sertifikat ini sah apablia dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang