

Laporan Kalibrasi Timbangan Dewasa Analog

No.Label : 392359

A. Data Alat Pelanggan

- | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 1. Milik | : | Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan |
| 2. Merek | : | Tanita |
| 3. Tipe | : | HA 622 |
| 4. No.Seri | : | - |
| 5. Kapasitas | : | 130 kg |
| 6. Resolusi | : | 1 kg |

B. Pelaksanaan Kalibrasi

- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| 1. Tempat/Ruangan | : | Griya Puspa Lt 5 |
| 2. Tanggal | : | 28 Maret 2022 |

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : AI Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-008-IDN)
- Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	22.1 °C ± 0.5 °C
2.	Kelembaban	63.5 % RH ± 2.8 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
60 kg	0.000
120 kg	0.000

Halaman 2 dari 3