

Laporan Kalibrasi Timbangan Bayi

No.Label : 407686

A. Data Alat Pelanggan

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Milik | : RS Tk. II Udayana |
| 2. Merek | : One Med |
| 3. Tipe | : - |
| 4. No.Seri | : - |
| 5. Kapasitas | : 20 kg |
| 6. Resolusi | : 0.05 kg |

B. Pelaksanaan Kalibrasi

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Tempat/Ruangan | : Dahlia |
| 2. Tanggal Penerimaan | : 29 Agustus 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi | : 29 Agustus 2022 |

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
- Thermohyrometer, Merk:- , Model/Type : HTC-1 S/N : 3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	25.3 °C ± 0.5 °C
2.	Kelembaban	52.5 % RH ± 2.8 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 20.0 kg

2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
10 kg	0.000
20 kg	0.000

Halaman 2 dari 3