

## Laporan Kalibrasi Timbangan Bayi

No.Label : 407677

### A. Data Alat Pelanggan

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. Milik     | : RS Tk. II Udayana |
| 2. Merek     | : One Med           |
| 3. Tipe      | : OD 230            |
| 4. No.Seri   | : -                 |
| 5. Kapasitas | : 20 kg             |
| 6. Resolusi  | : 0.05 kg           |

### B. Pelaksanaan Kalibrasi

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Tempat/Ruangan     | : OK                |
| 2. Tanggal Penerimaan | : 01 September 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi  | : 01 September 2022 |

### C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : Al Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
- Thermohyrometer, Merk:- , Model/Type : HTC-1 S/N : 3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

### D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	22.6 °C ± 0.5 °C
2.	Kelembaban	59.5 % RH ± 2.8 % RH

### E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

### F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

#### 1. Nilai Skala

Nilai = 20.0 kg

#### 2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
10 kg	0.000
20 kg	0.000

Halaman 2 dari 3