

Laporan Kalibrasi Electrocardiograph

No. Label : 392243

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
2. Merk : Cardioline
3. Tipe : AR2100View
4. No. Seri : 6851705

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : Griya Puspa Lt 3 (Poli Jantung)
2. Tanggal : 18 Maret 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.7 ± 5 °C
2. Kelembaban Relatif : 55.0 ± 20 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
3. Mistar, Merk: Krisbow, Model/Type: KW 01-651, S/N M-3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)
4. ECG Simulator, Merk: Fluke, Model/Type: MPS450, S/N 189401 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Badan dan Permukaan	Baik	Baik	-
Kotak Kontak Alat	Baik	Baik	-
Kabel Catu Daya (Line Cord)	Baik	Baik	-
Kabel Elektroda dan Elektroda	Baik	Baik	-
Tombol, Saklar atau Kontrol	Baik	Baik	-
Tampilan dan Indikator	Baik	Baik	-
Baterai	Baik	Baik	-
Printer	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1	Tegangan Jala-jala Terukur	L1-N	222.90
		L1-PE	221.10
		N-PE	3.40
2	Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 2 MΩ
3	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.142	≤ 0.2 Ω
4	Arus bocor pada peralatan	4.3	≤ 100 mA
5	Arus bocor pada bagian di aplikasikan 12 Lead	112.0	≤ 5000 mA

Halaman 2 dari 3