

Laporan Kalibrasi Timbangan Badan Dewasa

No.Label : 407698

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RS Tk. II Udayana
2. Merek : One Med
3. Tipe : OD 205
4. No.Seri : -
5. Kapasitas : 120 kg
6. Resolusi : 0.5 kg

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : IGD
2. Tanggal Penerimaan Alat : 29 Agustus 2022
3. Tanggal Kalibrasi : 29 Agustus 2022

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

1. Anak Timbangan Merek : AI Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
2. Thermohygrometer, Merk: -, Model/Type : YH-303 A S/N : 01657 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruangan

| No. | Parameter | Terukur |
|-----|------------|----------------------|
| 1. | Suhu | 25.5 °C ± 0.5 °C |
| 2. | Kelembaban | 61.7 % RH ± 2.6 % RH |

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

| No. | Bagian Alat | Hasil Pemeriksaan Fisik | Hasil Pemeriksaan Fungsi | Keterangan |
|-----|-------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1. | Body | Baik | Baik | - |
| 2. | Bar Scale | Baik | Baik | - |
| 3. | Cover Meter | Baik | Baik | - |

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 120.0 kg

2. Daya Ulang

| Beban | Simpangan baku |
|--------|----------------|
| 60 kg | 0.000 |
| 120 kg | 0.000 |

Halaman 2 dari 3