

Laporan Kalibrasi Tensimeter Digital

No Label : 407428

A. Data Pelanggan

1. Milik : RS Tk. II Udayana
2. Merek : Omron
3. Tipe : Hem-7203
4. No.Seri : 20140905240VG

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Poli THT
2. Tanggal : 19 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 24.6 °C
2. Kelembaban : 54.5 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
2. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Parameter	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Kabel Power/Adaptor/Battery	Baik	Baik	-
2.	Panel Control	Baik	Baik	-
3.	Manset/Cuff	Baik	Baik	-
4.	Selang	Baik	Baik	-
5.	Display/Monitor	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. NIBP (mmHg)

Parameter	Setting	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidapastian Pengukuran
Systole	60	58.3	-1.67	± 1.05
Diastole	30	28.7	-1.33	± 1.05
Systole	120	118.7	-1.33	± 1.05
Diastole	80	79.3	-0.67	± 1.05
Systole	150	148.7	-1.33	± 1.05
Diastole	100	102.3	2.33	± 1.05

G. Keterangan

1. Ketidapastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/P-04

H. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/P-04 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2