

Laporan Kalibrasi Timbangan Bayi

No.Label : 365595

A. Data Alat Pelanggan

- | | | |
|--------------|---|---------------------|
| 1. Milik | : | Puskesmas Petang II |
| 2. Merek | : | Sani |
| 3. Tipe | : | - |
| 4. No.Seri | : | - |
| 5. Kapasitas | : | 20 kg |
| 6. Resolusi | : | 0.1 kg |

B. Pelaksanaan Kalibrasi

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Tempat/Ruangan | : | KIA |
| 2. Tanggal Penerimaan | : | 19 Juli 2022 |
| 3. Tanggal Kalibrasi | : | 19 Juli 2022 |

C. Standar dan Peralatan yang Digunakan

- Anak Timbangan Merek : AI Mega Beban 1 Kg s/d 20 Kg Kelas M1 (tertelusur ke LK-081-IDN)
- Thermohyrometer, Merk:- , Model/Type : HTC-1 S/N : 3 (Tertelusur ke LK-032-IDN)

D. Kondisi Ruang

No.	Parameter	Terukur
1.	Suhu	24.1 °C ± 0.4 °C
2.	Kelembaban	57.0 % RH ± 2.6 % RH

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Body	Baik	Baik	-
2.	Bar Scale	Baik	Baik	-
3.	Cover Meter	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Nilai Skala

Nilai = 20.0 kg

2. Daya Ulang

Beban	Simpangan baku
10 kg	0.000
20 kg	0.000

Halaman 2 dari 3

Tidak diperkenankan mengutip/memperbanyak sertifikat ini tanpa seizin dari PT. Global Promedika Service

Sertifikat ini sah apabila dibutuhkan cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4
Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210
Telp. : (021) 5701467, 57930464
Fax. : (021) 5701468, 5743280