

# Laporan Pengujian Oxygen Concenterator

No Label: 436725

A. Data Alat Pelanggan

Nama Alat

: RSUD Tamansari

Merek

: Fyrom

Tipe
No.Seri

: Oxy One : 02030101160012

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: Ruang Bersalin

2. Tanggal

: 04 November 2022

C. Peralatan Yang Digunakan

1. Gas Flow Analyzer, Merk : Fluke, Type : VT-305, SN : BF100963 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur	
1.	Suhu	24.6 °C	
2.	Kelembaban	56.0 % RH	

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
1.	Power Cord	Baik	Baik	-	
2.	Badan / Permukaan	Baik	Baik	•	
3.	Display/LED/Indikator	Baik	Baik	*	
4.	Alarm/Buzzer	Baik	Baik		

F. Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	219.9	220 ±10 % V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 Ω
3.	Tahanan Hubungan Pertanahan	0.172	≤ 0.2 MΩ
4.	Arus Bocor pada Chasis dengan Pembumian	0.6	≤ 100 µA
5.	Arus Bocor pada Chasis tanpa Pembumian	1.8	≤ 500 µA
6.	Arus Bocor pada Chasis Polaritas Terbalik dengan Pembumian	0.6	≤ 100 µA
7.	Arus Bocor pada Chasis Polaritas Terbalik tanpa Pembumian	4.1	≤ 500 µA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Pembacaan Standar	Presisi (%)
Flow (lpm)	Fix	11.20	0.10

### H. Keterangan

- Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan ( k ) = 2
- Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/F-07

### I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MP/UJI/F-07 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015,

maka peralatan ini dinyatakan :

ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

### I. Saran

1. Lakukan maintenance pada alat dan pengujian ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

## PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax. : (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS