

Laporan Kalibrasi Tensimeter Digital

No Label : 365710

A. Data Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Abiansema I
2. Merek : Yuwell
3. Tipe : YEG80A
4. No.Seri : 20200055

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : Poliklinik Umum
2. Tanggal : 21 Juli 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu : 25.0 °C
2. Kelembaban : 58.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
2. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Parameter	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Kabel Power/Adaptor/Battery	Baik	Baik	-
2.	Panel Control	Baik	Baik	-
3.	Manset/Cuff	Baik	Baik	-
4.	Selang	Baik	Baik	-
5.	Display/Monitor	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. NIBP (mmHg)

Parameter	Setting	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Systole	60	61.7	1.67	± 1.94
Diastole	30	31.3	1.33	± 1.94
Systole	120	120.3	0.33	± 1.05
Diastole	80	81.3	1.33	± 1.56
Systole	100	101.3	1.33	± 1.05
Diastole	150	152.3	2.33	± 1.05

G. Keterangan

1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan $k = 2$
2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/P-04

H. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/P-04 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2