

REF 30126

LOT 1011531540

Certificate of Analysis
Certificat d'Analyse

REF 30126 Vidas UP Listeria

LOT 1011531540 Vidas UP Listeria

 2025-09-12 YYYY-MM-DD

Revision : 3

 2026-11-18 YYYY-MM-DD

REF	Component / Composant	Kit component / Composant du kit	LOT
	50026945	SPRs / Cônes	NRL
	50026947	Strips / Cartouches	2611180
	50026948	Standard / Standard	2520160
	50026949	Positive control / Contrôle positif	2520160
	60004216	Negative control / Contrôle négatif	2504540

Test(s) / Contrôle(s)	Result(s) / Résultat(s)	Specification(s) / Spécification(s)
Controlled according to the control procedure version: Contrôle selon la technique de contrôle version :	01.J	Control procedure version Version de la technique de contrôle
SPRs Cônes		
Homogeneity on positive control: CV Homogénéité sur contrôle positif : CV	Conform / Conforme	≤ 10 %
Strips Cartouches		
Homogeneity on positive control: CV Homogénéité sur contrôle positif : CV	Conform / Conforme	≤ 10 %
Overall control of the kit Contrôle global du kit		
Positive control expected limits Intervalle de confiance du contrôle positif	0.79 - 1.18	Expected values Valeurs attendues
Test value positive control Valeur test contrôle positif	0.99	Conform to the expected limits Conforme à l'intervalle de confiance
Test value negative control Valeur test contrôle négatif	0.00	≤ 0.04
Activity on strains: Activité sur souches : - Listeria monocytogenes 4d ATCC 19117 - Listeria ivanovii ATCC 19119 - Staphylococcus aureus ATCC 12600	Conform / Conforme	Conform to specifications Conforme aux spécifications

Legal Manufacturer / Fabricant Légal :
bioMérieux SA
376 Chemin de l'Orme
69280 MARCY-L'ETOILE - FRANCELot accepted on / Lot accepté le: 18-SEP-2025 by / par: ROUSTAND Maud - bioMérieux - MARCY-L ETOILE - FRANCE
Quality Department / Département Qualité

REF 30126**LOT** 1011531540

Certificate Approved by / Certificate Approuvé par :

Approver Name / Nom de l'Approbateur : ROUSTAND Maud

Approval Date / Date d'Approbation : 18-SEP-2025

This document has been released electronically / Ce document a été libéré électroniquement