

REF 96124

LOT 1011361240

Certificate of Analysis

Certificat d'Analyse

REF 96124 Genbox anaer

LOT 1011361240 Genbox anaer

 2024-12-02 YYYY-MM-DD 2026-09-01 YYYY-MM-DD

Revision : 9

Test(s) / Contrôle(s)	Result(s) / Résultat(s)	Specification(s) / Spécification(s)
Supplier lot Lot fournisseur	4337LH	Batch number Numéro de lot
Oxygen concentration after 2 ½ hours ¹ Concentration en oxygène après 2 ½ heures		
Results Résultats	Conform / Conforme	≤ 0.1%
Carbon dioxide concentration after 24 hours ¹ Concentration en dioxyde de carbone après 24 heures		
Average Moyenne	18.9 %	> 15.0 %
This product was checked according to bioMérieux procedures Ce produit a fait l'objet d'un contrôle selon les procédures bioMérieux		
Control Contrôle	Conform / Conforme	This control guarantees that the product complies with bioMérieux specifications. Ce contrôle garantit que le produit est déclaré conforme aux spécifications bioMérieux.

Composition: 10 generators
Composition : 10 générateurs¹ Quality Control performed by supplier
Contrôle réalisé par le fournisseur

Lot accepted on / Lot accepté le: 18-AUG-2025 by / par: GOUNIN Clémence
Quality Department / Département Qualité
bioMérieux - CRAPONNE - FRANCE

Certificate Approved by / Certificate Approuvé par :

Approver Name / Nom de l'Approbateur : GOUNIN Clémence

Approval Date / Date d'Approbation : 18-AUG-2025

This document has been released electronically / Ce document a été libéré électroniquement

