

REF 30707

LOT 1011504060

# Certificate of Analysis


## Certificat d'Analyse

REF 30707 Vidas UP Salmonella

LOT 1011504060 Vidas UP Salmonella

 2025-08-25 YYYY-MM-DD

Revision : 3

 2026-10-09 YYYY-MM-DD

REF	Component / Composant	Kit component / Composant du kit	LOT
	50026932	SPRs / Cônes	NPT
	50026934	Strips / Cartouches	2610090
	60004216	Negative control / Contrôle négatif	2504540
	60007399	Standard / Standard	2475230
	60007400	Positive control / Contrôle positif	2475230

Test(s) / Contrôle(s)	Result(s) / Résultat(s)	Specification(s) / Spécification(s)
Controlled according to the control procedure version: Contrôle selon la technique de contrôle version :	01.N	Control procedure version Version de la technique de contrôle
SPRs Cônes		
Homogeneity on positive control: CV Homogénéité sur contrôle positif : CV	Conform / Conforme	≤ 9.8 %
Strips Cartouches		
Homogeneity on positive control: CV Homogénéité sur contrôle positif : CV	Conform / Conforme	≤ 9.8 %
Overall control of the kit Contrôle global du kit		
Positive control expected limits Intervalle de confiance du contrôle positif	0.69 - 1.03	Expected values Valeurs attendues
Test value positive control Valeur test contrôle positif	0.81	Conform to the expected limits Conforme à l'intervalle de confiance
Test value negative control Valeur test contrôle négatif	0.02	≤ 0.24
Activity on strains: Activité sur souches : <ul style="list-style-type: none"><li>- Salmonella Pullorum ATCC 19945</li><li>- Salmonella Typhimurium ATCC 13311</li><li>- Salmonella Tallahassee ATCC 12002</li><li>- Salmonella Cubana ATCC 12007</li><li>- Salmonella Minnesota ATCC 9700</li><li>- Salmonella Weltevreden</li><li>- Salmonella Simsbury ATCC 12004</li><li>- Citrobacter freundii</li><li>- Citrobacter amalonaticus</li></ul>	Conform / Conforme	Conform to specifications Conforme aux spécifications

**REF** 30707**LOT** 1011504060

Legal Manufacturer / Fabricant Légal :  
bioMérieux SA  
376 Chemin de l'Orme  
69280 MARCY-L'ETOILE - FRANCE

Lot accepted on / Lot accepté le: 02-SEP-2025 by / par: ROUSTAND Maud - bioMérieux - MARCY-L ETOILE - FRANCE  
Quality Department / Département Qualité

Certificate Approved by / Certificate Approuvé par :

Approver Name / Nom de l'Approbateur : ROUSTAND Maud

Approval Date / Date d'Approbation : 02-SEP-2025

This document has been released electronically / Ce document a été libéré électroniquement