1 Настройка функции беспроводной связи

Убедитесь, что на вашем глюкометре настроены актуальные дата и время, при необходимости произведите настройку по схеме ниже:

Режим настройки

Для входа в режим настройки:
1. Нажмите кнопку ◎, чтобы включить глюкометр.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ◎ в течение 2 секунд.

Для выхода из режима настройки удерживайте кнопку ◎ в нажатом состоянии в течение 2 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ
Глюкометр автоматически выключится, если вы его не используете более 2 минут. Новые установки будут сохранены.

Для перемещения по черной стрелке → нажимайте кнопку ◎.

Для изменения параметра или числа используйте кнопку ◀.


Формат времени	**Формат даты**	**Часы**	**Минуты**	**Месяц**	**День**	**Год**
24h	Мес/День	10	10	10	10	10
24-часовой или 12-часовой	Мес/День или День/Месяц					

Перед началом синхронизации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

1.1 Для Android®


Настройка сопряжения смартфона и глюкометра

1. Запустите приложение “WeCheck” на смартфоне.
2. Перейдите в «Настройки».
3. Выберите «Настройки Bluetooth®».
4. Далее «Настройка Bluetooth®».



Для Android® — продолжение

5. Далее «Зарегистрировать счетчик».
6. Нажмите «Регистрация с описанием».
7. Выберите модель глюкометра «GLUCOCARD G+ Link».




8. Далее следуйте пошаговой инструкции на экране смартфона, прокручивая страницу вниз. Сначала включите Bluetooth® на смартфоне. Убедитесь, что нет сопряжения с другим глюкометром GT-1072.

Нажмите «Перейти к шагу 3».

9. Далее включите Bluetooth® на глюкометре. Для этого необходимо нажать и удерживать левую кнопку «◀» в течение 2-х секунд (перед этим не нужно нажимать правую кнопку «◎» и включать глюкометр).

Нажмите «Перейти к шагу 4».





10. Выберите глюкометр из списка.
11. Нажмите «Установить сопряжение».


* В случае, если глюкометр выключается, повторите действия, начиная с пункта 5. Перед этим удалите информацию о сопряжении в глюкометре. Зажмите кнопку «◀», пока на экране не появится «dEL». Затем нажмите кнопку «◎». Убедитесь, что на экране отобразилось «End», после глюкометр должен выключиться.


Для Android® — завершение сопряжения

12. Введите PIN-код. Шестизначный PIN-код отображается на экране глюкометра при сопряжении.
13. Затем снова нажмите «Установить сопряжение».















Результаты сопряжения

Дождитесь, когда на экране смартфона появится запись «Успешно. Успешное сопряжение».


* В случае, если сопряжение выполнить не удалось, повторите действия, начиная с пункта 5.




1.2 Для iOS®

Настройка сопряжения смартфона и глюкометра

1. Запустите приложение “WeCheck” на смартфоне.
2. Перейдите в «Настройки».
3. Выберите «Настройки Bluetooth®».
4. Далее «Bluetooth-подключение к счётчику».



5. Далее «Регистрировать счетчик».
6. Нажмите «Регистрация с описанием».
7. Выберите модель глюкометра «GLUCOCARD G+ Link».




Для iOS® — продолжение

8. Далее следуйте пошаговой инструкции на экране смартфона, прокручивая страницу вниз. Сначала включите Bluetooth® на смартфоне. Убедитесь, что нет сопряжения с другим глюкометром GT-1072.

Нажмите «Перейти к шагу 2».

9. Далее включите Bluetooth® на глюкометре. Для этого необходимо нажать и удерживать левую кнопку «◀» в течение 2-х секунд (перед этим не нужно нажимать правую кнопку «◎» и включать глюкометр).

Нажмите «Перейти к шагу 3».




10. Нажмите «OK» в окне «Зарегистрировать информацию о счетчике».

11. Выберите глюкометр из списка.

* В случае, если глюкометр выключается, повторите действия, начиная с пункта 5. Перед этим удалите информацию о сопряжении в глюкометре. Зажмите кнопку «◀», пока на экране не появится «dEL». Затем нажмите кнопку «◎». Убедитесь, что на экране отобразилось «End», после глюкометр должен выключиться.

12. Введите PIN-код. Шестизначный PIN-код отображается на экране глюкометра при сопряжении.


13. Затем нажмите «Создать пару».



Результаты сопряжения

Дождитесь, когда на экране смартфона появится запись «Счетчик успешно зарегистрирован».

* В случае, если сопряжение выполнить не удалось, повторите действия, начиная с пункта 5.



2 Передача результатов измерений

Передача результатов теста

Эта функция доступна только при включённой беспроводной связи.

Чтобы отменить настройку и выключить глюкометр (на любом экране), нажмите и удерживайте кнопку ◎ в течение 3 секунд.

1. Удерживайте кнопку ◀ в течение 2 секунд, чтобы включить глюкометр.

→

2. После отпускания кнопки ◀ беспроводная связь включится автоматически.
Импортируйте данные в соответствии с рабочими процедурами, указанными в приложении.

→

СВЯЗЬ ЗАВЕРШЕНА

End

СБОЙ → ---
Проверьте настройки принимающего устройства.

1. Перед началом измерения запустите приложение “WeCheck”.

2. Убедитесь, что функция Bluetooth® включена на смартфоне и глюкометре (процедура активации функции описана в руководстве по эксплуатации к устройствам).

3. Проведите измерение уровня глюкозы в крови как описано в руководстве по эксплуатации глюкометра.

4. Дождитесь отображения результата теста на экране прибора. После появления результатов, удалите тест-полоску из глюкометра.

5. Результаты теста будут переданы автоматически.
В случае, если этого не произошло, после удаления тест-полоски удерживайте левую кнопку глюкометра «◀» в течение 2-х секунд (символ Bluetooth будет мигать) — результаты теста будут переданы автоматически.

6. По окончании передачи на экране глюкометра появится надпись «End» — передача данных завершена, глюкометр выключится.

7. Переданные результаты будут отображены в приложении во вкладке «Глюкоза в крови».

