



Certificado N°: LS6813-2021

1. SOLICITANTE: FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.
Dirección: Ruta 3 Gral Aquino km 18,5 MRA
RUC: 80023325-5

2. DATOS DEL EQUIPO CALIBRADO

Instrumento:	AMPERIMETRO	N° de Serie:	N10140
Identificación:	-	Intervalo:	(0 a 600) A /50 Hz
Marca:	AMPROBE	Resolución:	0,01 A
Modelo:	AM-100	Tipo:	DIGITAL

3. PATRONES UTILIZADOS

Identificación:	PCE-07	PCT-15	---	---
Descripción:	Multicalibrador eléctrico	Termohigrometro	---	---
Certificado:	C N°: 37684	LS10072-2020	---	---
Próx. Calibración:	2021-12	2021-10	---	---

4. DATOS DE CALIBRACIÓN

Fecha de calibración: 2021-01-01
Lugar de calibración: Laboratorio LABSOL
Temperatura: 20.5 °C
Humedad Relativa: 58 %
Procedimiento/s: LS-PRO-C03 Rev.00

5. ABREVIATURAS

IP: Promedio de indicación del patrón
IEC: Promedio de indicación del equipo calibrado
E: Error de medición
U: Incertidumbre de medición
k: Factor de cobertura

Realizado por: Andrea Fernandez

Código: ID2017LS008

Autorizado por: Robert Duarte

Código: ID2012LS001

6. OBSERVACIONES

La incertidumbre expandida de medida informada se expresa como la incertidumbre de medida estándar multiplicado por el factor de cobertura k con una probabilidad correspondiente a aproximadamente del 95%.
 La incertidumbre típica combinada fue determinada en conformidad con el documento Guía para la Expresión de la incertidumbre en las mediciones (GUM).

Este documento ha sido firmado digitalmente y tiene validez legal de acuerdo a la Ley 4017/2010

Certificado N°:

LS6813-2021




7. RESULTADOS

CORRIENTE ELÉCTRICA (A) 50 Hz

IP (A)	IEC (A)	E (A)	U (A)	k
20.00	20.04	0.04	#VALUE!	2.00
39.99	40.05	0.06	#VALUE!	2.00
59.99	60.11	0.12	#VALUE!	2.00
79.99	80.15	0.16	#VALUE!	2.00
99.99	100.07	0.08	#VALUE!	2.00

RESULTADO GRÁFICO DE LA CALIBRACIÓN



8. FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO:

2021-01-01

--- FIN DEL CERTIFICADO ---