

Программа обсчета параметров сигнала.

Программа содержит элементы управления:

- отображения статуса программы;
- выбора файла входных данных сигнала;
- выполнения расчетов сигнала;
- очистки результатов расчетов сигнала;
- отображения графика входного импульса;
- отображения графиков расчетных параметров импульса;
- отображения вычисленных параметров импульса, а именно:
 - амплитуда импульса;
 - длительность импульса;
 - длительность переднего фронта;
 - длительность заднего фронта;
 - длительность выброса по переднему фронту;
 - амплитуда выброса по переднему фронту;
 - длительность выброса по заднему фронту;
 - амплитуда выброса по заднему фронту;
 - амплитуда помехи $U_{п+}$ и $U_{п-}$.

Термины и определения параметров импульсных сигналов указаны в меню программы "Справка" -> "Параметры сигнала".

Цифровое описание импульсных сигналов хранится в txt-файлах, где один файл — это один сигнал. Описание сигнала представляет собой массив значений электрического напряжения в выбранных точках времени. Количество измерений в txt-файле может быть любым. Порядковый номер точки в массиве соответствует периоду времени от начала сигнала с периодом дискретизации исходного сигнала осциллографом (5Е-9) в 50 нс.