



力正衡器有限公司

LI-CHEN MEASURE CO., . LTD.

高雄市三民區民族一路306號

經濟部標準檢驗局度量衡器製造許可執照：標度字第06457號

CALIBRATION REPORT

儀器校正報告書

Applicant 申請者			社團法人中華產業機械設備協會		
Address 地址			台中市西區五權西路一段237號13樓之2		
Manufacturer 廠牌		Model NO. 型號		Serial NO. 器號	
力正		UJ		1140910-63	
Description 儀器名稱			Calibration Date 校正日期		
無線電子吊秤			115/3/19		
Cap. 秤量		Division 感量		Recommended Recal Date 建議再校日期	
5T		1 kg		116/3/18	
Condition of calibration 校正時環境條件		Temp 溫度		R.H 相對溼度	
		28°C		61%	
Calibration Data 校正記錄					
Weight Standard 標稱值(法碼值) (kg)		Actual Weight 器示值(實際量測值) (kg)		Tolerance 器差值(器示值-標稱值) (kg)	
0		0		±0	
1000		1000		±0	
2000		2000		±0	
3000		3000		±0	
4000		4000		±0	
5000		5000		±0	
1. 力正衡器有限公司特此證明本校正報告書之受校儀器之法碼可追溯經濟部標準檢驗局高雄分局，校正報告號碼：80BF1470000026 2. 信賴水準為95%，涵蓋因子等於2 3. 報告中之擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子相對應95%信賴水準之乘積所得					
標準檢驗局乙級計量技術人員 經標乙技字第01000號 計量士：留啟銘					

