

รายงานผลการดำเนินการ

บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

โรงพยาบาลพญาไท


รอบเดือน มีนาคม 2567





สรุปผลการดำเนินการ


| ลำดับ | รายละเอียด | จำนวน (เครื่อง) | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | จำนวนเครื่องมือทั้งหมด | 722 | ตามเอกสารแนบ 1 |
| | ผลการสอบเทียบ | | |
| 2 | PASS | 599 | ตามเอกสารแนบ 1 |
| | OUT OF RANGE | 2 | ตามเอกสารแนบ 2 |
| | ไม่สามารถดำเนินการ | | |
| | вме | 6 | |
| | ติดใช้งาน | 7 | |
| 3 | บริษัทภายนอกดำเนินการ | 8 | ตามเอกสารแนบ 3 |
| | ยกเลิกการใช้งาน | 33 | C TRINELIBILITIES |
| | หาเครื่องไม่พบ | 51 | |
| | DEFECTIVE | 16 | |
| | ดำเนินการแล้วทั้งหมด | 722 | |





สรุปผลเครื่องมือที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบเทียบ <u>จำแนกตามเครื่องมือ</u>


| ชื่อเครื่องมือ | จำนวน |
|-------------------------|-------|
| ANESTHESIA UNITS | 1 |
| VENTILATORS, ANESTHESIA | 1 |
| ผลรวมทั้งหมด | 2 |





สรุปผลเครื่องมือที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบเทียบ <u>จำแนกตามแผนก</u>


| ชื่อแผนก | จำนวน |
|--------------|-------|
| ANESTHESIA | 2 |
| ผลรวมทั้งหมด | 2 |





สรุปผลเครื่องที่ไม่สามารถดำเนินการ <u>จำแนกตามสถานะ</u>







| ill Health | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|---|----------------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|--|--|
| No. ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK | | |
| 1 PYT2_07444 | 24PYT2_0103240532 | 24PYT2_01PM03240545 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | X SERIES | AR18H033981 | AMBULANCE | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 37 mmHg , Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 78 mmHg | | |
| 2 PYT2_0744* | 24PYT2_0103240581 | 24PYT2_01PM03240596 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | X SERIES | AR18H033982 | AMBULANCE | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 38 mmHg , Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 76 mmHg | | |
| 3 PYT2_0775 | - | - | VENTILATORS, TRANSPORT | AIR LIQUIDE | MONNAL T60 | MT60-07140 | AMBULANCE | DEFECTIVE | | | |
| 4 PYT2_07752 | 24PYT2_0103240514 | 24PYT2_01PM03240526 | VENTILATORS, TRANSPORT | AIR LIQUIDE | MONNAL T60 | MT60-07127 | AMBULANCE | PASS | | | |
| 5 PYT2_0969 | - | - | VENTILATORS, TRANSPORT | AIR LIQUIDE | MONNAL T60 | MT6A-00245 | AMBULANCE | ยกเลิกการใช้งาน | | | |
| 6 PYT2_10040 | 24PYT2_0103240544 | 24PYT2_01PM03240558 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | x Series | AR21K063559 | AMBULANCE | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 37 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 76 mmHg | | |
| 7 PYT2_1004 | 24PYT2_0103240519 | 24PYT2_01PM03240531 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | X SERIES | AR21K063555 | AMBULANCE | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 38 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 74 mmHg | | |
| 8 PYT2_0033 | 24PYT2_0103240380 | 24PYT2_01PM03240387 | ANESTHESIA UNITS | DATEX-OHMEDA | AESPIRE 7100 | AMX10100128WA | ANESTHESIA | OUT OF RANGE | | | |
| 9 PYT2_00338 | 24PYT2_0103240376 | 24PYT2_01PM03240383 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJK10710 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 10 PYT2_00339 | 24PYT2_0103240418 | 24PYT2_01PM03240427 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP30(M8002A) | DE62225408 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 11 PYT2_00348 | 24PYT2_0103240446 | 24PYT2_01PM03240455 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJR04482 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 12 PYT2_00349 | 24PYT2_0103240393 | 24PYT2_01PM03240402 | ANESTHESIA UNITS | DATEX-OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCQ00941 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 13 PYT2_00350 | 24PYT2_0103240429 | 24PYT2_01PM03240437 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE43547527 | ANESTHESIA | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code: PYT2_00429 | | |
| 14 PYT2_0041 | 24PYT2_0103240436 | 24PYT2_01PM03240444 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE9070AT7J | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_00412 | | |
| 15 PYT2_00412 | 24PYT2_0103240433 | 24PYT2_01PM03240441 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP30(M8002A) | DE728A0876 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 16 PYT2_00417 | 24PYT2_0103240394 | 24PYT2_01PM03240403 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | 7100 | - | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 17 PYT2_00418 | 24PYT2_0103240382 | 24PYT2_01PM03240389 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | 7100 | - | ANESTHESIA | OUT OF RANGE | | | |
| 18 PYT2_00422 | 24PYT2_0103240395 | 24PYT2_01PM03240404 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJP11100 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 19 PYT2_00429 | 24PYT2_0103240423 | 24PYT2_01PM03240431 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP30(M8002A) | DE72894379 | ANESTHESIA | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg | | |
| 20 PYT2_00430 | | 24PYT2_01PM03240434 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE907A1KD | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2_00429 | | |
| 21 PYT2_0043 | | 24PYT2_01PM03240324 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | 18771 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 22 PYT2_00509 | 24PYT2_0103240473 | 24PYT2_01PM03240483 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | 05475 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 23 PYT2_00512 | _ | 24PYT2_01PM03240195 | ANESTHESIA UNITS | DATEX-OHMEDA | AESPIRE 7900 | AMXS00864 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 24 PYT2_0052; | _ | 24PYT2_01PM03240196 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | 7100 | - | ANESTHESIA | PASS | O2 Sensor failed | | |
| 25 PYT2_0054- | _ | 24PYT2_01PM03240452 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | Fresenius Kabi | INJECTOMAT TIVA AGILIA INT | 018290/20942511 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 26 PYT2_00547 | | 24PYT2_01PM03240311 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJP13187 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 27 PYT2_00558 | 24PYT2_0103240322 | 24PYT2_01PM03240326 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | 38167 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 28 PYT2_0056- | _ | 24PYT2_01PM03240338 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP30(M8002A) | DE62225409 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 29 PYT2_00566 | | 24PYT2_01PM03240388 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE610E0841 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_01912 | | |
| 30 PYT2_0056 | | • | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE43547615 | ANESTHESIA | หาเครื่องไม่พบ | | | |
| 31 PYT2_00773 | | 24PYT2_01PM03240453 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | Fresenius Kabi | INJECTOMAT TIVA AGILIA INT | 018290/20942512 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 32 PYT2_00778 | 24PYT2_0103240414 | 24PYT2_01PM03240423 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP30(M8002A) | DE72879990 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 33 PYT2_00779 | | 24PYT2_01PM03240428 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE907W3329 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2_00339 | | |
| 34 PYT2_0078 | _ | 24PYT2_01PM03240448 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | D-VAPOR | ARYD-056 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 35 PYT2_00782 | | 24PYT2_01PM03240391 | ANESTHESIA UNITS | DATEX-OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR01091 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 36 PYT2_0078: | | • | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJR04545 | ANESTHESIA | หาเครื่องไม่พบ | | | |
| 37 PYT2_00784 | | 24PYT2_01PM03240393 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | • | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 38 PYT2_01162 | | 24PYT2_01PM03240211 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | 451261013041 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2_06059 | | |
| 39 PYT2_01163 | | 24PYT2_01PM03240201 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP20(M8001A) | DE72874694 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 40 PYT2_0116- | | 24PYT2_01PM03240208 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE7070BWZ4 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2_01165 | | |
| 41 PYT2_0116: | | 24PYT2_01PM03240209 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP20(M8001A) | DE72874703 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 42 PYT2_01166 | | 24PYT2_01PM03240205 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE9070BY07 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2_01167 | | |
| 43 PYT2_01856 | | 24PYT2_01PM03240365 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE610E0852 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2_01935 | | |
| 44 PYT2_01858 | _ | 24PYT2_01PM03240322 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP30(M8002A) | DE72855763 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 45 PYT2_01912 | _ | 24PYT2_01PM03240386 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP50(M8004A) | DE44028342 | ANESTHESIA | PASS | | | |
| 46 PYT2_01913 | 24PYT2_0103240310 | 24PYT2_01PM03240314 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP | PHILIPS | M3001A | DE90758431 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_02883 | | |



| Health | | | | | รายการเครื่องมือแพทย์ที่เข้าดำเหินการทั้งหมด | | | | IONESSIM |
|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| No. ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| | | | | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg |
| 47 PYT2_01914 | 24PYT2_0103240476 | 24PYT2_01PM03240486 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE43516729 | ANESTHESIA | PASS | Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE |
| | | | | | | | | | OF ID Code: PYT2_06086 |
| 48 PYT2_01915 | 24PYT2_0103240383 | 24PYT2_01PM03240390 | MODULE, PRESS | HEWLETT PACKARD | M1006B | 3805G32122 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_01912 |
| 49 PYT2_01931 | 24PYT2_0103240195 | 24PYT2_01PM03240198 | ANESTHESIA UNITS | DATEX-OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCR00970 | ANESTHESIA | PASS | |
| 50 PYT2_01932 | 24PYT2_0103240438 | 24PYT2_01PM03240447 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJR04543 | ANESTHESIA | PASS | |
| 51 PYT2_01933 | 24PYT2_0103240304 | 24PYT2_01PM03240308 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | D-VAPOR | ARYA-0130 | ANESTHESIA | PASS | |
| 52 PYT2_01935 | 24PYT2_0103240362 | 24PYT2_01PM03240367 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP30(M8002A) | DE62224471 | ANESTHESIA | PASS | |
| 53 PYT2_01936 | 24PYT2_0103240331 | 24PYT2_01PM03240335 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE610E0846 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05770 |
| 54 PYT2_01938 | 24PYT2_0103240196 | 24PYT2_01PM03240199 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | ANDR04526 | ANESTHESIA | PASS | O2 Sensor failed |
| 55 PYT2_02010 | 24PYT2_0103240335 | 24PYT2_01PM03240339 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP | PHILIPS | M3001A | DE907W1128 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00564 |
| 56 PYT2_02011 | - | - | MODULE, GAS | PHILIPS | M1013A | JSBN-0029 | ANESTHESIA | DEFECTIVE | alarm zero failed วัดค่าไม่ได้ |
| 57 PYT2_02012 | 24PYT2_0103240325 | 24PYT2_01PM03240329 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP50(M8004A) | DE82086034 | ANESTHESIA | PASS | |
| 58 PYT2_02037 | 24PYT2_0103240501 | 24PYT2_01PM03240513 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | D-VAPOR | ARXA-0250 | ANESTHESIA | PASS | |
| 59 PYT2_02038 | 24PYT2_0103240507 | 24PYT2_01PM03240518 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJR04547 | ANESTHESIA | PASS | |
| 60 PYT2_02053 | 24PYT2_0103240370 | 24PYT2_01PM03240377 | MODULE, CO2/TEMP | PHILIPS | M3014A | DE83717299 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00564 |
| 61 PYT2_02623 | 24PYT2_0103240513 | 24PYT2_01PM03240559 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | SPACELABS | BLEASE DATUM | 01191106L | ANESTHESIA | PASS | |
| 62 PYT2_02883 | 24PYT2_0103240309 | 24PYT2_01PM03240313 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP20(M8001A) | DE72877245 | ANESTHESIA | PASS | |
| 63 PYT2_02884 | 24PYT2_0103240355 | 24PYT2_01PM03240363 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP20(M8001A) | DE72877252 | ANESTHESIA | PASS | |
| 64 PYT2_02885 | 24PYT2_0103240354 | 24PYT2_01PM03240361 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP20(M8001A) | DE72877261 | ANESTHESIA | PASS | |
| 65 PYT2_02886 | 24PYT2_0103240332 | 24PYT2_01PM03240336 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP20(M8001A) | DE72877251 | ANESTHESIA | PASS | |
| 66 PYT2_04111 | 24PYT2_0103240415 | 24PYT2_01PM03240424 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP | PHILIPS | M3001A | DE9070CCN1 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_00778 |
| 67 PYT2_04116 | 24PYT2_0103240357 | 24PYT2_01PM03240362 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE9070CCRL | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_02884 |
| 68 PYT2_04118 | 24PYT2_0103240386 | 24PYT2_01PM03240394 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE9070CCR5 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05769 |
| 69 PYT2_04119 | 24PYT2_0103240333 | 24PYT2_01PM03240337 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE9070CCRH | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_02886 |
| 70 PYT2_04387 | 24PYT2_0103240445 | 24PYT2_01PM03240454 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | Fresenius Kabi | INJECTOMAT TIVA AGILIA INT | 018290/21428021 | ANESTHESIA | PASS | |
| 71 PYT2_04388 | 24PYT2_0103240200 | 24PYT2_01PM03240203 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | Fresenius Kabi | INJECTOMAT TIVA AGILIA INT | 018290/21428022 | ANESTHESIA | PASS | |
| 72 PYT2_04408 | 24PYT2_0103240328 | 24PYT2_01PM03240332 | MONITORS, BEDSIDE, RESPIRATION/ANESTHETIC | DRAGER | VAMOS | ASEF0068 | ANESTHESIA | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg |
| | | _ | GAS | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg |
| 73 PYT2_04507 | 24PYT2_0103240468 | 24PYT2_01PM03240478 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | PHILIPS | HeartStart XL+ (861290) | US91307035 | ANESTHESIA | PASS | |
| 74 PYT2_04572 | 24PYT2_0103240300 | 24PYT2_01PM03240304 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEL-0285 | ANESTHESIA | PASS | |
| 75 PYT2_04576 | 24PYT2_0103240508 | 24PYT2_01PM03240520 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | D-VAPOR | ASEL-0284 | ANESTHESIA | PASS | |
| 76 PYT2_05523 | 24PYT2_0103240299 | 24PYT2_01PM03240303 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJT04909 | ANESTHESIA | PASS | |
| 77 PYT2_05524 | 24PYT2_0103240457 | 24PYT2_01PM03240467 | ANESTHESIA UNITS | DATEX-OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCT00451 | ANESTHESIA | PASS | |
| 78 PYT2_05666 | 24PYT2_0103240315 | 24PYT2_01PM03240318 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | 55068 | ANESTHESIA | PASS | |
| 79 PYT2_05769 | 24PYT2_0103240385 | 24PYT2_01PM03240392 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX450 | DE35124623 | ANESTHESIA | PASS | |
| 80 PYT2_05770 | 24PYT2_0103240330 | 24PYT2_01PM03240334 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX450 | DE35124624 | ANESTHESIA | PASS | |
| 81 PYT2_05773 82 PYT2_05774 | 24PYT2_0103240353 | 24PYT2_01PM03240360 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE5220EJ4N | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_02885 |
| 02 1112_03771 | 24PYT2_0103240475 | 24PYT2_01PM03240485 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE5220ELL1 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2_06086 |
| 83 PYT2_05947 84 PYT2_06020 | 24PYT2_0103240500 | 24PYT2_01PM03240512 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJU05158 76679 | ANESTHESIA | PASS | |
| | 24PYT2_0103240466 | 24PYT2_01PM03240476 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | | ANESTHESIA | PASS | |
| 85 PYT2_06021 86 PYT2_06086 | 24PYT2_0103240182 24PYT2_0103240474 | 24PYT2_01PM03240185 24PYT2_01PM03240484 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | BAIR HUGGER PHILIPS | 775 INTELLIVUE MX450 | 78860 DE35150195 | ANESTHESIA ANESTHESIA | PASS | |
| 86 PY12_06086 87 PYT2_06087 | 24PYT2_0103240474 24PYT2_0103240326 | 24PY12_01PM03240484 24PYT2_01PM03240330 | | PHILIPS | M3001A | DE35150195 DE5630FIY3 | ANESTHESIA | PASS | |
| 88 PYT2_06087 | 24PY 12_0103240326 | 24PY12_01PM03240330 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | | | | ANESTHESIA | eกเลิกการใช้งาน | MODULE OF ID Code :PYT2_02012 |
| 89 PYT2_06107 | 24PYT2_0103240388 | 24PYT2 01PM03240396 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | D-VAPOR | ASJF-0052 APHV00304 | ANESTHESIA ANESTHESIA | PASS | |
| 90 PYT2_06120 | 24PYT2_0103240388 24PYT2_0103240435 | 24PYT2_01PM03240396 24PYT2_01PM03240445 | ANESTHESIA UNITS WARMING UNITS PATIENT FORCED-AIR | DATEX-OHMEDA BAIR HUGGER | AESPIRE VIEW 775 | 71933 | ANESTHESIA | PASS | |
| | _ | _ | | | *** | 71938 | | | |
| 91 PYT2_06418 | 24PYT2_0103240321 | 24PYT2_01PM03240325 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | /1938 | ANESTHESIA | PASS | |
| 92 PYT2_06516 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | Rycom | JXB-182 | V17161200492 | ANESTHESIA | หาเครื่องไม่พบ | |
| 93 PYT2_06956 | 24PYT2_0103240389 | 24PYT2_01PM03240398 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | 7100 | - | ANESTHESIA | PASS | |
| 94 PYT2_06957 | 24PYT2_0103240458 | 24PYT2_01PM03240468 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | - | ANESTHESIA | PASS | |
| 95 PYT2_06965 | 24PYT2_0103240469 | 24PYT2_01PM03240479 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | 118742 | ANESTHESIA | PASS | |
| 96 PYT2_06966 | 24PYT2_0103240316 | 24PYT2_01PM03240320 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | 118744 | ANESTHESIA | PASS | |
| 97 PYT2_07270 | - | - | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, GENERAL- PURPOSE | GE HEALTHCARE | LOGIQ E | 6012562WX0 | ANESTHESIA | บริษัทภายนอกคำเนินการ | |
| 98 PYT2_07298 | 24PYT2_0103240504 | 24PYT2_01PM03240516 | ANESTHESIA UNITS | GE HEALTHCARE | AVANCE CS2 | APKX01475 | ANESTHESIA | PASS | |
| 99 PYT2_07299 | 24PYT2_0103240502 | 24PYT2_01PM03240514 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | 091061684 | ANESTHESIA | PASS | |
| | • | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · | | | | | • |



| Hea | |
|-----|--|
| | |

| Health Augustus Manus Property Control of the Contr | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK | |
| | | | | | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg | |
| 100 | PYT2_07300 | 24PYT2_0103240505 | 24PYT2_01PM03240517 | MODULE, CO2 | GE HEALTHCARE | E-SCAIO | SGV18300117HA | ANESTHESIA | PASS | Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE | |
| | _ | _ | - | | | | | | | OF ID Code : PYT2_07299 | |
| 101 | PYT2_07432 | 24PYT2 0103240499 | 24PYT2_01PM03240511 | ANESTHESIA UNITS | GE HEALTHCARE | AVANCE CS2 | APKX01901 | ANESTHESIA | PASS | 01 ID COULT 1112_0/25/ | |
| 102 | PYT2_07433 | 24PYT2_0103240497 | 24PYT2_01PM03240509 | | | AVAINCE C32 | Al KA01701 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 102 | F112_0/433 | 24F 1 12_0103240497 | 24F112_01FM03240309 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | | ANESTRESIA | rass | | |
| | | | | | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg | |
| 103 | PYT2_07434 | 24PYT2_0103240301 | 24PYT2_01PM03240305 | MODULE, CO2 | GE HEALTHCARE | E-SCAIO | SGV18390076HA | ANESTHESIA | PASS | Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE | |
| | | | | | | | | | | OF ID Code: PYT2_09697 | |
| 104 | PYT2_07602 | 24PYT2_0103240323 | 24PYT2_01PM03240328 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE6520HW7L | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_01858 | |
| 105 | PYT2_07770 | 24PYT2_0103240512 | 24PYT2_01PM03240525 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | MINDRAY | BENEFUSION SP1 | SK90801503 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 106 | PYT2_07771 | 24PYT2_0103240511 | 24PYT2_01PM03240524 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | MINDRAY | BENEFUSION SPI | SK90801499 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 107 | PYT2_07794 | 24PYT2_0103240305 | 24PYT2_01PM03240309 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | 3M Health Care | 775 | 127204 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 108 | PYT2_07966 | 24PYT2_0103240312 | 24PYT2_01PM03240316 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE58561890 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 109 | PYT2_07967 | 24PYT2_0103240313 | 24PYT2_01PM03240317 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE69513027 | ANESTHESIA | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_07966 | |
| 110 | PYT2_07972 | | | MODULE, GAS | PHILIPS | INTELLIVUE G7 | DE43806315 | ANESTHESIA | ยกเลิกการใช้งาน | | |
| 111 | PYT2_09696 | 24PYT2_0103240372 | 24PYT2_01PM03240379 | ANESTHESIA UNITS | GE HEALTHCARE | AVANCE CS2 | APKA01784 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 112 | PYT2_09697 | 24PYT2_0103240373 | 24PYT2_01PM03240380 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | | ANESTHESIA | PASS | | |
| | | | | | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg | |
| 113 | PYT2_09698 | 24PYT2_0103240498 | 24PYT2_01PM03240510 | MODULE, CO2 | GE HEALTHCARE | E-SCAIO | SGV21440068HA | ANESTHESIA | PASS | Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE | |
| | _ | _ | _ | | | | | | | OF ID Code: PYT2 07433 | |
| 114 | PYT2_09701 | 24PYT2_0103240352 | 24PYT2_01PM03240359 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP5(M8105A) | DE656C8756 | ANESTHESIA | PASS | 0.0000000000000000000000000000000000000 | |
| 115 | PYT2_09702 | 24PYT2 0103240416 | 24PYT2 01PM03240425 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP5(M8105A) | DE656C8882 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 116 | PYT2 09703 | 24PYT2 0103240311 | 24PYT2 01PM03240315 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP5(M8105A) | DE656C8890 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 117 | PYT2_09787 | 24PYT2_0103240303 | 24PYT2 01PM03240307 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | | BEJU02862 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 118 | PYT2_10013 | 24PYT2_0103240375 | 24PYT2_01PM03240382 | | GE HEALTHCARE | TEC 7 | APKB00815 | ANESTHESIA | PASS | | |
| \vdash | | | | ANESTHESIA UNITS | | AVANCE CS2 | APKB00815 | | | | |
| 119 | PYT2_10014 | 24PYT2_0103240378 | 24PYT2_01PM03240384 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | | ANESTHESIA | PASS | | |
| | | | | | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg | |
| 120 | PYT2_10015 | 24PYT2_0103240302 | 24PYT2_01PM03240306 | MODULE, CO2 | GE HEALTHCARE | E-SCAIO | SVG22200057A | ANESTHESIA | PASS | Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE | |
| | | | | | | | | | | OF ID Code: PYT2_10014 | |
| 121 | PYT2_10016 | 24PYT2_0103240447 | 24PYT2_01PM03240456 | ANESTHESIA UNITS | GE HEALTHCARE | AVANCE CS2 | APKB00816 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 122 | PYT2_10017 | 24PYT2_0103240448 | 24PYT2_01PM03240457 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | - | ANESTHESIA | PASS | | |
| | | | | | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg , Carbon | |
| 123 | PYT2_10018 | 24PYT2_0103240449 | 24PYT2_01PM03240458 | MODULE, CO2 | GE HEALTHCARE | E-SCAIO | SGV22190048HA | ANESTHESIA | PASS | Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID | |
| | | | | | | | | | | Code: PYT2_10016 | |
| 124 | PYT2_10019 | 24PYT2_0103240440 | 24PYT2_01PM03240449 | ANESTHESIA UNITS | GE HEALTHCARE | AVANCE CS2 | APKB00813 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 125 | PYT2_10020 | 24PYT2_0103240441 | 24PYT2_01PM03240450 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | | ANESTHESIA | PASS | | |
| | | _ | | | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg, Carbon | |
| 126 | PYT2 10021 | 24PYT2 0103240442 | 24PYT2 01PM03240451 | MODULE, CO2 | GE HEALTHCARE | E-SCAIO | SGV22170263HA | ANESTHESIA | PASS | Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID | |
| | _ | _ | | | | | | | | Code: PYT2_10019 | |
| 127 | PYT2_10022 | 24PYT2_0103240371 | 24PYT2_01PM03240378 | ANESTHESIA UNITS | GE HEALTHCARE | AVANCE CS2 | APKB00814 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 128 | PYT2_10023 | 24PYT2_0103240374 | 24PYT2_01PM03240381 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | - | | ANESTHESIA | PASS | | |
| | | | = | | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg | |
| 129 | PYT2 10024 | 24PYT2_0103240377 | 24PYT2_01PM03240385 | MODULE, CO2 | GE HEALTHCARE | E-SCAIO | SVG22200059HA | ANESTHESIA | PASS | Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±2.0 mmHg, MODULE | |
| | | 112_0100210077 | 1 12_011 M052 10303 | MODULE, CO2 | GE HEALTHCAKE | ESCAIO | 0.022200037111 | 11110/11110/11 | ******* | OF ID Code :PYT2_10023 | |
| \vdash | | | | | | | | | | OF 1D CORE :F112_10023 | |
| 130 | PYT2_10123 | 24PYT2_0103240327 | 24PYT2_01PM03240331 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0391347 | ANESTHESIA | PASS | | |
| 121 | PAZTO 1020C | 2477772 010224045* | 2477772 0179402240472 | | | | 10777 0151 | ANESTHESIA | D100 | | |
| 131 | PYT2_10322 | 24PYT2_0103240450 | 24PYT2_01PM03240459 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | D-VAPOR | ASKH-0151 | | PASS | | |
| 132 | PYT2_01303 | 24PYT2_0103240369 | 24PYT2_01PM03240376 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | NICOLET | 200R | ECM0563 | ARC CENTER | PASS | | |
| 133 | PYT2_05456 | 24PYT2_0103240348 | 24PYT2_01PM03240352 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-900 | 14-0487184 | ARC CENTER | PASS | | |
| \vdash | | | | | | | | | | | |
| 134 | PYT2_00180 | 24PYT2_0103240259 | 24PYT2_01PM03240263 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050170 | BME-PYT2 | PASS | | |
| 135 | PYT2_00181 | 24PYT2_0103240358 | 24PYT2_01PM03240366 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050158 | BME-PYT2 | PASS | | |
| 136 | PYT2_00182 | 24PYT2_0103240254 | 24PYT2_01PM03240258 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050138 | BME-PYT2 | PASS | | |
| 137 | PYT2_00183 | 24PYT2_0103240188 | 24PYT2_01PM03240191 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07020298 | BME-PYT2 | PASS | | |
| 138 | PYT2_00184 | 24PYT2_0103240257 | 24PYT2_01PM03240261 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050166 | BME-PYT2 | PASS | | |
| 139 | PYT2_00313 | 24PYT2_0103240275 | 24PYT2_01PM03240279 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 08010271 | BME-PYT2 | PASS | | |
| 140 | PYT2_00391 | 24PYT2_0103240273 | 24PYT2_01PM03240277 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 1008000175 | BME-PYT2 | PASS | | |
| 141 | PYT2_00449 | 24PYT2_0103240267 | 24PYT2_01PM03240271 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050133 | BME-PYT2 | PASS | | |
| 142 | PYT2_00450 | 24PYT2_0103240480 | 24PYT2_01PM03240491 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050142 | BME-PYT2 | PASS | | |
| - | | | | | | | | | | · · | |

| No | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
|----------|--------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|---|
| . 10. | | | | | | | | | | REMARK |
| 143 | PYT2_00451 | 24PYT2_0103240184 | 24PYT2_01PM03240187 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050165 | BME-PYT2 | PASS | |
| 144 | PYT2_00569 | 24PYT2_0103240359 | 24PYT2_01PM03240368 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050140 | BME-PYT2 | PASS | |
| 145 | PYT2_00634 | • | | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050134 | BME-PYT2 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 146 | PYT2_00818 | - | • | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050147 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| 147 | PYT2_01130 | 24PYT2_0103240356 | 24PYT2_01PM03240364 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 08010248 | BME-PYT2 | PASS | |
| 148 | PYT2_01135 | 24PYT2_0103240191 | 24PYT2_01PM03240194 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 08010277 | BME-PYT2 | PASS | |
| 149 | PYT2_01137 | 24PYT2_0103240270 | 24PYT2_01PM03240274 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07020297 | BME-PYT2 | PASS | |
| 150 | PYT2_01149 | 24PYT2_0103240274 | 24PYT2_01PM03240278 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050154 | BME-PYT2 | PASS | |
| 151 | PYT2_01154 | 24PYT2_0103240543 | 24PYT2_01PM03240557 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050135 | BME-PYT2 | PASS | |
| 152 | PYT2_01155 | 24PYT2_0103240190 | 24PYT2_01PM03240193 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050149 | BME-PYT2 | PASS | |
| 153 | PYT2_01178 | 24PYT2_0103240252 | 24PYT2_01PM03240256 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050163 | BME-PYT2 | PASS | |
| 154 | PYT2_01202 | 24PYT2_0103240268 | 24PYT2_01PM03240272 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050141 | BME-PYT2 | PASS | |
| 155 | PYT2_01207 | 24PYT2_0103240266 | 24PYT2_01PM03240270 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050267 | BME-PYT2 | PASS | |
| 156 | PYT2_01210 | 24PYT2_0103240258 | 24PYT2_01PM03240262 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 08010270 | BME-PYT2 | PASS | |
| 157 | PYT2_01224 | 24PYT2_0103240048 | 24PYT2_01PM03240051 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050137 | BME-PYT2 | PASS | |
| 158 | PYT2_01226 | - | • | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 08010269 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| 159 | PYT2_01233 | 24PYT2_0103240187 | 24PYT2_01PM03240190 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 08010324 | BME-PYT2 | PASS | |
| 160 | PYT2_01236 | - | • | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050171 | BME-PYT2 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 161 | PYT2_01241 | 24PYT2_0103240261 | 24PYT2_01PM03240265 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050160 | BME-PYT2 | PASS | |
| 162 | PYT2_01245 | 24PYT2_0103240251 | 24PYT2_01PM03240255 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07020302 | BME-PYT2 | PASS | |
| 163 | PYT2_01248 | 24PYT2_0103240542 | 24PYT2_01PM03240556 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050164 | BME-PYT2 | PASS | |
| 164 | PYT2_01263 | 24PYT2_0103240255 | 24PYT2_01PM03240259 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050169 | BME-PYT2 | PASS | |
| 165 | PYT2_02075 | 24PYT2_0103240263 | 24PYT2_01PM03240267 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050161 | BME-PYT2 | PASS | |
| 166 | PYT2_02362 | 24PYT2_0103240178 | 24PYT2_01PM03240181 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050167 | BME-PYT2 | PASS | |
| 167 | PYT2_02367 | 24PYT2_0103240201 | 24PYT2_01PM03240204 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07020299 | BME-PYT2 | PASS | |
| 168 | PYT2_02589 | 24PYT2_0103240537 | 24PYT2_01PM03240550 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 00110023 | BME-PYT2 | PASS | |
| 169 | PYT2_02682 | 24PYT2_0103240262 | 24PYT2_01PM03240266 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050172 | BME-PYT2 | PASS | |
| 170 | PYT2_02773 | 24PYT2_0103240047 | 24PYT2_01PM03240050 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050136 | BME-PYT2 | PASS | |
| 171 | PYT2_02774 | 24PYT2_0103240269 | 24PYT2_01PM03240273 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 08010267 | BME-PYT2 | PASS | |
| 172 | PYT2_02895 | 24PYT2_0103240256 | 24PYT2_01PM03240260 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050145 | BME-PYT2 | PASS | |
| 173 | PYT2_02908 | - | | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 05040138 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| 174 | PYT2_02909 | 24PYT2_0103240264 | 24PYT2_01PM03240268 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 00110027 | BME-PYT2 | PASS | |
| 175 | PYT2_02922 | 24PYT2_0103240260 | 24PYT2_01PM03240264 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050148 | BME-PYT2 | PASS | |
| 176 | PYT2_04169 | 24PYT2_0103240189 | 24PYT2_01PM03240192 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 00110022 | BME-PYT2 | PASS | |
| 177 | PYT2_04277 | 24PYT2_0103240271 | 24PYT2_01PM03240275 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050153 | BME-PYT2 | PASS | |
| 178 | PYT2_04601 | 24PYT2_0103240272 | 24PYT2_01PM03240276 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050168 | BME-PYT2 | PASS | |
| 179 | PYT2_04638 | 24PYT2_0103240013 | 24PYT2_01PM03240013 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1208000478 | BME-PYT2 | PASS | |
| 180 | PYT2_05601 | - | | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1304000403 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| 181 | PYT2_06205 | 24PYT2_0103240265 | 24PYT2_01PM03240269 | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 06110300 | BME-PYT2 | PASS | |
| | | | | | | | | | d no | |
| 182 | PYT2_09734 | - | • | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH14304 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| | | | | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, GENERAL- | | | | | | |
| 183 | PYT2_07127 | - | • | PURPOSE | BK MEDICAL | FLEX FOCUS 800 | 5011429 | BREAST CARE CENTER | PASS | |
| | | | | | | | | | | |
| 184 | PYT2_07910 | 24PYT2_0103240483 | 24PYT2_01PM03240494 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | JA001 | MJ5160400520 | BREAST CARE CENTER | PASS | |
| | | | | | | | | | | |
| 185 | PYT2_09758 | 24PYT2_0103240565 | 24PYT2_01PM03240580 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390822 | BREAST CARE CENTER | PASS | |
| | | | | | | | | | 1 | |
| 186 | PYT2_09759 | - | • | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390823 | BREAST CARE CENTER | หาเครื่องไม่พบ | |
| | | | | | | | | | | Test: VOLUME 50 ml FLOW RAT 2.5 ml/sec |
| 187 | PYT2_01883 | 24PYT2_0103240525 | 24PYT2_01PM03240537 | INJECTORS, CONTRAST MEDIA | MALLINCKRODT | ILLUMENA | CI0806C073 | CATH LAB | PASS | Test: VOLUME 100 ml FLOW RAT 4 ml/sec Test: VOLUME 150 ml FLOW RAT 5 ml/sec |
| \vdash | | | | MONITORING SVETEMS DEVOLOTO CARDANA | | | | | | 1681: VOLUME 130 mt PLOW RAT 3 m/sec |
| 188 | PYT2_01891 | 24PYT2_0103240553 | 24PYT2_01PM03240568 | MONITORING SYSTEMS, PHYSIOLOGIC, CARDIAC | WITT BIOMEDICAL | SIRIES IV | 200800204 | CATH LAB | PASS | |
| 189 | PYT2 06108 | 24PYT2 0103240568 | 24PYT2_01PM03240583 | CATHETERIZATION DEFENDING ATORS EXTERNAL MANUAL | PHILIPS | DFM100 | CN32605682 | CATHLAB | PASS | |
| 109 | . 1 12_00108 | 241 1 12_0103240300 | 241 1 12_01FM03240303 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | rnitirs | DEMITOR | CN32003062 | CAITLAD | 1 A33 | |
| 190 | PYT2_06219 | 24PYT2_0103240570 | 24PYT2_01PM03240585 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | THERMOFLASH | LX-26 | 092070102929 | CATH LAB | PASS | |
| 191 | PYT2_07441 | _ | | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, GENERAL- | GE HEALTHCARE | LOGIQ V2 | 6006181WX0 | CATH LAB | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 191 | . 1 12_0/441 | - | • | PURPOSE | GE REALTHUARE | LOGIŲ V2 | 0000161WAU | CAIRLAD | DADIM IONOIMITANITA | |

| | | | | | | | | | | เอกสารแบบ 1 |
|-----|------------|---------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 192 | PYT2_00025 | 24PYT2_0103240041 | 24PYT2_01PM03240042 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE907U1196 | CORONARY CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00560 |
| 193 | PYT2_00030 | - | - | CIRCULATORY ASSIST UNITS, CARDIAC, INTRA- AORTIC BALLOON | MAQUET | CARDIO SAVE | CA222264A3 | CORONARY CARE UNIT | BME | - |
| 194 | PYT2_00080 | 24PYT2_0103240053 | 24PYT2_01PM03240056 | RESPIROMETER | FERRARIS | HALOSCALE | HS27653 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 195 | PYT2_00141 | 24PYT2_0103240051 | 24PYT2_01PM03240054 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3121101630 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 196 | PYT2_00151 | 24PYT2_0103240030 | 24PYT2_01PM03240030 | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | PHILIPS | INTELLIVUE MP2(M8102A) | DE95006505 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 197 | PYT2_00172 | - | - | CIRCULATORY ASSIST UNITS, CARDIAC, INTRA- AORTIC BALLOON | DATASCOPE | CS300 | SI222056A3 | CORONARY CARE UNIT | BME | |
| 198 | PYT2_00510 | 24PYT2_0103240054 | 24PYT2_01PM03240057 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84315860 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 190 | 1112_00310 | 241 1 12_0103240034 | 241 1 12_011 M03240037 | MONITORS, BEDSIDE, PHI SIOLOGIC | FHILIFS | INTELLIVUE MIFOU(MISOUSA) | DE04313600 | CORONARI CARE ONI | 1 A33 | |
| 199 | PYT2_00511 | 24PYT2_0103240055 | 24PYT2_01PM03240058 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE907U8750 | CORONARY CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00510 |
| 200 | PYT2_00556 | 24PYT2_0103240216 | 24PYT2_01PM03240219 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE907U8754 | CORONARY CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_00037 |
| 201 | PYT2_00557 | 24PYT2_0103240042 | 24PYT2_01PM03240046 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84315877 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 202 | PYT2_00559 | 24PYT2_0103240052 | 24PYT2_01PM03240055 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE907V5900 | CORONARY CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05316 |
| 203 | PYT2_00560 | 24PYT2_0103240037 | 24PYT2_01PM03240036 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84315867 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 204 | PYT2_00591 | 24PYT2_0103240021 | 24PYT2_01PM03240021 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84316312 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 205 | PYT2_00592 | - | | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE907V5907 | CORONARY CARE UNIT | DEFECTIVE | |
| 206 | PYT2_02183 | 24PYT2_0103240056 | 24PYT2_01PM03240059 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | HEWLETT PACKARD | M3150A | 2UA90303LJ | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 207 | PYT2_02184 | 24PYT2_0103240057 | 24PYT2_01PM03240060 | MONITORS LCD | HP | LE 1911 | AU3A0838003381 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 208 | PYT2_02185 | 24PYT2_0103240058 | 24PYT2_01PM03240061 | MONITORS LCD | PHILIPS | 190V | DL3A0752302412 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 209 | PYT2_05018 | 24PYT2_0103240044 | 24PYT2_01PM03240047 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | 22021118DL | CORONARY CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00557 |
| 210 | PYT2_05045 | 24PYT2_0103240018 | 24PYT2_01PM03240018 | MODULE, PRESS | HEWLETT PACKARD | M1006B | 3604G22000 | CORONARY CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2_00510 |
| 211 | PYT2_05316 | 24PYT2_0103240046 | 24PYT2_01PM03240049 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84316306 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 212 | PYT2_05775 | 24PYT2_0103240038 | 24PYT2_01PM03240039 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1307000449 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 213 | PYT2_05776 | 24PYT2_0103240130 | 24PYT2_01PM03240133 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1307000450 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 214 | PYT2_05777 | 24PYT2_0103240040 | 24PYT2_01PM03240040 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3512142312 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 215 | PYT2_05790 | 24PYT2_0103240039 | 24PYT2_01PM03240038 | VENTILATORS, NONINVASIVE POSITIVE PRESSURE | PHILIPS | RESPIRONICS V60 | 100149821 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 216 | PYT2_05919 | - | | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3014A | DE83714606 | CORONARY CARE UNIT | DEFECTIVE | |
| 217 | PYT2_06273 | 24PYT2_0103240016 | 24PYT2_01PM03240016 | MODULE, PRESS | HEWLETT PACKARD | M1006B | 3535G06301 | CORONARY CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2 00510 |
| 218 | PYT2_06274 | | | MODULE, PRESS | HEWLETT PACKARD | M1006B | 3604G22003 | CORONARY CARE UNIT | หาเครื่องไม่พบ | |
| 219 | PYT2_06275 | 24PYT2_0103240017 | 24PYT2_01PM03240017 | MODULE PRESS | HEWLETT PACKARD | M1006B | 3604G22002 | CORONARY CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2 00510 |
| 220 | PYT2_07392 | 24PYT2_0103240043 | 24PYT2_01PM03240045 | OXYGEN HIGH FLOW | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | AIRVO 2 | 180922077788 | CORONARY CARE UNIT | PASS | MODELL OF ID CORE . I I I I E CORE . |
| 221 | PYT2_07628 | 24PYT2_0103240045 | 24PYT2_01PM03240048 | OXYGEN HIGH FLOW | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | AIRVO 2 | 190513092831 | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 222 | PYT2_08035 | - | | PUMPS, EXTRACORPOREAL PERFUSION | MAQUET | ROTAFLOW | 94175843 | CORONARY CARE UNIT | BME | |
| 223 | PYT2_08521 | 24PYT2_0103240534 | 24PYT2_01PM03240546 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | - | | - | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 224 | PYT2_09617 | 24PYT2_0103240060 | 24PYT2_01PM03240063 | MODULE, CO2 | PHILIPS | 867041 | DE74290628 | CORONARY CARE UNIT | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code :PYT2_00560 |
| 225 | PYT2_09618 | 24PYT2_0103240059 | 24PYT2_01PM03240062 | MODULE, CO2 | PHILIPS | 867041 | DE74290652 | CORONARY CARE UNIT | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code: PYT2_00560 |
| 226 | PYT2_09748 | 24PYT2_0103240050 | 24PYT2_01PM03240053 | PACEMAKERS, CARDIAC, EXTERNAL | MEDTRONIC | 53401 | MDB11817UP | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 227 | PYT2_09749 | 24PYT2_0103240049 | 24PYT2_01PM03240052 | PACEMAKERS, CARDIAC, EXTERNAL | MEDTRONIC | 53401 | MDB11816UP | CORONARY CARE UNIT | PASS | |
| 228 | PYT2_09814 | 24PYT2_0103240035 | 24PYT2_01PM03240037 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | R Series | AF21J143599 | CORONARY CARE UNIT | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 37 mmHg , Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 76 mmHg |
| 229 | PYT2_10222 | - | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 980 | 35 QB2200917 | CORONARY CARE UNIT | DEFECTIVE | ส่งช่อม |
| 230 | PYT2_05542 | - | - | ELECTROSURGICAL UNITS | ACTEON | SERVOTOME | 210156053 | DENTAL | PASS | |
| 231 | PYT2_09597 | - | - | ELECTROSURGICAL UNITS | ACTEON | SERVOTOME | 216124040 | DENTAL | PASS | |
| 232 | PYT2_10047 | - | - | ELECTROSURGICAL UNITS | Coltene/Whaledent | PERFECT TCS II | 210813131 | DENTAL | PASS | |
| 233 | PYT2_08198 | 24PYT2_0103240281 | 24PYT2_01PM03240285 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BIOLAND | E122 | E20D0022805 | Diabetes & Metabolic Center | PASS | |

| | Health | | | | | | | | | เอกสารแบบ 1 |
|-----|------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 234 | PYT2_00637 | 24PYT2_0103240008 | 24PYT2_01PM03240008 | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | PHILIPS | INTELLIVUE MP2(M8102A) | DE03715464 | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 235 | PYT2_00657 | - | - | VENTILATORS, TRANSPORT | VIASYS HEALTHCARE | LTV 1200 | E32586 | EMERGENCY ROOM | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 236 | PYT2_02526 | - | - | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | PHILIPS | HeartStart MRx (M3535A) | US00567159 | EMERGENCY ROOM | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 237 | PYT2_06509 | 24PYT2_0103240010 | 24PYT2_01PM03240010 | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | PHILIPS | INTELLIVUE MP2(M8102A) | DE57626175 | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 238 | PYT2_06510 | 24PYT2_0103240009 | 24PYT2_01PM03240009 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | HP | 24-B212D | 8CC7130LT6 | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 239 | PYT2_06511 | 24PYT2_0103240012 | 24PYT2_01PM03240012 | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | PHILIPS | INTELLIVUE MP2(M8102A) | DE57626197 | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 240 | PYT2_06512 | 24PYT2_0103240011 | 24PYT2_01PM03240011 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | HP | 24-B212D | 8CC7130LRQ | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 241 | PYT2_06513 | 24PYT2_0103240007 | 24PYT2_01PM03240007 | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | PHILIPS | INTELLIVUE MP2(M8102A) | DE57626151 | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 242 | PYT2_06514 | 24PYT2_0103240006 | 24PYT2_01PM03240006 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | HP | 24-B212D | 8CC7130LS2 | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 243 | PYT2_06740 | 24PYT2_0103240002 | 24PYT2_01PM03240002 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | PHILIPS | EFFICIA DFM100 | CN32611956 | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 244 | PYT2_07564 | | - | VENTILATORS, TRANSPORT | AIR LIQUIDE | MONNAL T60 | MT60-06879 | EMERGENCY ROOM | DEFECTIVE | |
| 245 | PYT2_07627 | 24PYT2_0103240001 | 24PYT2_01PM03240001 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | X SERIES | AR19A037942 | EMERGENCY ROOM | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 35 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 73 mmHg |
| 246 | PYT2_08390 | 24PYT2_0103240014 | 24PYT2_01PM03240014 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX450 | DE671F7742 | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 247 | PYT2_08391 | 24PYT2_0103240015 | 24PYT2_01PM03240015 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | INTELLIVUE MMX | DE69512111 | EMERGENCY ROOM | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_08390 |
| 248 | PYT2_08392 | 24PYT2_0103240005 | 24PYT2_01PM03240005 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX450 | DE671F7741 | EMERGENCY ROOM | PASS | |
| 249 | PYT2_08393 | 24PYT2_0103240004 | 24PYT2_01PM03240004 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | INTELLIVUE MMX | DE69512149 | EMERGENCY ROOM | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_08392 |
| 250 | PYT2_09973 | 24PYT2_0103240003 | 24PYT2_01PM03240003 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | PHILIPS | HEARTSTART INTREPID | CN73905060 | EMERGENCY ROOM | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 35 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 72 mmHg |
| 251 | PYT2_08610 | 24PYT2_0103240567 | 24PYT2_01PM03240582 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2090521009 | Gastro Internal & Endoscopy | PASS | |
| 252 | PYT2_00513 | 24PYT2_0103240207 | 24PYT2_01PM03240210 | ELECTROSURGICAL UNITS, MONOPOLAR, ARGON- ENHANCED COAGULATION | ERBE | VIO 200D | 11264519 | GI SCOPE CENTER | PASS | |
| 253 | PYT2_01167 | 24PYT2_0103240202 | 24PYT2_01PM03240206 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP20(M8001A) | DE72874709 | GI SCOPE CENTER | PASS | |
| 254 | PYT2_01927 | 24PYT2_0103240210 | 24PYT2_01PM03240213 | ELECTROSURGICAL UNITS, MONOPOLAR, ARGON- ENHANCED COAGULATION | ERBE | VIO 200D | 11334847 | GI SCOPE CENTER | PASS | |
| 255 | PYT2_04140 | 24PYT2_0103240194 | 24PYT2_01PM03240197 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | VAPOR 2000 | 42XB-0930 | GI SCOPE CENTER | PASS | |
| 256 | PYT2_04730 | 24PYT2_0103240197 | 24PYT2_01PM03240200 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | PHILIPS | HeartStart FR2+ | 0907252839 | GI SCOPE CENTER | PASS | |
| 257 | PYT2_06059 | 24PYT2_0103240208 | 24PYT2_01PM03240212 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX450 | DE35149239 | GI SCOPE CENTER | PASS | ถนวนทุ้มสาย SpO2 เสื่อมสภาพ |
| 258 | PYT2_06071 | 24PYT2_0103240199 | 24PYT2_01PM03240202 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE5630FHTM | GI SCOPE CENTER | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_01163 |
| 259 | PYT2_07490 | 24PYT2_0103240204 | 24PYT2_01PM03240207 | ELECTROSURGICAL UNITS, MONOPOLAR, ARGON- ENHANCED COAGULATION | ERBE | VIO 200D | 11462503,11462579 | GI SCOPE CENTER | PASS | |
| 260 | PYT2_10258 | 24PYT2_0103240293 | 24PYT2_01PM03240297 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | (21)X23A568123 | HEMODIALYSIS | PASS | |
| 261 | PYT2_00001 | - | - | WARMING/COOLING UNITS, PATIENT, CIRCULATING-LIQUID | CSZ | BLANKETROL II (222R) | 8927642 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 262 | PYT2_00002 | 24PYT2_0103240282 | 24PYT2_01PM03240286 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3121210270 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 263 | PYT2_00003 | 24PYT2_0103240509 | 24PYT2_01PM03240521 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3510091540 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 264 | PYT2_00004 | 24PYT2_0103240297 | 24PYT2_01PM03240301 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3510071804 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 265 | PYT2_00024 | 24PYT2_0103240145 | 24PYT2_01PM03240148 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84315063 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 266 | PYT2_00031 | - | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | CAREFUSION | VELA | AET 02264 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 267 | PYT2_00036 | 24PYT2_0103240151 | 24PYT2_01PM03240154 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE907U1272 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00127 |
| 268 | PYT2_00037 | 24PYT2_0103240215 | 24PYT2_01PM03240218 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84315047 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | ถนวนหุ้มสาย SpO2 เสื่อมสภาพ |

| 270 I 271 I 272 I 273 I | PYT2_00043 PYT2_00044 PYT2_00046 | Cer.No 24PYT2_0103240026 24PYT2_0103240027 | 24PYT2_01PM03240026 | MEDICAL EQUIPMENT MONITORS LCD | BRAND HEWLETT PACKARD | MODEL LE1911 | CNK93603YW | DEPARTMENT INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | REMARK |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|---|
| 270 I 271 I 272 I 273 I | PYT2_00044 | | | | | | CNK93003 Y W | | | |
| 271 I 272 I 273 I | | | 24PYT2_01PM03240027 | MONITORS LCD | HEWLETT PACKARD | LE1911 | CNK936038S | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 272 I 273 I | | | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | CAREFUSION | VELA | BAT02377 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 273 I | PYT2_00049 | 24PYT2_0103240579 | 24PYT2_01PM03240594 | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | PHILIPS | INTELLIVUE X2(M3002A) | DE95048493 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| | PYT2_00060 | 24PYT2_0103240242 | 24PYT2_01PM03240246 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE907Y5923 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05660 |
| 274 | PYT2_00081 | 24PYT2_0103240329 | 24PYT2_01PM03240333 | RESPIROMETER | FERRARIS | HALOSCALE | HS 41595 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 275 I | PYT2_00104 | 24PYT2_0103240236 | 24PYT2_01PM03240239 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE907W1107 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_04961 |
| | | | | | | | | | | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg |
| 276 | PYT2_00105 | 24PYT2_0103240032 | 24PYT2_01PM03240032 | MODULE, CO2/TEMP | PHILIPS | M3014A | DE83710840 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code: PYT2 05665 |
| 277 1 | PYT2_00106 | 24PYT2_0103240064 | 24PYT2_01PM03240067 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84316692 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | 0.0000000000000000000000000000000000000 |
| | PYT2_00126 | 24PYT2_0103240277 | 24PYT2_01PM03240281 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3121210690 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| - | PYT2_00127 | 24PYT2_0103240150 | 24PYT2_01PM03240153 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84315055 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 280 1 | PYT2_00134 | 24PYT2_0103240239 | 24PYT2_01PM03240243 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) | DE84315874 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 281 1 | PYT2_00135 | 24PYT2_0103240234 | 24PYT2_01PM03240237 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE907W1146 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05727 |
| 282 1 | PYT2_00157 | 24PYT2_0103240029 | 24PYT2_01PM03240029 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | HP | RP5700 | 2UA9410LT2 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 283 I | PYT2_00159 | 24PYT2_0103240020 | 24PYT2_01PM03240020 | MODULE. NIBP | HEWLETT PACKARD | M1008B | 3604G21999 | INTENSIVE CARE UNIT I | PASS | MODULE OF ID Code: PYT2 05665 |
| | PYT2_00162 | | | MODULE. CARDIAC O/P | PHILIPS | M1012A | 3805G32065 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 285 I | PYT2_00166 | - | - | MONITORS, PHYSIOLOGIC, RESPIRATION, RESPIRATORY GAS, INSPIRED OXYGEN, BEDSIDE/INTRAOPERATIVE | TELEDYNE | TED-60T | 601.1 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 286 I | PYT2_00175 | 24PYT2_0103240298 | 24PYT2_01PM03240302 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3512111887 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| | PYT2_02043 | 24PYT2_0103240069 | 24PYT2_01PM03240072 | MODULE, PRESS | HEWLETT PACKARD | M1006B | 3604G22004 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_04551 |
| | PYT2_02903 | 24PYT2_0103240577 | 24PYT2_01PM03240592 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE907U1255 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_06169 |
| 289 I | PYT2_02917 | - | | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | CAREFUSION | VELA | BAT04957 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| | PYT2_04478 | 24PYT2_0103240033 | 24PYT2_01PM03240033 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE907W1143 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_05665 |
| 201 | DATES 04470 | 2472772 0102240517 | 2477772 0179 (02240520 | | | | DE0421//05 | DETENDING CAREARITA | D4.00 | |
| - | PYT2_04479 PYT2_04961 | 24PYT2_0103240517 24PYT2_0103240235 | 24PYT2_01PM03240529 24PYT2_01PM03240238 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS PHILIPS | INTELLIVUE MP60(M8005A) INTELLIVUE MX600 | DE84316685 DE12503303 | INTENSIVE CARE UNIT 1 INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS PASS | |
| 292 1 | F112_04901 | 24F 1 12_0103240233 | 24F112_01FM03240238 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE12303303 | INTENSIVE CARE UNIT I | PASS | |
| | PYT2_05520 | - | - | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | CARADYNE | WHISPERFLOW | 8580000329-05 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 294 1 | PYT2_05568 | 24PYT2_0103240237 | 24PYT2_01PM03240241 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE47934279 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 295 | PYT2_05569 | 24PYT2_0103240071 | 24PYT2_01PM03240074 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE46080DVTT | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00086 |
| 296 | PYT2_05659 | 24PYT2_0103240238 | 24PYT2_01PM03240242 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE5220EBTG | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05568 |
| 297 I | PYT2_05660 | 24PYT2_0103240241 | 24PYT2_01PM03240245 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51034733 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 298 | PYT2_05664 | 24PYT2_0103240158 | 24PYT2_01PM03240161 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE5220EBTF | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_06006 |
| 299 I | PYT2_05665 | 24PYT2_0103240062 | 24PYT2_01PM03240065 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51034686 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 300 I | PYT2_05669 | 24PYT2_0103240080 | 24PYT2_01PM03240082 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE45587811 | INTENSIVE CARE UNIT I | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code :PYT2 05730 |
| 301 1 | PYT2_05670 | 24PYT2_0103240159 | 24PYT2_01PM03240162 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE45587769 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.6 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code :PYT2_06006 |
| 302 | PYT2_05689 | - | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3512142120 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ติดใช้งาน | |
| 303 I | PYT2_05727 | 24PYT2_0103240233 | 24PYT2_01PM03240236 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51034772 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 304 | PYT2_05728 | 24PYT2_0103240079 | 24PYT2_01PM03240081 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE5220EFAG | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05730 |
| 305 | PYT2_05729 | 24PYT2_0103240147 | 24PYT2_01PM03240150 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE45590160 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code :PYT2_06168 |
| 306 1 | PYT2_05730 | 24PYT2_0103240076 | 24PYT2_01PM03240079 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51034778 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | 20.00 |
| | PYT2_05731 | 24PYT2_0103240074 | 24PYT2_01PM03240077 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE5220EFAG | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00125 |
| | PYT2_05732 | 24PYT2_0103240072 | 24PYT2_01PM03240075 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE45589043 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code :PYT2,00086 |

| | Tourth | | | | | | | | 1 | tananstuu 1 |
|-----|------------|-------------------|---------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 309 | PYT2_05798 | 24PYT2_0103240131 | 24PYT2_01PM03240134 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-311 | 1506000092 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 310 | PYT2_05799 | 24PYT2_0103240338 | 24PYT2_01PM03240342 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-311 | 1506000091 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 311 | PYT2_05900 | | | MODULE, EEG | PHILIPS | M1027B | DE02505924 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 312 | PYT2_05928 | 24PYT2_0103240223 | 24PYT2_01PM03240226 | VENTILATORS, NONINVASIVE POSITIVE PRESSURE | PHILIPS | RESPIRONICS V60 | 201015438 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 313 | PYT2_05929 | 24PYT2_0103240075 | 24PYT2_01PM03240078 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE45592644 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code: PYT2_00125 |
| 314 | PYT2_05930 | - | | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE45592643 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | DEFECTIVE | |
| 315 | PYT2_05943 | - | - | VENTILATORS, NONINVASIVE POSITIVE PRESSURE | PHILIPS | RESPIRONICS V60 | 100149719 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ติดใช้งาน | |
| 316 | PYT2_06093 | - | | MODULE, CARDIAC O/P | PHILIPS | M1012A | 3805G38554 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 317 | PYT2_06094 | 24PYT2_0103240231 | 24PYT2_01PM03240234 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE12349868 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 318 | PYT2_06095 | 24PYT2_0103240240 | 24PYT2_01PM03240244 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | - | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00134 |
| 319 | PYT2_06216 | 24PYT2_0103240028 | 24PYT2_01PM03240028 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | НР | 24-B212D | 2UA9410LT2 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 320 | PYT2_06460 | - | | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | CARADYNE | WHISPERFLOW | 8580040913-06 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 321 | PYT2_06461 | - | | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | CARADYNE | WHISPERFLOW | 8580000329-04 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 322 | PYT2_06747 | 24PYT2_0103240250 | 24PYT2_01PM03240254 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | 110206 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 323 | PYT2_06856 | 24PYT2_0103240229 | 24PYT2_01PM03240232 | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, BI-LEVEL | PHILIPS | BIPAP A40 | V1971592842FA | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 324 | PYT2_06969 | 24PYT2_0103240246 | 24PYT2_01PM03240250 | WARMING/COOLING UNITS, PATIENT, CIRCULATING-LIQUID | CSZ | BLANKETROL III | 182-3-07648 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 325 | PYT2_06970 | 24PYT2_0103240031 | 24PYT2_01PM03240031 | MODULE, CO2/TEMP | PHILIPS | M3014A | DE52403835 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code: PYT2_05665 |
| 326 | PYT2_06972 | 24PYT2_0103240230 | 24PYT2_01PM03240233 | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, BI-LEVEL | RESMED | VPAP | 32017265 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 327 | PYT2_06973 | 24PYT2_0103240221 | 24PYT2_01PM03240224 | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | WEINMANN | WM 100 TD | E2117803075 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 328 | PYT2_06974 | 24PYT2_0103240222 | 24PYT2_01PM03240225 | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | WEINMANN | WM 100 TD | E2118204006 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 329 | PYT2_07085 | 24PYT2_0103240342 | 24PYT2_01PM03240347 | OXYGEN HIGH FLOW | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | AIRVO 2 | 180222066239 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 330 | PYT2_07366 | 24PYT2_0103240224 | 24PYT2_01PM03240227 | OXYGEN HIGH FLOW | MEKICS | HFT500 | HFT500RA1H0153 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 331 | PYT2_08641 | 24PYT2_0103240169 | 24PYT2_01PM03240172 | OXYGEN HIGH FLOW | MEKICS | HFT500 | HFT500UA1E0365 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | PASS | |
| 332 | PYT2_08642 | - | | OXYGEN HIGH FLOW | MEKICS | HFT500 | HFT500UA1E0447 | INTENSIVE CARE UNIT 1 | ติดใช้งาน | |
| 333 | PYT2_00014 | 24PYT2_0103240133 | 24PYT2_01PM03240135 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | 37428 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 334 | PYT2_00015 | - | - | WARMING/COOLING UNITS, PATIENT, CIRCULATING-LIQUID | MEDIVANCE | Arctic Sun 2000 | 3673 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | BME | |
| 335 | PYT2_00040 | - | • | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3121209630 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 336 | PYT2_00086 | 24PYT2_0103240070 | 24PYT2_01PM03240073 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M8005A/MP60 | DE84316694 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 337 | PYT2_00087 | 24PYT2_0103240066 | 24PYT2_01PM03240069 | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | PHILIPS | INTELLIVUE MP2(M8102A) | DE95006491 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 338 | PYT2_00091 | 24PYT2_0103240023 | 24PYT2_01PM03240023 | MONITORS LCD | HP | W1907V | CNK022039G | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 339 | PYT2_00092 | 24PYT2_0103240024 | 24PYT2_01PM03240024 | MONITORS LCD | HP | W1907V | 2UA02105R2 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 340 | PYT2_00124 | 24PYT2_0103240065 | 24PYT2_01PM03240068 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE907U1408 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00106 |
| 341 | PYT2_00125 | 24PYT2_0103240073 | 24PYT2_01PM03240076 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M8005A/MP60 | DE84316695 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 342 | PYT2_00758 | 24PYT2_0103240160 | 24PYT2_01PM03240163 | VENTILATORS, NONINVASIVE POSITIVE PRESSURE | PHILIPS | RESPIRONICS V60 | PMV100084823 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 343 | PYT2_02904 | 24PYT2_0103240068 | 24PYT2_01PM03240071 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE907Q1143 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_04551 |
| 344 | PYT2_04474 | 24PYT2_0103240140 | 24PYT2_01PM03240143 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3512132190 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 345 | PYT2_04551 | 24PYT2_0103240067 | 24PYT2_01PM03240070 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M8005A/MP60 | DE84316689 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 346 | PYT2_05494 | 24PYT2_0103240063 | 24PYT2_01PM03240066 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE3450D649 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05665 |
| | | _ | _ | | * | | 1 | | ш | |

| 10 177, 1976 1977, 1976 1977, 1976, 1977, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1976, 1977, 1977, 1977, 1977, 1976 | | пеанн | | | | | | | | | เอกสารแบบ 1 |
|--|-----|------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------|--|
| No. Company | No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| | 347 | PYT2_05495 | 24PYT2_0103240025 | 24PYT2_01PM03240025 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | НР | RP5700 | ZUA02105R2 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| | 348 | PYT2_05896 | 24PYT2_0103240228 | 24PYT2_01PM03240231 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3512135093 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| | 349 | PYT2_06038 | 24PYT2_0103240168 | 24PYT2_01PM03240171 | OXYGEN HIGH FLOW | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | AIRVO 2 | 151102022145 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| | 350 | PYT2_06604 | 24PYT2_0103240022 | 24PYT2_01PM03240022 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | HP | 24-B212D | 8CC72301PK | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| Page | 351 | PYT2_06968 | 24PYT2_0103240247 | 24PYT2_01PM03240251 | | CSZ | BLANKETROL III | 163-3-05740 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| | 352 | PYT2_07279 | 24PYT2_0103240248 | 24PYT2_01PM03240252 | | CSZ | BLANKETROL III | 182-3-07643 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | 353 | PYT2_07886 | 24PYT2_0103240276 | 24PYT2_01PM03240280 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 980 | 35B1702452 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 10 | 354 | PYT2_08662 | 24PYT2_0103240086 | 24PYT2_01PM03240089 | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210712130C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | 355 | PYT2_08663 | 24PYT2_0103240088 | 24PYT2_01PM03240091 | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210615027C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 19 19 19 19 19 19 19 19 | 356 | PYT2_08664 | 24PYT2_0103240034 | 24PYT2_01PM03240034 | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210626010C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 19 171,1466 2471,145500 2471,145500 2471,145500 2471,145500 2471 | 357 | PYT2_08665 | 24PYT2_0103240083 | 24PYT2_01PM03240086 | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210615095C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| Process | 358 | PYT2_08666 | 24PYT2_0103240081 | 24PYT2_01PM03240084 | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210626069C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| Fig. | 359 | PYT2_08667 | 24PYT2_0103240036 | 24PYT2_01PM03240035 | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210626066C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| | 360 | PYT2_08668 | 24PYT2_0103240084 | 24PYT2_01PM03240087 | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210615070C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 10 17 18 18 18 18 18 18 18 | 361 | PYT2_08669 | - | | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210615013C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | DEFECTIVE | ค่า Flow สูง |
| Mathematical Control | 362 | PYT2_08670 | 24PYT2_0103240087 | 24PYT2_01PM03240090 | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210626009C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| Math | 363 | | 24PYT2_0103240129 | 24PYT2_01PM03240132 | | | | F5210626011C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| Page | 364 | PYT2_08672 | 24PYT2_0103240082 | 24PYT2_01PM03240085 | | | | F5210626014C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| Proc. Proc | 365 | PYT2_08673 | 24PYT2_0103240085 | 24PYT2_01PM03240088 | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | | F5210626019C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| | 366 | PYT2_09704 | 24PYT2_0103240077 | 24PYT2_01PM03240080 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | R Series | AF21F137723 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 38 mmHg , Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 78 mmHg |
| Fig. 1977, 1978, 1979, | 367 | PYT2_09706 | 24PYT2_0103240220 | 24PYT2_01PM03240223 | VENTILATORS, NONINVASIVE POSITIVE PRESSURE | PHILIPS | RESPIRONICS V60 | 100390411 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 19 | 368 | PYT2_10107 | 24PYT2_0103240551 | 24PYT2_01PM03240566 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 980 | 35B2200913 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 1971 | 369 | PYT2_10115 | 24PYT2_0103240549 | 24PYT2_01PM03240564 | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | | HK-300 | 08010533 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 171 PTT_1017 SPTT_00134010 SPTT_001340 | 370 | PYT2_10116 | 24PYT2_0103240548 | 24PYT2_01PM03240563 | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | | HK-300 | 08010530 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| PTT_011 3-9PT_0013-0657 | 371 | PYT2_10117 | 24PYT2_0103240108 | 24PYT2_01PM03240111 | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | | HK-300 | 08010515 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| 1977 1972 1977 1978 249777 1979324915 249777 19793324915 249777 19793324915 249777 19793324915 249777 19793324915 249777 19793324915 249777 19793324915 249777 19793324915 24977 | 372 | PYT2_10118 | 24PYT2_0103240547 | 24PYT2_01PM03240562 | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | | HK-300 | 08010589 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| Pyt2_06005 24Pyt2_0103240123 24Pyt2_0103240139 24Pyt2_01093240142 VENTILATORS, INTENSIVE CARE FURTIAN BENNET \$40 3512142191 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS | 373 | PYT2_10119 | 24PYT2_0103240516 | 24PYT2_01PM03240528 | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | | HK-300 | 08010570 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | PASS | |
| PYTZ_08877 PYTZ_08878 PYTZ_08972 PY | 374 | PYT2_00061 | 24PYT2_0103240148 | 24PYT2_01PM03240151 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M8005A/MP60 | DE84315070 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| PYT2_06002 MONITORS, BEDSIDE, PIYSOLOGIC PHILIPS INTELLIVE MX600 DESIGNATO INTENSIVE CARE UNIT 3 \$\tilde{\ti | 375 | PYT2_00085 | 24PYT2_0103240232 | 24PYT2_01PM03240235 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE907W1145 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_06094 |
| Pytz_6003 Pytz_6004 24Pytz_60034025 24Pytz_600340225 24Pytz_60034025 24Pytz_600324025 24Pytz | 376 | PYT2_05897 | 24PYT2_0103240139 | 24PYT2_01PM03240142 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3512142191 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | | |
| 24PYT2_0103240225 | 377 | PYT2_06002 | - | | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51034770 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | ติดใช้งาน | |
| PYT_06005 24PYT_0103240127 | 378 | PYT2_06003 | - | | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE5220EF86 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | ติดใช้งาน | |
| PYT2_06006 24PYT2_0103240157 24PYT2_01093240160 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC PHILIPS INTELLIVUE MX600 DE51034765 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS | 379 | PYT2_06004 | 24PYT2_0103240225 | 24PYT2_01PM03240228 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51034762 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| PYTZ_06007 24PYTZ_0103240153 24PYTZ_01PM03240156 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR PHILIPS M3001A DE520EF89 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS MODULE OF ID Code: PYTZ_06167 | 380 | PYT2_06005 | 24PYT2_0103240227 | 24PYT2_01PM03240230 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE5220EF8B | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_06004 |
| 383 PYTZ_06026 24PYTZ_0103240134 24PYTZ_01PM03240136 WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR BAIR HUGGER 775 78850 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS 3 384 PYTZ_06074 24PYTZ_0103240135 24PYTZ_01PM03240137 VENTILATORS, INTENSIVE CARE PURITAN BENNETT 840 3512160474 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS 4 385 PYTZ_06119 24PYTZ_0103240141 24PYTZ_01PM03240144 MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION HP 24-B212D · INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS 4 386 PYTZ_06167 24PYTZ_0103240152 24PYTZ_01PM03240155 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC PHILIPS INTELLIVUE MX600 DES1035204 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS 4 387 PYTZ_06168 24PYTZ_0103240146 24PYTZ_01PM03240149 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR PHILIPS M3001A DE5630FHKY INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS MODULE OF ID Code: PYTZ_00024 | 381 | PYT2_06006 | 24PYT2_0103240157 | 24PYT2_01PM03240160 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51034765 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 384 PYT2_06074 24PYT2_0103240135 24PYT2_01PM03240137 VENTILATORS, INTENSIVE CARE PURITAN BENNETT 840 3512160474 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS | 382 | PYT2_06007 | 24PYT2_0103240153 | 24PYT2_01PM03240156 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE5220EF89 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_06167 |
| 385 PYT2_06119 24PYT2_0103240141 24PYT2_01PM03240144 MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION HP 24-B212D - INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS 386 PYT2_06167 24PYT2_0103240152 24PYT2_01PM03240155 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC PHILIPS INTELLIVUE MX600 DE51035204 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS 387 PYT2_06168 24PYT2_0103240146 24PYT2_01PM03240149 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR PHILIPS M3001A DE5630FHKY INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS MODULE OF ID Code: PYT2_00024 | 383 | PYT2_06026 | 24PYT2_0103240134 | 24PYT2_01PM03240136 | WARMING UNITS, PATIENT, FORCED-AIR | BAIR HUGGER | 775 | 78850 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 386 PYT2_06167 24PYT2_0103240152 24PYT2_0103240155 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC PHILIPS INTELLIVUE MX600 DE51035204 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS 387 PYT2_06168 24PYT2_0103240146 24PYT2_01PM03240149 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR PHILIPS M3001A DE5630FHKY INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS MODULE OF ID Code: PYT2_00024 | 384 | PYT2_06074 | 24PYT2_0103240135 | 24PYT2_01PM03240137 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3512160474 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 387 PYTZ_06168 24PYTZ_0103240146 24PYTZ_01PM03240149 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR PHILIPS M3001A DE5630FHKY INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS MODULE OF ID Code :PYTZ_00024 | 385 | PYT2_06119 | 24PYT2_0103240141 | 24PYT2_01PM03240144 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | НР | 24-B212D | - | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 387 PYTZ_06168 24PYTZ_0103240146 24PYTZ_01PM03240149 MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR PHILIPS M3001A DE5630FHKY INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS MODULE OF ID Code :PYTZ_00024 | 386 | PYT2_06167 | 24PYT2_0103240152 | 24PYT2_01PM03240155 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51035204 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 388 PYT2 06169 24PYT2 0103240576 24PYT2 01PM03240591 MONITORS BEDSIDE PHYSIOLOGIC PHILIPS INTELLIPLIE MY600 DE51035221 INTENSIVE CARE UNIT 3 PASS | 387 | | | | | - | | | | | MODULE OF ID Code :PYT2_00024 |
| THE PARTY OF THE P | 388 | PYT2_06169 | 24PYT2_0103240576 | 24PYT2_01PM03240591 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51035221 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |

| N | Health | | | | | รายการเครื่องมือแพทย์ที่เข้าดำเหินการทั้งหมด | | | | (20/875)(UU 1 |
|-----|------------|-------------------|---------------------|---|----------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 389 | PYT2_06170 | 24PYT2_0103240149 | 24PYT2_01PM03240152 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE5630FHKT | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_00061 |
| 390 | PYT2_06230 | 24PYT2_0103240154 | 24PYT2_01PM03240157 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE45599200 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code: PYT2_06167 |
| 391 | PYT2_06231 | 24PYT2_0103240142 | 24PYT2_01PM03240145 | MONITORS LCD | HP | P19A | CNK52706PJ | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 392 | PYT2_06232 | 24PYT2_0103240143 | 24PYT2_01PM03240146 | MONITORS LCD | HP | P19A | CNK52706P2 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 393 | PYT2_06233 | 24PYT2_0103240144 | 24PYT2_01PM03240147 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | HP | RP5800 | - | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 394 | PYT2_06234 | 24PYT2_0103240136 | 24PYT2_01PM03240139 | RESPIROMETER | NSPIRE | HALOSCALE, STANDARD | HS5749S | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 395 | PYT2_06284 | 24PYT2_0103240324 | 24PYT2_01PM03240327 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | PHILIPS | DFM100 | CN32605664 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 396 | PYT2_06369 | 24PYT2_0103240578 | 24PYT2_01PM03240593 | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | PHILIPS | INTELLIVUE X2(M3002A) | DE575P2413 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 397 | PYT2_06415 | 24PYT2_0103240107 | 24PYT2_01PM03240110 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3014A | DE83734405 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code: PYT2_04639 |
| 398 | PYT2_06416 | 24PYT2_0103240249 | 24PYT2_01PM03240253 | WARMING/COOLING UNITS, PATIENT, CIRCULATING-LIQUID | CSZ | BLANKETROL II (222R) | 163-3-05764 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 399 | PYT2_06612 | 24PYT2_0103240078 | 24PYT2_01PM03240083 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | PHILIPS | EFFICIA DFM100 | CN32609920 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 400 | PYT2_06863 | 24PYT2_0103240155 | 24PYT2_01PM03240158 | MODULE, PRESS | PHILIPS | M3012A | AS0806000098 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_06167 |
| 401 | PYT2_07285 | 24PYT2_0103240226 | 24PYT2_01PM03240229 | OXYGEN HIGH FLOW | MEKICS | HFT500 | HFT500RA1H0152 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 402 | PYT2_07401 | 24PYT2_0103240437 | 24PYT2_01PM03240446 | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | WEINMANN | VENTLLOGIC LS | 22027 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | Alarm Internal Battery Defective |
| 403 | PYT2_07402 | 24PYT2_0103240340 | 24PYT2_01PM03240344 | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | WEINMANN | VENTLLOGIC LS | 22028 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | 1 hPa = 1 cmH2O |
| 404 | PYT2_07583 | - | | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE61413251 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 405 | PYT2_07610 | 24PYT2_0103240156 | 24PYT2_01PM03240159 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3012A | DE45281219 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_06167 |
| 406 | PYT2_07611 | | | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE455B2537 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | DEFECTIVE | |
| 407 | PYT2_07843 | 24PYT2_0103240510 | 24PYT2_01PM03240522 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | HAMILTON MEDICAL | HAMILTON-C6 | 2784 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 408 | PYT2_08650 | 24PYT2_0103240167 | 24PYT2_01PM03240170 | OXYGEN HIGH FLOW | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | AIRVO 2 | 210507268426 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 409 | PYT2_08651 | 24PYT2_0103240103 | 24PYT2_01PM03240105 | OXYGEN HIGH FLOW | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | AIRVO 2 | 210507268499 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 410 | PYT2_09705 | 24PYT2_0103240170 | 24PYT2_01PM03240173 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | R Series | AF21G139847 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 35 mmHg , Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 72 mmHg |
| 411 | PYT2_09744 | 24PYT2_0103240284 | 24PYT2_01PM03240288 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 980 | 35B2106569 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | |
| 412 | PYT2_10055 | 24PYT2_0103240171 | 24PYT2_01PM03240174 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | R Series | AF211143054 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 37 mmHg , Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 73 mmHg |
| 413 | PYT2_05588 | - | | INCUBATORS, ANAEROBIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3131 | SM1400565 | IVF | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 414 | PYT2_05597 | - | | INCUBATORS, ANAEROBIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3131 | SM1400564 | IVF | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 415 | PYT2_09666 | - | | LABORATORY HOODS, LAMINAR FLOW | ASTEC | AITT-180 | L082100032 | IVF | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 416 | PYT2_09667 | - | - | INCUBATORS, LABORATORY, THERMOCYCLING | ASTEC | - | - | IVF | บริษัทภายนอกคำเนินการ | |
| 417 | PYT2_00315 | - | | WARMING UNITS, PATIENT, RADIANT, INFANT | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | IW980AEU | 100714000535 | LABOR ROOM | PASS | ในก็กี Skin Probes |
| 418 | PYT2_00340 | 24PYT2_0103240306 | 24PYT2_01PM03240310 | ELECTROSURGICAL UNITS | COVIDIEN | FORCE FX | F2H70392AX | LABOR ROOM | PASS | |
| 419 | PYT2_00346 | - | | WARMING UNITS, PATIENT, RADIANT, INFANT | OHMEDA | 3050 | HCAZ00665 | LABOR ROOM | PASS | ไม่ที่ Skin Temp Probe |
| 420 | PYT2_00413 | 24PYT2_0103240391 | 24PYT2_01PM03240400 | ELECTROSURGICAL UNITS | COVIDIEN | FORCE FX | F2H70428AX | LABOR ROOM | PASS | |
| 421 | PYT2_04353 | 24PYT2_0103240478 | 24PYT2_01PM03240489 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | НР | RP5800 | 2UA3371BF1 | LABOR ROOM | PASS | |
| 422 | PYT2_04907 | 24PYT2_0103240463 | 24PYT2_01PM03240473 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, FETAL, ANTEPARTUM, BEDSIDE | PHILIPS | AVALON FM30 | DE53119886 | LABOR ROOM | PASS | |
| 423 | PYT2_04908 | 24PYT2_0103240464 | 24PYT2_01PM03240474 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, FETAL, ANTEPARTUM, BEDSIDE | PHILIPS | AVALON FM20 | DE53030363 | LABOR ROOM | PASS | |
| 424 | PYT2_04909 | 24PYT2_0103240462 | 24PYT2_01PM03240472 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, FETAL, ANTEPARTUM, BEDSIDE | PHILIPS | AVALON FM20 | DE53030385 | LABOR ROOM | PASS | |
| 425 | PYT2_05099 | 24PYT2_0103240452 | 24PYT2_01PM03240462 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, FETAL, ANTEPARTUM, BEDSIDE | PHILIPS | AVALON FM20 | DE53030393 | LABOR ROOM | PASS | |
| 426 | PYT2_05477 | 24PYT2_0103240392 | 24PYT2_01PM03240401 | ELECTROSURGICAL UNITS | COVIDIEN | FORCE FX | S4E13270AX | LABOR ROOM | PASS | |

| | leaith | | | | | | | | | เอกสารแบบ 1 |
|-----|--------------------------|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 427 | PYT2_05734 | - | - | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, OBSTETRIC/GYNECOLOGIC | SAMSUNG MEDISON | H60 | S0U2M3HFB00027W | LABOR ROOM | PASS | |
| 428 | PYT2_06739 | 24PYT2_0103240420 | 24PYT2_01PM03240429 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | NICOLET | 200R | ECR1303 | LABOR ROOM | PASS | |
| 429 | PYT2_07580 | 24PYT2_0103240417 | 24PYT2_01PM03240426 | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | PHILIPS | INTELLIVUE MP5(M8105A) | DE656B9559 | LABOR ROOM | PASS | |
| 430 | PYT2_07700 | 24PYT2_0103240459 | 24PYT2_01PM03240469 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | MICROLIFE | FRIMFI | 4116862397 | LABOR ROOM | PASS | |
| 431 | PYT2_07701 | 24PYT2_0103240460 | 24PYT2_01PM03240470 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | MICROLIFE | FRIMFI | 4116851375 | LABOR ROOM | PASS | |
| 432 | PYT2_07702 | 24PYT2_0103240461 | 24PYT2_01PM03240471 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | MICROLIFE | FRIMFI | 4116859823 | LABOR ROOM | PASS | |
| 433 | PYT2_07733 | 24PYT2_0103240454 | 24PYT2_01PM03240464 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | NATUS | ELITE 200R | ECT0408 | LABOR ROOM | PASS | |
| 434 | PYT2_07746 | 24PYT2_0103240390 | 24PYT2_01PM03240399 | ELECTROSURGICAL UNITS, MONOPOLAR/BIPOLAR | ERBE | VIO 300S | 11472349 | LABOR ROOM | PASS | |
| 435 | PYT2_07969 | 24PYT2_0103240453 | 24PYT2_01PM03240463 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, FETAL, ANTEPARTUM, BEDSIDE | PHILIPS | AVALON FM30 | DE65934105 | LABOR ROOM | PASS | |
| 436 | PYT2_07970 | 24PYT2_0103240465 | 24PYT2_01PM03240475 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, FETAL, ANTEPARTUM, ${\tt BEDSIDE}$ | PHILIPS | AVALON FM30 | DE65934116 | LABOR ROOM | PASS | |
| 437 | PYT2_09562 | 24PYT2_0103240456 | 24PYT2_01PM03240466 | WARMING UNITS, PATIENT, RADIANT, INFANT | GE HEALTHCARE | GIRAFFE WARMER | GBWZ70522 | LABOR ROOM | PASS | |
| 438 | PYT2_09664 | 24PYT2_0103240455 | 24PYT2_01PM03240465 | WARMING UNITS, PATIENT, RADIANT, INFANT | GE HEALTHCARE | GIRAFFE BEDDED WARMER | GBWA70660 | LABOR ROOM | PASS | |
| 439 | PYT2_09817 | 24PYT2_0103240477 | 24PYT2_01PM03240487 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | R Series | AF21J143586 | LABOR ROOM | PASS | |
| 440 | PYT2_07927 | 24PYT2_0103240428 | 24PYT2_01PM03240438 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y454939 | MUSCULO-SKELETAL CENTER | PASS | |
| 441 | PYT2_08401 | 24PYT2_0103240521 | 24PYT2_01PM03240533 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | X20F285410 | MUSCULO-SKELETAL CENTER | PASS | |
| 442 | PYT2_08654 | 24PYT2_0103240427 | 24PYT2_01PM03240436 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2090521351 | MUSCULO-SKELETAL CENTER | PASS | |
| 443 | PYT2_01256 | - | | SCALES, INFANT | SECA | 727 | - | NURSERY | หาเครื่องไม่พบ | |
| 444 | PYT2_01652 | 24PYT2_0103240165 | 24PYT2_01PM03240168 | INCUBATORS, INFANT, TRANSPORT | DRAGER | TI500 INFANT TRANSPORT SYSTEM | QW04460 | NURSERY | PASS | ใม่มี Skin Temp |
| 445 | PYT2_01656 | 24PYT2_0103240166 | 24PYT2_01PM03240169 | INCUBATORS, INFANT | DRAGER | C2HS-1C | CG25405 | NURSERY | PASS | |
| 446 | PYT2_01657 | 24PYT2_0103240503 | 24PYT2_01PM03240515 | INCUBATORS, INFANT | DRAGER | C2HS-1C | AB27635 | NURSERY | PASS | |
| 447 | PYT2_01658 | 24PYT2_0103240162 | 24PYT2_01PM03240165 | INCUBATORS, INFANT | DRAGER | C2HS-1C | AB27637 | NURSERY | PASS | |
| 448 | PYT2_01659 | 24PYT2_0103240172 | 24PYT2_01PM03240175 | INCUBATORS, INFANT | GE HEALTHCARE | GIRAFFE OMNIBED | HDGR52263 | NURSERY | PASS | |
| 449 | PYT2_01664 | 24PYT2_0103240095 | 24PYT2_01PM03240098 | SCALES, INFANT | SECA | 727 | 35595 | NURSERY | PASS | |
| 450 | PYT2_02066 | 24PYT2_0103240092 | 24PYT2_01PM03240095 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, RESPIRATION, RESPIRATORY GAS, INSPIRED OXYGEN, BEDSIDE/INTRAOPERATIVE | TELEDYNE | AX300 | 285617 | NURSERY | PASS | |
| 451 | PYT2_02284 | 24PYT2_0103240339 | 24PYT2_01PM03240343 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | STC-523 | 93060093 | NURSERY | PASS | |
| 452 | PYT2_02286 | 24PYT2_0103240118 | 24PYT2_01PM03240121 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1102000039 | NURSERY | PASS | |
| 453 | PYT2_02802 | 24PYT2_0103240128 | 24PYT2_01PM03240131 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1301000445 | NURSERY | PASS | |
| 454 | PYT2_02803 | - | | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1301000467 | NURSERY | DEFECTIVE | ตัวจับชำรุด |
| 455 | PYT2_02964 | - | - | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | BCI | MINI-TORR | 4007786 | NURSERY | หาเครื่องไม่พบ | |
| 456 | PYT2_04461 | 24PYT2_0103240094 | 24PYT2_01PM03240097 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1212000194 | NURSERY | PASS | |
| 457 | PYT2_04462 | 24PYT2_0103240337 | 24PYT2_01PM03240341 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1212000195 | NURSERY | PASS | - |
| 458 | PYT2_04463 | 24PYT2_0103240096 | 24PYT2_01PM03240099 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1212000186 | NURSERY | PASS | |
| 459 | PYT2_04465 PYT2_05014 | 24PYT2_0103240101 24PYT2_0103240564 | 24PYT2_01PM03240103 24PYT2_01PM03240579 | INFUSION PUMPS, SYRINGE MONITORS, PATIENT TRANSPORT | TERUMO PHILIPS | TE-331 | 1212000187 DE21943301 | NURSERY NURSERY | PASS PASS | |
| 400 | F112_03014 | 24F112_0103240304 | 24F112_01FM03240379 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE, | PHILIPS | INTELLIVUE MP2(M8102A) | DE21943301 | NORSERT | PASS | |
| 461 | PYT2_05475 | 24PYT2_0103240122 | 24PYT2_01PM03240125 | NEONATAL/PEDIATRIC | ACUTRONIC | FABIAN PLUS NCPAP | AN11GC-0616 | NURSERY | PASS | *** |
| 462 | PYT2_05585 | - | - | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1306000104 | NURSERY | DEFECTIVE | ตัวขับชำรุด |
| 463 | PYT2_05633 | 24PYT2_0103240116 | 24PYT2_01PM03240119 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1306000109 | NURSERY | PASS | |
| 464 | PYT2_05709 | 24PYT2_0103240093 | 24PYT2_01PM03240096 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1306000111 | NURSERY | PASS | |
| 465 | PYT2_05710 | 24PYT2_0103240336 | 24PYT2_01PM03240340 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1306000105 | NURSERY | PASS | |
| 466 | PYT2_05814 | 24PYT2_0103240123 | 24PYT2_01PM03240126 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE, NEONATAL/PEDIATRIC | SLE | SLE4000 | 42909N-XE | NURSERY | PASS | |
| 467 | PYT2_05911 | 24PYT2_0103240114 | 24PYT2_01PM03240117 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1506000097 | NURSERY | PASS | |
| 468 | PYT2_05938 | 24PYT2_0103240091 | 24PYT2_01PM03240094 | RESUSCITATORS, PULMONARY | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | NEOPUFF | 150217000373 | NURSERY | PASS | |
| 469 | PYT2_05946 | 24PYT2_0103240506 | 24PYT2_01PM03240519 | INCUBATORS, INFANT | GE HEALTHCARE | GIRAFFE INCUBATOR | HDHU60525 | NURSERY | PASS | |

| | Health | | | | | | | | | เอกสารแบบ 1 |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 470 | PYT2_06244 | 24PYT2_0103240485 | 24PYT2_01PM03240497 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, THERMISTOR/THERMOCOUPLE | WELCH ALLYN \square | SURETEMP PLUS | 13390683 | NURSERY | PASS | |
| 471 | PYT2_06339 | 24PYT2_0103240111 | 24PYT2_01PM03240113 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE, NEONATAL/PEDIATRIC | ACUTRONIC | FABIAN PLUS NCPAP | AN12MD-1503 | NURSERY | PASS | |
| 472 | PYT2_07143 | 24PYT2_0103240479 | 24PYT2_01PM03240490 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | MICREL MEDICAL DEVICE | MP-101+ | E174651241051 S | NURSERY | PASS | |
| 473 | PYT2_07765 | 24PYT2_0103240161 | 24PYT2_01PM03240164 | INCUBATORS, INFANT | GE HEALTHCARE | GIRAFFE INCUBATOR | TAXX62731 | NURSERY | PASS | |
| 474 | PYT2_07803 | 24PYT2_0103240109 | 24PYT2_01PM03240112 | VENTILATORS, HIGH FREQUENCY OSCILLATORY INFANT | ACUTRONIC | FABIAN HFO | AI-01122 | NURSERY | PASS | |
| 475 | PYT2_08615 | 24PYT2_0103240173 | 24PYT2_01PM03240176 | INCUBATORS, INFANT | GE HEALTHCARE | GIRAFFE OMNIBED | TABA70681 | NURSERY | PASS | |
| 476 | PYT2_09599 | 24PYT2_0103240164 | 24PYT2_01PM03240167 | WARMING UNITS, PATIENT, RADIANT, INFANT | GE HEALTHCARE | GIRAFFE WARMER | GBWA70654 | NURSERY | PASS | |
| 477 | PYT2_09600 | 24PYT2_0103240163 | 24PYT2_01PM03240166 | WARMING UNITS, PATIENT, RADIANT, INFANT | GE HEALTHCARE | GIRAFFE WARMER | GBWA70653 | NURSERY | PASS | |
| 478 | PYT2_09601 | - | - | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | EFFICIA CM100 | CN12000333 | NURSERY | BME | |
| 479 | PYT2_10073 | 24PYT2_0103240119 | 24PYT2_01PM03240122 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | MICREL MEDICAL DEVICE | MP-101+ | E223511321035S | NURSERY | PASS | |
| 480 | PYT2_10074 | 24PYT2_0103240125 | 24PYT2_01PM03240128 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | MICREL MEDICAL DEVICE | MP-101+ | E223511321044S | NURSERY | PASS | |
| 482 | PYT2_02617 PYT2_05952 | 24PYT2_0103240253 | 24PYT2_01PM03240257 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | PHILIPS HUBDIC | HeartStart XL (M4735A) FS-300 | US00602995 Y355499 | OPD CHECK UP OPD CHECK UP | PASS หาเครื่องไม่พบ | |
| 483 | PYT2_05958 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y343720 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 484 | PYT2_05995 | 24PYT2_0103240559 | 24PYT2_01PM03240574 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-910 | 0450367 | OPD CHECK UP | PASS | |
| 485 | PYT2_06629 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | JA001 | MJ5160400868 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 486 | PYT2_06729 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | JA001 | MJ5160400866 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 487 | PYT2_06753 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-900 | MJ5160401101 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 488 | PYT2_06754 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-900 | MJ5160402113 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 489 | PYT2_06757 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-900 | MJ5160402115 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 490 | PYT2_07414 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y445306 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 491 | PYT2_07415 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y445321 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 492 | PYT2_07444 | - | | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | YRFA 445457 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 493 | PYT2_07691 | - | | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | MICROLIFE | FRIMFI | 2019-04-26 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 494 | PYT2_07692 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | MICROLIFE | FRIMFI | 2019-04-26 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 495 | PYT2_07695 | 24PYT2_0103240347 | 24PYT2_01PM03240351 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y456504 | OPD CHECK UP | PASS | |
| 496 | PYT2_07696 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y456502 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 497 | PYT2_07698 | 24PYT2_0104240003 | 24PYT2_01PM04240003 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y456503 | OPD CHECK UP | PASS | |
| 498 | PYT2_07738 | 24PYT2_0104240002 | 24PYT2_01PM04240002 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160400513 | OPD CHECK UP | PASS | |
| 499 | PYT2_07739 | - | | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160400514 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 500 | PYT2_07740 | - | | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160403432 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 501 | PYT2_07741 | 24PYT2_0103240019 | 24PYT2_01PM03240019 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160400512 | OPD CHECK UP | PASS | |
| 502 | PYT2_07742 | 24PYT2_0103240430 | 24PYT2_01PM03240439 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160402091 | OPD CHECK UP | PASS | |

| | N Health ************************************ | | | | | | | | | เอกสารแบบ 1 | |
|--|---|------------|-------------------|---------------------|--|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------|
| | No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| | 503 | PYT2_07743 | - | | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160400511 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| | 504 | PYT2_07744 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160403420 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| | 505 | PYT2_08006 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 001615 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| | 506 | PYT2_08008 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 001758 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | |
| | 507 | PYT2_08009 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 017035 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| Proc. Proc | 508 | PYT2_08014 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID016934 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| Process | 509 | PYT2_08017 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 001765 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| Pril | 510 | PYT2_08018 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 001844 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | |
| | 511 | PYT2_08019 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 016957 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 10 177, 2010 1777, 2010 | 512 | PYT2_08203 | 24PYT2_0103240545 | 24PYT2_01PM03240560 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | NISSEI | MT-500 | 200051657 | OPD CHECK UP | PASS | |
| 177, 2015 177, | 513 | PYT2_08204 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | NISSEI | MT-500 | 200051658 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 17 17 17 17 17 17 17 17 | 514 | PYT2_08213 | 24PYT2_0103240345 | 24PYT2_01PM03240349 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BIOLAND | E122 | E20D0024442 | OPD CHECK UP | PASS | |
| 17 1772,065 20772,06520050 20772 | 515 | PYT2_08214 | | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BIOLAND | E122 | E20D0024447 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 10 1772, 19675 1972, 19675 1972, 196924962 10 10 10 10 10 10 10 1 | 516 | PYT2_09675 | 24PYT2_0103240431 | 24PYT2_01PM03240440 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 20C0390445 | OPD CHECK UP | PASS | |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | 517 | PYT2_09676 | 24PYT2_0103240434 | 24PYT2_01PM03240443 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 20C0390450 | OPD CHECK UP | PASS | |
| 250 PYTZ_9981 3-8YYZ_9032189 3-8YYZ_910321893 3-8YYZ_9103218 | 518 | PYT2_09679 | 24PYT2_0103240432 | 24PYT2_01PM03240442 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 20C0391349 | OPD CHECK UP | PASS | |
| PyT2_09962 24PYT2_00324039 24PYT2_00324033 THERMOMETERS_ELECTRONC, NPRANED_SKN ROSSMAX HC700 HT 20039042 OPD CHECK UP Hvnf0-blimu | 519 | PYT2_09680 | 24PYT2_0103240343 | 24PYT2_01PM03240346 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 20C0390444 | OPD CHECK UP | PASS | |
| FYTZ_09731 FYTZ_09731 FYTZ_010324037 24PYTZ_01093030406 HERMOMETERS, ELECTRONC, NPEARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C399402 OPD CHECK UP H19df 0 limit | 520 | PYT2_09681 | 24PYT2_0103240424 | 24PYT2_01PM03240433 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 20C0390449 | OPD CHECK UP | PASS | |
| FYTZ_10136 Z4PYTZ_0103240997 Z4PYTZ_0109324096 THERMOMETERS_ELECTRONIC_INFRARED_SKIN ROSSMAX RC700 BT Z0C091402 OPD DERMATOLOGY PASS | 521 | PYT2_09682 | 24PYT2_0103240349 | 24PYT2_01PM03240353 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390451 | OPD CHECK UP | PASS | |
| PYT2_10137 24PYT2_0103240568 24PYT2_01PM03240578 THERMOMETERS_ELECTRONIC_INFRARED_SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0391403 OPD DERMATOLOGY PASS | 522 | PYT2_09783 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390642 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| Pytz_01033 | 523 | PYT2_10136 | 24PYT2_0103240397 | 24PYT2_01PM03240406 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0391402 | OPD DERMATOLOGY | PASS | |
| 526 PYTZ_08478 24PYTZ_0103240526 24PYTZ_01PM03240538 THERMOMETERS, ELECTRONIC, NFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 2090520130 OPD ENT PASS 527 PYTZ_07497 24PYTZ_0103240451 24PYTZ_01PM03240460 ELECTROSURGICAL UNITS, MONOPOLAR-BIPOLAR ERBE VIO 100C 11462504 OPD EYE PASS 528 PYTZ_09583 - - LASERS, ND:YAG, OPHTHALMIC CARL ZEISS MEDITEC INC VISULAS YAG III 1244435 OPD EYE ÚĴWIRIDIOM/MŪŪMINI 529 PYTZ_10012 24PYTZ_0103240396 24PYTZ_01PM03240405 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0390197 OPD EYE PASS 530 PYTZ_09739 24PYTZ_0103240291 24PYTZ_01PM03240295 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0390615 OPD MEDICINE PASS 531 PYTZ_09740 24PYTZ_0103240528 24PYTZ_01PM03240540 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0390616 OPD MEDICINE PASS | 524 | PYT2_10137 | 24PYT2_0103240563 | 24PYT2_01PM03240578 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0391403 | OPD DERMATOLOGY | PASS | |
| 527 PYT2_07497 24PYT2_0103240451 24PYT2_01PM03240460 ELECTROSURGICAL UNITS, MONOPOLARBIPOLAR ERBE VIO 100C 11462504 OPD EYE PASS | 525 | PYT2_01023 | 24PYT2_0103240569 | 24PYT2_01PM03240584 | ELECTROSURGICAL UNITS | ELLMAN | F.F.P.F | 9130004557 | OPD ENT | PASS | |
| 528 PYT2_09583 - - LASERS, ND.YAG, OPHTHALMIC CARL ZEISS MEDITEC INC VISULAS YAG III 1244435 OPD EYE 1分泌 при | 526 | PYT2_08478 | 24PYT2_0103240526 | 24PYT2_01PM03240538 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 2090520130 | OPD ENT | PASS | |
| 529 PYT2_10012 24PYT2_0103240396 24PYT2_01PM03240405 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0391197 OPD EYE PASS 530 PYT2_09739 24PYT2_0103240291 24PYT2_01PM03240295 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0390615 OPD MEDICINE PASS 531 PYT2_09740 24PYT2_0103240528 24PYT2_01PM03240540 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0390616 OPD MEDICINE PASS | 527 | PYT2_07497 | 24PYT2_0103240451 | 24PYT2_01PM03240460 | ELECTROSURGICAL UNITS, MONOPOLAR/BIPOLAR | ERBE | VIO 100C | 11462504 | OPD EYE | PASS | |
| 530 PYT2_09739 24PYT2_0103240291 24PYT2_01PM03240295 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0390615 OPD MEDICINE PASS 531 PYT2_09740 24PYT2_0103240528 24PYT2_01PM03240540 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0390616 OPD MEDICINE PASS | 528 | PYT2_09583 | - | - | LASERS, ND:YAG, OPHTHALMIC | CARL ZEISS MEDITEC INC | VISULAS YAG III | 1244435 | OPD EYE | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 531 PYT2_09740 24PYT2_0103240528 24PYT2_01PM03240540 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0390616 OPD MEDICINE PASS | 529 | PYT2_10012 | 24PYT2_0103240396 | 24PYT2_01PM03240405 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0391197 | OPD EYE | PASS | |
| | 530 | PYT2_09739 | 24PYT2_0103240291 | 24PYT2_01PM03240295 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390615 | OPD MEDICINE | PASS | |
| 532 PYT2_10134 24PYT2_0103240290 24PYT2_01PM03240294 THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN ROSSMAX HC700 BT 20C0391404 OPD MEDICINE PASS | 531 | PYT2_09740 | 24PYT2_0103240528 | 24PYT2_01PM03240540 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390616 | OPD MEDICINE | PASS | |
| | 532 | PYT2_10134 | 24PYT2_0103240290 | 24PYT2_01PM03240294 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0391404 | OPD MEDICINE | PASS | |

| | Health | | | | | | | | | LEMENTSHILLS I |
|-----|------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 533 | PYT2_10135 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | НС700 ВТ | 20C0391405 | OPD MEDICINE | หาเครื่องไม่พบ | |
| 534 | PYT2_07567 | 24PYT2_0103240421 | 24PYT2_01PM03240430 | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | PHILIPS | OMNILAB ADVANCED+ | L219430160608/B21943006C405 | OPD NEURO | PASS | |
| 535 | PYT2_09987 | 24PYT2_0103240351 | 24PYT2_01PM03240355 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390982 | OPD NEURO | PASS | |
| 536 | PYT2_02753 | - | | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | GE HEALTHCARE | COROMETRICS 172 SERIES | SAS05325054PA | OPD OB/GYN | หาเครื่องไม่พบ | |
| 537 | PYT2_04122 | 24PYT2_0103240401 | 24PYT2_01PM03240410 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | NICOLET | 200R | ECK2155 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 538 | PYT2_04151 | - | - | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | NATUS | ELITE 200R | ECK2124 | OPD OB/GYN | หาเครื่องไม่พบ | |
| 539 | PYT2_05784 | 24PYT2_0103240496 | 24PYT2_01PM03240508 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 342001-M15404570010 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 540 | PYT2_05785 | 24PYT2_0103240495 | 24PYT2_01PM03240507 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 342001-M15404570004 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 541 | PYT2_05786 | 24PYT2_0103240404 | 24PYT2_01PM03240413 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 342001-M15404570008 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 542 | PYT2_06031 | - | 24PYT2_01PM03240397 | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, PORTABLE | SAMSUNG MEDISON | SONOACE R3 | S010M3HF400058E | OPD OB/GYN | PASS | |
| 543 | PYT2_06772 | 24PYT2_0103240403 | 24PYT2_01PM03240412 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 342025-M17800910012 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 544 | PYT2_06773 | 24PYT2_0103240494 | 24PYT2_01PM03240506 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 342025-M17803490001 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 545 | PYT2_07079 | 24PYT2_0103240407 | 24PYT2_01PM03240416 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-900 | MJ5160400224 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 546 | PYT2_07272 | 24PYT2_0103240406 | 24PYT2_01PM03240415 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 560027-M18111040008 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 547 | PYT2_07273 | 24PYT2_0103240405 | 24PYT2_01PM03240414 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 560027-M18111040005 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 548 | PYT2_07274 | 24PYT2_0103240402 | 24PYT2_01PM03240411 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 560027-M18111040007 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 549 | PYT2_07275 | 24PYT2_0103240487 | 24PYT2_01PM03240499 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | F9 EXPRESS | 560039-M18903390002 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 550 | PYT2_07971 | 24PYT2_0103240486 | 24PYT2_01PM03240498 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, FETAL, ANTEPARTUM, BEDSIDE | PHILIPS | AVALON FM20 | DE65852732 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 551 | PYT2_08083 | 24PYT2_0103240492 | 24PYT2_01PM03240504 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, FETAL, ANTEPARTUM, BEDSIDE | GE HEALTHCARE | COROMETRICS 170 SERIES | SNU19350030PAS | OPD OB/GYN | PASS | |
| 552 | PYT2_09752 | 24PYT2_0103240400 | 24PYT2_01PM03240409 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390719 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 553 | PYT2_09753 | 24PYT2_0103240398 | 24PYT2_01PM03240407 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390718 | OPD OB/GYN | PASS | |
| 554 | PYT2_10057 | 24PYT2_0103240493 | 24PYT2_01PM03240505 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | GE HEALTHCARE | COROMETRICS 172 SERIES | SNV22290015PAS | OPD OB/GYN | PASS | |
| 555 | PYT2_10267 | - | | ELECTROSURGICAL UNITS | WISAP | 6001 | 2301050 | OPD OB/GYN | BME | |
| 556 | PYT2_02357 | 24PYT2_0103240556 | 24PYT2_01PM03240571 | SCALES, INFANT | SECA | 727 | 1727155109250 | OPD PEDIATRIC | PASS | |
| 557 | PYT2_02359 | 24PYT2_0103240558 | 24PYT2_01PM03240573 | SCALES, INFANT | SECA | 727 | 1727184091946 | OPD PEDIATRIC | PASS | |
| 558 | PYT2_05704 | 24PYT2_0103240557 | 24PYT2_01PM03240572 | SCALES, INFANT | SECA | 374 | 5354271126225 | OPD PEDIATRIC | PASS | |
| 559 | PYT2_06524 | 24PYT2_0103240527 | 24PYT2_01PM03240539 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | Rycom | JXB-182 | V17161200474 | OPD PEDIATRIC | PASS | |
| 560 | PYT2_07286 | 24PYT2_0103240531 | 24PYT2_01PM03240543 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | JA001 | MJ5160400238 | OPD PEDIATRIC | PASS | |
| 561 | PYT2_07287 | 24PYT2_0104240001 | 24PYT2_01PM04240001 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | JA001 | MJ5160400239 | OPD PEDIATRIC | PASS | |
| 562 | PYT2_07720 | 24PYT2_0103240554 | 24PYT2_01PM03240569 | SCALES, INFANT | SECA | 374 | 5374056170200 | OPD PEDIATRIC | PASS | |
| 563 | PYT2_09572 | 24PYT2_0103240555 | 24PYT2_01PM03240570 | SCALES, INFANT | SECA | 374 | 10000000308056 | OPD PEDIATRIC | PASS | |
| 564 | PYT2_00828 | 24PYT2_0103240245 | 24PYT2_01PM03240249 | EXERCISERS, AEROBIC, TREADMILL | QUINTON | Q-STRESS TM55 | 11040078530 | OPD PHYA THAI HEART CENTER | PASS | |
| 565 | PYT2_00829 | 24PYT2_0103240244 | 24PYT2_01PM03240248 | WORKSTATIONS, STRESS EXERCISE | QUINTON | Q-STRESS/TM55 | QS004411 | OPD PHY A THAI HEART CENTER | PASS | |
| 566 | PYT2_00843 | 24PYT2_0103240294 | 24PYT2_01PM03240298 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | PHILIPS | HeartStart XL (M4735A) | US00576331 | OPD PHYA THAI HEART CENTER | PASS | ถนวนทุ้มสาย EKG เสื่อมสภาพ |
| 567 | PYT2_00847 | 24PYT2_0103240288 | 24PYT2_01PM03240292 | EXERCISERS, AEROBIC, TREADMILL | QUINTON | Q-STRESS TM55 | 11040083670 | OPD PHYA THAI HEART CENTER | PASS | |
| 568 | PYT2_02016 | 24PYT2_0103240409 | 24PYT2_01PM03240418 | ELECTROSURGICAL UNITS | VALLEYLAB | FORCE FX | FX7D2979 A | OPD PHYA THAI HEART CENTER | PASS | |
| 569 | PYT2_06308 | 24PYT2_0103240243 | 24PYT2_01PM03240247 | WORKSTATIONS, STRESS EXERCISE | QUINTON | Q-STRESS/TM55 | 116400529512 | OPD PHYA THAI HEART CENTER | PASS | |
| 570 | PYT2_06855 | 24PYT2_0103240283 | 24PYT2_01PM03240287 | VASCULAR SCREENING UNIT (ABI) | FUKUDA DENSHI | VASERA VS-2000 | 50300063 | OPD PHYA THAI HEART CENTER | PASS | |
| 571 | PYT2_06869 | 24PYT2_0103240289 | 24PYT2_01PM03240293 | WORKSTATIONS, STRESS EXERCISE | QUINTON | Q-STRESS/TM55 | 117440593112 | OPD PHYA THAI HEART CENTER | PASS | |
| 572 | PYT2_07136 | 24PYT2_0103240292 | 24PYT2_01PM03240296 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | JA001 | MJ5160400229 | OPD PHYA THAI HEART CENTER | PASS | |
| 573 | PYT2_07182 | 24PYT2_0103240287 | 24PYT2_01PM03240291 | WORKSTATIONS, STRESS EXERCISE | QUINTON | Q-STRESS/TM55 | 118110619353 | OPD PHY A THAI HEART CENTER | PASS | |
| 574 | PYT2_07118 | 24PYT2_0103240566 | 24PYT2_01PM03240581 | ELECTROSURGICAL UNITS, MONOPOLAR/BIPOLAR | ERBE | VIO 100C | 11450572 | OPD SURGERY | PASS | |
| 575 | PYT2_00428 | 24PYT2_0103240411 | 24PYT2_01PM03240420 | ELECTROSURGICAL UNITS, MONOPOLAR, ARGON- ENHANCED COAGULATION | ERBE | VIO 300D | 11282554 | OPERATING ROOM | PASS | |
| 576 | PYT2_00785 | 24PYT2_0103240314 | 24PYT2_01PM03240319 | ELECTROSURGICAL UNITS | VALLEYLAB | FORCE FX | F6B 45240A | OPERATING ROOM | PASS | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | เอกสารแบบ 1 |
|-----|--------------------------|--|--|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|---|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 577 | PYT2_01870 | 24PYT2_0103240317 | 24PYT2_01PM03240321 | ELECTROSURGICAL UNITS | VALLEYLAB | FORCE FX | F6B 45233A | OPERATING ROOM | PASS | |
| 578 | PYT2_01871 | | - | ELECTROSURGICAL UNITS, BIPOLAR | AESCULAP | GN60 | 004139 | OPERATING ROOM | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 579 | PYT2_04921 | 24PYT2_0103240319 | 24PYT2_01PM03240323 | ELECTROSURGICAL UNITS | VALLEYLAB | FORCE FX | F6B45241A | OPERATING ROOM | PASS | |
| 580 | PYT2_05048 | 24PYT2_0103240580 | 24PYT2_01PM03240595 | INJECTORS, CONTRAST MEDIA | MALLINCKRÖDT | ILLUMENA | C0613C035X | OPERATING ROOM | PASS | Test: VOLUME 50 ml FLOW RATE 2.5 ml/sec Test: VOLUME 100 ml FLOW RATE 4 ml/sec Test: VOLUME 150 ml FLOW RATE 5 ml/sec, Hand Switch ใช้งานไม่ใต้ |
| 591 | PYT2_05637 | 24PYT2_0103240410 | 24PYT2_01PM03240419 | ELECTROSURGICAL UNITS | COVIDIEN | FORCE TRIAD | T4E41071EX | OPERATING ROOM | PASS | |
| 592 | PYT2_05674 | 24PYT2_0103240471 | 24PYT2_01PM03240481 | TOURNIQUETS, PNEUMATIC | PMS | FORCE IRIAD | IACATO/ICA | OPERATING ROOM | PASS | |
| 592 | PYT2_05791 | 24PYT2_0103240470 | 24PYT2_01PM03240480 | TOURNIQUETS, PNEUMATIC TOURNIQUETS, PNEUMATIC | ZIMMER | A.T.S. 4000TS | 401502190010 | OPERATING ROOM | PASS | |
| 584 | PYT2_06058 | 24PYT2_0103240467 | 24PYT2_01PM03240477 | TOURNIQUETS, PNEUMATIC TOURNIQUETS, PNEUMATIC | PMS | A.1.5.400015 | 1509 | OPERATING ROOM | PASS | |
| 585 | PYT2_06212 | 24PYT2_0103240408 | 24PYT2_01PM03240417 | ELECTROSURGICAL UNITS | COVIDIEN | FORCE FX | S6D21529AX | OPERATING ROOM | PASS | |
| 586 | PYT2 06213 | 24PYT2_0103240413 | 24PYT2_01PM03240422 | ELECTROSURGICAL UNITS | COVIDIEN | FORCE FX | S6D21535AX | OPERATING ROOM | PASS | |
| 587 | PYT2 06227 | | 211 1 12_011 110 02 10 122 | TOURNIQUETS PNEUMATIC | PMS | TORCETA | 50021333101 | OPERATING ROOM | DEFECTIVE | ค่าต่ำ |
| 500 | PYT2_06936 | 24PYT2_0103240472 | 24PYT2_01PM03240482 | TOURNIQUETS, PNEUMATIC | ZIMMER | A.T.S. 4000TS | 401710100003 | OPERATING ROOM | PASS | II MI |
| 590 | PYT2 07703 | 24PYT2_0103240412 | 24PYT2 01PM03240421 | ELECTROSURGICAL UNITS | COVIDIEN | VALLEYLAB FX8 | F8G10168KX | OPERATING ROOM | PASS | |
| 500 | PYT2_08415 | 241 112_0103240412 | 241 1 12_011 M03240421 | ELECTROSURGICAL UNITS ELECTROSURGICAL UNITS. BIPOLAR | ARTHREX | AR-9800 | CM10940H20 | OPERATING ROOM | บริษัทภายนอกคำเนินการ | |
| 591 | PYT2_09677 | 24PYT2_0103240341 | 24PYT2_01PM03240345 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 20C0390447 | OPERATING ROOM | PASS | |
| 592 | PYT2_09678 | 24PYT2_0103240350 | 24PYT2_01PM03240354 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 20C0390448 | OPERATING ROOM | PASS | |
| 593 | PYT2_00962 | 24PYT2_0103240126 | 24PYT2_01PM03240129 | SCALES, INFANT | SECA | 727 | 1727183046022 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 594 | PYT2_04311 | 24PYT2_0103240104 | 24PYT2_01PM03240109 | VENTILATORS, HIGH FREQUENCY OSCILLATORY INFANT | CAREFUSION | SENSORMEDICS 3100A | BCW01280 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 595 | PYT2_04510 | 24PYT2_0103240100 | 24PYT2_01PM03240102 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE, NEONATAL/PEDIATRIC | MAQUET | SERVO-I | 75468 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 596 | PYT2_04534 | 24PYT2_0103240121 | 24PYT2_01PM03240124 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE9070LUPE | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_04560 |
| 597 | PYT2_04560 | 24PYT2_0103240120 | 24PYT2_01PM03240123 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE 12519574 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 598 | PYT2_04639 | 24PYT2_0103240099 | 24PYT2_01PM03240106 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE 12519606 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 599 | PYT2_04640 | 24PYT2_0103240105 | 24PYT2_01PM03240108 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE9070CUPS | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_04639 |
| 600 | PYT2_05015 | 24PYT2_0103240110 | 24PYT2_01PM03240114 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE12519572 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 601 | PYT2_05016 | 24PYT2_0103240112 | 24PYT2_01PM03240115 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE9070CUP6 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05015 |
| 602 | PYT2_05945 | 24PYT2_0103240117 | 24PYT2_01PM03240120 | SCALES, INFANT | SECA | 727 | 100000000618141 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 603 | PYT2_06286 | 24PYT2_0103240090 | 24PYT2_01PM03240093 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | HP | RP5700 | 2UA338OFPR | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 604 | PYT2_06347 | 24PYT2_0103240115 | 24PYT2_01PM03240118 | MODULE, PRESS | PHILIPS | M1006B | DE805T6298 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_05015 |
| 605 | PYT2_07026 | - | - | OXYGEN HIGH FLOW | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | AIRVO 2 | 2100420207 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 606 | PYT2_07049 | 24PYT2_0103240102 | 24PYT2_01PM03240104 | VENTILATORS, INTENSIVE CARE, NEONATAL/PEDIATRIC | MAQUET | SERVO-I | 89217 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 607 | PYT2_07129 | 24PYT2_0103240113 | 24PYT2_01PM03240116 | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE455B8071 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg, MODULE OF ID Code :PYT2_05015 |
| 608 | PYT2_07722 | 24PYT2_0103240097 | 24PYT2_01PM03240100 | SCALES, INFANT | SECA | 374 | 5-374-271-126-224 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 609 | PYT2_07855 | 24PYT2_0103240132 | 24PYT2_01PM03240138 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE58557841 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 610 | PYT2_07856 | 24PYT2_0103240574 | 24PYT2_01PM03240589 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP | PHILIPS | M3001A | DE6520HZ5F | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code : PYT2_07868 |
| 611 | PYT2_07857 | - | • | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3014A | DE45457171 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | ติดใช้งาน | |
| 612 | PYT2_07868 | 24PYT2_0103240575 | 24PYT2_01PM03240590 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX700 | DE58557830 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 613 | PYT2_07869 PYT2_07882 | 24PYT2_0103240137 24PYT2_0103240520 | 24PYT2_01PM03240140 24PYT2_01PM03240532 | MODULE, ECG/SPO2/NIBP/IBP/TEMP MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | PHILIPS HP | M3001A | DE6520HZ5H 2UA8432FC | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | MODULE OF ID Code :PYT2_07855 |
| 615 | PYT2 07906 | 24PYT2_0103240138 | 24PYT2_01PM03240141 | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT | HK-300 | 01072078 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 013 | _ | | | AN COLON TOMES, ENTERAL PLEDING | (HAWKMED) | 11K-300 | | | | |
| 616 | PYT2_09586 | 24PYT2_0103240106 | 24PYT2_01PM03240107 | OXYGEN HIGH FLOW | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | AIRVO 2 | 200924175546 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | |
| 617 | PYT2_10237 | 24PYT2_0103240174 | 24PYT2_01PM03240177 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | R Series | AF21I143034 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | PASS | $Carbon\ Dioxide\ Concentration\ 5\%\ (36.8\ mmHg)\ \pm 2.6\ mmHg = 37\ mmHg\ ,$ $Carbon\ Dioxide\ Concentration\ 10\%\ (73.6\ mmHg)\ \pm 5.2\ mmHg = 77\ mmHg$ |

| | Health | | | | | | | | | เอกสารแบบ 1 |
|-----|------------|-------------------|---------------------|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 618 | PYT2_07474 | 24PYT2_0103240522 | 24PYT2_01PM03240534 | REFRIGERATORS, FREEZER | SEVERIN | KS 9890 | 10129 | PHARMACY | PASS | |
| 619 | PYT2_07463 | 24PYT2_0103240399 | 24PYT2_01PM03240408 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y445648 | PHYATHAI BEAUTY CENTER | PASS | |
| 620 | PYT2_00730 | 24PYT2_0103240089 | 24PYT2_01PM03240092 | ULTRASOUND THERAPY SYSTEMS, PHYSICAL THERAPY | ENRAF-NONIUS MEDICAL EQUIPMENT | SONOPULS 492 | 50-1915 | PHYSICAL THERAPY | PASS | |
| 621 | PYT2_06583 | 24PYT2_0103240285 | 24PYT2_01PM03240289 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | PHILIPS | HeartStart FRx | B16C-00363 | PHYSICAL THERAPY | PASS | |
| 622 | PYT2_06767 | 24PYT2_0103240582 | 24PYT2_01PM03240597 | LASERS, PHYSICAL THERAPY | BTL | BTL-6000 HIGH INTENSITY LASER | 04100B002166 | PHYSICAL THERAPY | PASS | Dosage 150 J/cm2, Area 100 cm2 |
| 623 | PYT2_06918 | 24PYT2_0103240583 | 24PYT2_01PM03240598 | LASERS, PHYSICAL THERAPY | BTL | BTL-6000 HIGH INTENSITY LASER | 04100B002082 | PHYSICAL THERAPY | PASS | Dosage 150 J/cm2, Area 100 cm2 |
| 624 | PYT2_07021 | 24PYT2_0103240279 | 24PYT2_01PM03240283 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300114 | PHYSICAL THERAPY | PASS | |
| 625 | PYT2_07022 | - | - | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300109 | PHYSICAL THERAPY | ติดใช้งาน | |
| 626 | PYT2_07023 | 24PYT2_0103240280 | 24PYT2_01PM03240284 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300110 | PHYSICAL THERAPY | PASS | |
| 627 | PYT2_07024 | 24PYT2_0103240278 | 24PYT2_01PM03240282 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | HP | RP5700 | 2UA8061K52 | PHYSICAL THERAPY | PASS | |
| 628 | PYT2_07142 | 24PYT2_0103240296 | 24PYT2_01PM03240300 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | JA001 | 5160400228 | PHYSICAL THERAPY | PASS | |
| 629 | PYT2_08612 | 24PYT2_0103240286 | 24PYT2_01PM03240290 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 2090521104 | PHYSICAL THERAPY | PASS | |
| 630 | PYT2_02360 | 24PYT2_0103240539 | 24PYT2_01PM03240553 | REFRIGERATORS, MORGUE | WIP | W-TC10 | - | POSTMORTEM ROOM | PASS | |
| 631 | PYT2_02361 | 24PYT2_0103240538 | 24PYT2_01PM03240552 | REFRIGERATORS, MORGUE | WIP | W-TC9 | - | POSTMORTEM ROOM | PASS | |
| 632 | PYT2_06756 | 24PYT2_0103240295 | 24PYT2_01PM03240299 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-900 | MJ5160400876 | STAFF CLINIC | PASS | |
| 633 | PYT2_09738 | 24PYT2_0103240533 | 24PYT2_01PM03240544 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390617 | STAFF CLINIC | PASS | |
| 634 | PYT2_09750 | 24PYT2_0103240219 | 24PYT2_01PM03240222 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | THERMOFLASH | LX-28 | 092070104864 | STAFF CLINIC | PASS | |
| 635 | PYT2_09760 | 24PYT2_0103240061 | 24PYT2_01PM03240064 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390824 | STAFF CLINIC | PASS | |
| 636 | PYT2_09731 | 24PYT2_0103240529 | 24PYT2_01PM03240541 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 20C0390579 | TRIAGE | PASS | |
| 637 | PYT2_09732 | 24PYT2_0103240560 | 24PYT2_01PM03240575 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390580 | TRIAGE | PASS | |
| 638 | PYT2_10061 | 24PYT2_0103240491 | 24PYT2_01PM03240503 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0391246 | TRIAGE | PASS | |
| 639 | PYT2_04536 | 24PYT2_0103240213 | 24PYT2_01PM03240216 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE TRX | US73802933 | WARD 11/A | PASS | |
| 640 | PYT2_04599 | - | - | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE TRX | US73802936 | WARD 11/A | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 641 | PYT2_04680 | 24PYT2_0103240212 | 24PYT2_01PM03240215 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE TRX | US 73802938 | WARD 11/A | PASS | |
| 642 | PYT2_08245 | 24PYT2_0103240186 | 24PYT2_01PM03240189 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300297 | WARD 11/A | PASS | |
| 643 | PYT2_08246 | 24PYT2_0103240185 | 24PYT2_01PM03240188 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300296 | WARD 11/A | PASS | |
| 644 | PYT2_08247 | 24PYT2_0103240211 | 24PYT2_01PM03240214 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300293 | WARD 11/A | PASS | |
| 645 | PYT2_00311 | 24PYT2_0103240364 | 24PYT2_01PM03240371 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | GE HEALTHCARE | COROMETRICS 172 SERIES | SAS09504481PA | WARD 11/B | PASS | |
| 646 | PYT2_05276 | - | | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | NICOLET | 200R | FC00320 | WARD 11/B | หาเครื่องไม่พบ | |
| 647 | PYT2_05715 | 24PYT2_0103240368 | 24PYT2_01PM03240375 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 3420001-M15404570009 | WARD 11/B | PASS | |
| 648 | PYT2_06022 | 24PYT2_0103240367 | 24PYT2_01PM03240374 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | HUNTLEIGH HEALTHCARE | SONICAID FD1 | FD1PX0221028-07 | WARD 11/B | PASS | |
| 649 | PYT2_07806 | 24PYT2_0103240365 | 24PYT2_01PM03240372 | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | EDAN | SD3 | 560027-M19501920007 | WARD 11/B | PASS | |
| 650 | PYT2_00192 | - | - | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | GE HEALTHCARE | COROMETRICS 172 SERIES | SAS05325053PA | WARD 12/B | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 651 | PYT2_05713 | 24PYT2_0103240366 | 24PYT2_01PM03240373 | SCALES, INFANT | SECA | 374 | 5374272131367 | WARD 14/B | PASS | |
| 652 | PYT2_09598 | 24PYT2_0103240541 | 24PYT2_01PM03240555 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | (21)X21F375385 | WARD 15/A | PASS | |
| 653 | PYT2_08403 | 24PYT2_0103240490 | 24PYT2_01PM03240502 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | X20F285422 | WARD 15/B | PASS | |
| 654 | PYT2_10250 | 24PYT2_0103240515 | 24PYT2_01PM03240527 | INFUSION PUMPS, ENTERAL FEEDING | SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT (HAWKMED) | HK-300 | 08012082 | WARD 15/B | PASS | |

| - | rieaitii | | | | | | | | | เอกสารแบบ 1 |
|-----|------------|-------------------|---------------------|--|----------|-------------------|---------------------------|------------|----------------|---|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM,No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 655 | PYT2_05007 | - | | MONITORS, PHYSIOLOGIC, RESPIRATION, RESPIRATORY GAS, INSPIRED OXYGEN, | TELEDYNE | AX300 | 276646 | WARD 17/B | DEFECTIVE | |
| 656 | PYT2_07623 | 24PYT2 0103240363 | 24PYT2 01PM03240370 | BEDSIDE/INTRAOPERATIVE SCALES, INFANT | SECA | 374 | 5374293177202 | WARD 17/B | PASS | |
| 657 | PYT2_09668 | - | | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 2090521805 | WARD 17/B | หาเครื่องไม่พบ | |
| 658 | PYT2_10286 | 24PYT2_0103240346 | 24PYT2_01PM03240350 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0391339 | WARD 17/B | PASS | |
| 659 | PYT2_02382 | 24PYT2_0103240098 | 24PYT2_01PM03240101 | SCALES, INFANT | SECA | 727 | 6137 | WARD 18/B | PASS | |
| 660 | PYT2_07624 | 24PYT2_0103240361 | 24PYT2_01PM03240369 | SCALES, INFANT | SECA | 374 | 5374293177197 | WARD 18/B | PASS | |
| 661 | PYT2_08402 | - | | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | X20E285146 | WARD 21/B | DEFECTIVE | Battery เสื่อม รอเปลี่ยน Battery |
| 662 | PYT2_09651 | | | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | (21) X21F375476 | WARD 22/B | DEFECTIVE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 663 | PYT2_10151 | 24PYT2_0103240214 | 24PYT2_01PM03240217 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300269 | WARD 8/A | PASS | |
| 664 | PYT2_02808 | 24PYT2_0103240183 | 24PYT2_01PM03240186 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE TRX | US03916738 | WARD 9/A | PASS | |
| 665 | PYT2_04652 | 24PYT2_0103240217 | 24PYT2_01PM03240220 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, CENTRAL STATION | PHILIPS | - | SGH322P4MR | WARD 9/A | PASS | |
| 666 | PYT2_05254 | 24PYT2_0103240488 | 24PYT2_01PM03240500 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | US01849810 | WARD 9/A | PASS | |
| 667 | PYT2_06530 | 24PYT2_0103240180 | 24PYT2_01PM03240183 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300036 | WARD 9/A | PASS | |
| 668 | PYT2_06531 | 24PYT2_0103240489 | 24PYT2_01PM03240501 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300037 | WARD 9/A | PASS | |
| 669 | PYT2_06532 | 24PYT2_0103240535 | 24PYT2_01PM03240549 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300035 | WARD 9/A | PASS | |
| 670 | PYT2_06533 | 24PYT2_0103240536 | 24PYT2_01PM03240548 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300041 | WARD 9/A | PASS | |
| 671 | PYT2_06534 | 24PYT2_0103240482 | 24PYT2_01PM03240493 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300034 | WARD 9/A | PASS | |
| 672 | PYT2_06535 | 24PYT2_0103240175 | 24PYT2_01PM03240178 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300026 | WARD 9/A | PASS | |
| 673 | PYT2_06536 | 24PYT2_0103240176 | 24PYT2_01PM03240179 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300028 | WARD 9/A | PASS | |
| 674 | PYT2_06537 | 24PYT2_0103240550 | 24PYT2_01PM03240565 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300033 | WARD 9/A | PASS | |
| 675 | PYT2_06539 | 24PYT2_0103240179 | 24PYT2_01PM03240182 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300030 | WARD 9/A | PASS | |
| 676 | PYT2_06540 | 24PYT2_0103240177 | 24PYT2_01PM03240180 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300032 | WARD 9/A | PASS | |
| 677 | PYT2_06541 | 24PYT2_0103240181 | 24PYT2_01PM03240184 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300029 | WARD 9/A | PASS | |
| 678 | PYT2_07015 | 24PYT2_0103240481 | 24PYT2_01PM03240492 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300116 | WARD 9/A | PASS | |
| 679 | PYT2_10056 | 24PYT2_0103240218 | 24PYT2_01PM03240221 | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | ZOLL | R Series | AF211143043 | WARD 9/A | PASS | Carbon Dioxide Concentration 5% (36.8 mmHg) ±2.6 mmHg = 38 mmHg , Carbon Dioxide Concentration 10% (73.6 mmHg) ±5.2 mmHg = 77 mmHg |
| 680 | PYT2_05667 | - | 24PYT2_01PM03240551 | WORKSTATIONS | B BRAUN | SPACESTATION MRI | 8713152 | X-RAY | PASS | |
| 681 | PYT2_05719 | 24PYT2_0103240572 | 24PYT2_01PM03240587 | INFUSION PUMPS, SYRINGE | B BRAUN | PERFUSOR SPACE | 8713030-280733-96956240B5 | X-RAY | PASS | |
| 682 | PYT2_05720 | 24PYT2_0103240571 | 24PYT2_01PM03240586 | INFUSION PUMPS | B BRAUN | INFUSOMAT SPACE | 8713050-327105-96956324CS | X-RAY | PASS | |
| 683 | PYT2_06726 | - | 24PYT2_01PM03240240 | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, GENERAL- PURPOSE | HITACHI | ARIETTA 70 | 20599698 | X-RAY | PASS | Software Version : 5.3.0 |
| 684 | PYT2_06727 | | 24PYT2_01PM03240496 | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, GENERAL- PURPOSE | HITACHI | ARIETTA V70 | 20599700 | X-RAY | PASS | Software Version: 5.3.0 |
| 685 | PYT2_07184 | 24PYT2_0103240561 | 24PYT2_01PM03240576 | ANESTHESIA UNITS | DRAGER | FABIUS MRI | ASLD-0015 | X-RAY | PASS | |
| 686 | PYT2_07185 | 24PYT2_0103240562 | 24PYT2_01PM03240577 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DRAGER | Fabius GS premium | - | X-RAY | PASS | |
| 687 | PYT2_07186 | 24PYT2_0103240552 | 24PYT2_01PM03240567 | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | VAPOR 2000 | ASLF-0951 | X-RAY | PASS | |
| 688 | PYT2_07384 | - | 24PYT2_01PM03240523 | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, GENERAL- PURPOSE | HITACHI | ARIETTA 70 | 20684669 | X-RAY | PASS | Software Version: 5.3.0 |

| | | | | | | | | | | LandYSLUU 1 |
|-----|------------|-------------------|---------------------|--|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 689 | PYT2_07442 | 24PYT2_0103240573 | 24PYT2_01PM03240588 | INJECTORS, CONTRAST MEDIA | MEDRAD | STELLANT | 60764873 207602 | X-RAY | PASS | Test : VOLUME 50 ml FLOW RATE 2.5 ml/sec Test : VOLUME 100 ml FLOW RATE 4 ml/sec Test : VOLUME 150 ml FLOW RATE 5 ml/sec |
| 690 | PYT2_07537 | 24PYT2_0103240484 | 24PYT2_01PM03240495 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y445527 | X-RAY | PASS | |
| 691 | PYT2_07736 | 24PYT2_0103240518 | 24PYT2_01PM03240530 | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | EFFICIA CM120 | CN92345179 | X-RAY | PASS | |
| 692 | PYT2_07987 | 24PYT2_0103240523 | 24PYT2_01PM03240535 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, MULTIPURPOSE, MRI SAFE/CONDITIONAL | PHILIPS | EXPRESSION MR200 | US54001126 | X-RAY | PASS | |
| 693 | PYT2_07988 | 24PYT2_0103240524 | 24PYT2_01PM03240536 | MONITORS LCD | PHILIPS | EXPRESSION IP5 | 865471 | X-RAY | PASS | |
| 694 | PYT2_08396 | 24PYT2_0103240530 | 24PYT2_01PM03240542 | INJECTORS, CONTRAST MEDIA | MEDRAD | SPECTRIS SOLARIS EP | 60764679 206184 | X-RAY | PASS | Test: VOLUME 20 ml FLOW RATE 2 ml/sec Test: VOLUME 50 ml FLOW RATE 2,5 ml/sec Test: VOLUME 100 ml FLOW RATE 4 ml/sec |
| 695 | PYT2_09673 | 24PYT2_0103240540 | 24PYT2_01PM03240554 | MONITORS, PHYSIOLOGIC, VITAL SIGNS | GE HEALTHCARE | B105 | SQE21332267WA | X-RAY | PASS | |
| 696 | PYT2_08043 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 697 | PYT2_08044 | - | | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 698 | PYT2_08046 | 24PYT2_0103240344 | 24PYT2_01PM03240348 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ้ายการพยาบาล | PASS | |
| 699 | PYT2_08047 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ้ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 700 | PYT2_08048 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ้ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 701 | PYT2_08050 | 24PYT2_0103240422 | 24PYT2_01PM03240432 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ้ายการพยาบาล | PASS | |
| 702 | PYT2_08051 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 703 | PYT2_08291 | 24PYT2_0103240546 | 24PYT2_01PM03240561 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2070000685 | ฝ้ายการพยาบาล | PASS | |
| 704 | PYT2_08292 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2070000688 | ฝ้ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 705 | PYT2_08293 | 24PYT2_0103240425 | 24PYT2_01PM03240435 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2070000689 | ฝ้ายการพยาบาล | PASS | |
| 706 | PYT2_08294 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2070000687 | ฝ้ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 707 | PYT2_08295 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2070000686 | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 708 | PYT2_08296 | 24PYT2_0103240308 | 24PYT2_01PM03240312 | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2070000684 | ฝ่ายการพยาบาล | PASS | |
| 709 | PYT2_08397 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | FLIR | E53 | - | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 710 | PYT2_08398 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | FLIR | E53 | - | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 711 | PYT2_08399 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HIKVISION | - | - | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 712 | PYT2_08400 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HIKVISION | - | - | ฝ้ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 713 | PYT2_08404 | - | | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | X20E285029 | ฝ้ายการพยาบาล | DEFECTIVE | Alarm Battery |
| 714 | PYT2_09578 | - | | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH12621 | ฝ้ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 715 | PYT2_09579 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH12624 | ฝ้ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 716 | PYT2_09580 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH12623 | ฝ้ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 717 | PYT2_09581 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH12622 | ฝ้ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 718 | PYT2_09718 | - | • | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | - | - | FGB210004 | ฝ้ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |

runnsครื่อมือแพนที่เข้าท่านิเคกากโดยเด

| | | | | | | | | | | | tanatikus 1 |
|---|-----|------------|-------------------|---------------------|--|-------|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| N | lo. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 7 | 19 | PYT2_09719 | | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | • | - | FGB210003 | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 7 | 20 | PYT2_09720 | | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | • | - | FGB210005 | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 7 | 21 | PYT2_10095 | 24PYT2_0103240124 | 24PYT2_01PM03240127 | SPHYGMOMANOMETERS, ELECTRONIC, AUTOMATIC | OMRON | HEM-907 | 20210900482GF | ฝ่ายการพยาบาล | PASS | |
| 7 | 22 | PYT2_10096 | 24PYT2_0103240127 | 24PYT2_01PM03240130 | SPHYGMOMANOMETERS, ELECTRONIC, AUTOMATIC | OMRON | HEM-907 | 20210900483GF | ฝ้ายการพยาบาล | PASS | |

SIGNED IN SIGNED OF PROVIDE STORY OF THE PROVIDE ST



รายการเครื่องมือที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบเทียบ

เอกสารแนบ 2

| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
|-----|------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------|
| 1 | PYT2_00337 | 24PYT2_0103240380 | 24PYT2_01PM03240387 | ANESTHESIA UNITS | DATEX-OHMEDA | AESPIRE 7100 | AMX10100128WA | ANESTHESIA | OUT OF RANGE | |
| 2 | PYT2_00418 | 24PYT2_0103240382 | 24PYT2_01PM03240389 | VENTILATORS, ANESTHESIA | DATEX-OHMEDA | 7100 | - | ANESTHESIA | OUT OF RANGE | |

| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
|-----|------------|--------|-------|--|---------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | PYT2_07751 | - | - | VENTILATORS, TRANSPORT | AIR LIQUIDE | MONNAL T60 | MT60-07140 | AMBULANCE | DEFECTIVE | KEMAKK |
| 2 | PYT2_09691 | _ | | , | - | | MT6A-00245 | | ยกเลิกการใช้งาน | |
| | | | - | VENTILATORS, TRANSPORT | AIR LIQUIDE | MONNAL T60 | | AMBULANCE | หาเครื่องไม่พบ | |
| 3 | PYT2_00567 | | - | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE43547615 | ANESTHESIA | หาเครื่องไม่พบ หาเครื่องไม่พบ | |
| 4 | PYT2_00783 | - | - | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DATEX-OHMEDA | TEC 7 | BEJR04545 | ANESTHESIA | | لو وانیان نو |
| 5 | PYT2_02011 | - | - | MODULE, GAS | PHILIPS | M1013A | JSBN-0029 | ANESTHESIA | DEFECTIVE | alarm zero failed วัดค่าไม่ได้ |
| 6 | PYT2_06107 | - | - | ANESTHESIA UNITS, VAPORIZER | DRAGER | D-VAPOR | ASJF-0052 | ANESTHESIA | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 7 | PYT2_06516 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | Rycom | JXB-182 | V17161200492 | ANESTHESIA | หาเครื่องไม่พบ | |
| 8 | PYT2_07270 | - | - | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, GENERAL-PURPOSE | GE HEALTHCARE | LOGIQ E | 6012562WX0 | ANESTHESIA | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 9 | PYT2_07972 | - | - | MODULE, GAS | PHILIPS | INTELLIVUE G7 | DE43806315 | ANESTHESIA | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 10 | PYT2_00634 | - | - | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050134 | BME-PYT2 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 11 | PYT2_00818 | - | - | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050147 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| 12 | PYT2_01226 | - | - | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 08010269 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| 13 | PYT2_01236 | - | - | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 07050171 | BME-PYT2 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 14 | PYT2_02908 | - | - | INFUSION PUMPS | TERUMO | TE-171 | 05040138 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| 15 | PYT2 05601 | - | - | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1304000403 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| 16 | PYT2_09734 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH14304 | BME-PYT2 | หาเครื่องไม่พบ | |
| 17 | PYT2_09759 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390823 | BREAST CARE CENTER | หาเครื่องไม่พบ | |
| 18 | PYT2_07441 | - | - | SCANNING SYSTEM, ULTRASONIC, GENERAL-PURPOSE | GE HEALTHCARE | LOGIQ V2 | 6006181WX0 | CATH LAB | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 19 | PYT2_00030 | - | - | CIRCULATORY ASSIST UNITS, CARDIAC, INTRA-AORTIC BALLOON | MAQUET | CARDIO SAVE | CA222264A3 | CORONARY CARE UNIT | ВМЕ | |
| 20 | PYT2_00172 | - | - | CIRCULATORY ASSIST UNITS, CARDIAC, INTRA-AORTIC BALLOON | DATASCOPE | CS300 | SI222056A3 | CORONARY CARE UNIT | ВМЕ | |
| 21 | PYT2_00592 | - | - | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE907V5907 | CORONARY CARE UNIT | DEFECTIVE | |
| 22 | PYT2_05919 | - | - | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3014A | DE83714606 | CORONARY CARE UNIT | DEFECTIVE | |
| 23 | PYT2_06274 | - | - | MODULE, PRESS | HEWLETT PACKARD | M1006B | 3604G22003 | CORONARY CARE UNIT | หาเครื่องไม่พบ | |
| 24 | PYT2_08035 | - | - | PUMPS, EXTRACORPOREAL PERFUSION | MAQUET | ROTAFLOW | 94175843 | CORONARY CARE UNIT | ВМЕ | |

| | | | | | | | | | | เอกสารแนบ |
|-----|------------|--------|-------|--|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 25 | PYT2_10222 | - | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 980 | 35 \$\circ\$B2200917 | CORONARY CARE UNIT | DEFECTIVE | ส่งช่อม |
| 26 | PYT2_00657 | - | - | VENTILATORS, TRANSPORT | VIASYS HEALTHCARE | LTV 1200 | E32586 | EMERGENCY ROOM | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 27 | PYT2_02526 | - | - | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, MANUAL | PHILIPS | HeartStart MRx (M3535A) | US00567159 | EMERGENCY ROOM | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 28 | PYT2_07564 | - | - | VENTILATORS, TRANSPORT | AIR LIQUIDE | MONNAL T60 | MT60-06879 | EMERGENCY ROOM | DEFECTIVE | |
| 29 | PYT2_00001 | - | - | WARMING/COOLING UNITS, PATIENT, CIRCULATING-LIQUID | CSZ | BLANKETROL II (222R) | 8927642 | INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 30 | PYT2_00031 | - | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | CAREFUSION | VELA | AET 02264 | INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 31 | PYT2_00046 | - | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | CAREFUSION | VELA | BAT02377 | INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 32 | PYT2_00166 | - | - | MONITORS, PHYSIOLOGIC, RESPIRATION, RESPIRATORY GAS, INSPIRED OXYGEN, BEDSIDE/INTRAOPERATIVE | TELEDYNE | TED-60T | 601.1 | INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 33 | PYT2_02917 | 1 | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | CAREFUSION | VELA | BAT04957 | INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 34 | PYT2_05520 | - | - | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | CARADYNE | WHISPERFLOW | 8580000329-05 | INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 35 | PYT2_05689 | - | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3512142120 | INTENSIVE CARE UNIT | ติดใช้งาน | |
| 36 | PYT2_05930 | - | - | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE45592643 | INTENSIVE CARE UNIT | DEFECTIVE | |
| 37 | PYT2_05943 | - | - | VENTILATORS, NONINVASIVE POSITIVE PRESSURE | PHILIPS | RESPIRONICS V60 | 100149719 | INTENSIVE CARE UNIT | ติดใช้งาน | |
| 38 | PYT2_06460 | - | - | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | CARADYNE | WHISPERFLOW | 8580040913-06 | INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 39 | PYT2_06461 | - | - | POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS, CONTINUOUS | CARADYNE | WHISPERFLOW | 8580000329-04 | INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 40 | PYT2_08642 | - | - | OXYGEN HIGH FLOW | MEKICS | HFT500 | HFT500UA1E0447 | INTENSIVE CARE UNIT | ติดใช้งาน | |
| 41 | PYT2_00015 | - | - | WARMING/COOLING UNITS, PATIENT, CIRCULATING-LIQUID | MEDIVANCE | Arctic Sun 2000 | 3673 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | BME | |


เอกสารแนบ 3

| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
|------|------------|---------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 110. | ID CODE | Cer.ivo | 1 141.140 | MEDICAL EQUI MENT | DRAND | MODEL | 5/14 | | SIATUS | KEMAKK |
| 42 | PYT2_00040 | - | - | VENTILATORS, INTENSIVE CARE | PURITAN BENNETT | 840 | 3121209630 | INTENSIVE CARE UNIT 2 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 43 | PYT2_08669 | - | - | OXYGEN HIGH FLOW | COMEN | NF5 | F5210615013C | INTENSIVE CARE UNIT 2 | DEFECTIVE | ค่า Flow สูง |
| 44 | PYT2_06002 | - | - | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX600 | DE51034770 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | ติดใช้งาน | |
| 45 | PYT2_06003 | - | - | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC, MODULAR | PHILIPS | M3001A | DE5220EF86 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | ติดใช้งาน | |
| 46 | PYT2_07583 | - | - | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE61413251 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 47 | PYT2_07611 | - | - | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3015A | DE455B2537 | INTENSIVE CARE UNIT 3 | DEFECTIVE | |
| 48 | PYT2_05588 | - | - | INCUBATORS, ANAEROBIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3131 | SM1400565 | IVF | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 49 | PYT2_05597 | - | - | INCUBATORS, ANAEROBIC | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3131 | SM1400564 | IVF | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 50 | PYT2_09666 | - | - | LABORATORY HOODS, LAMINAR FLOW | ASTEC | AITT-180 | L082100032 | IVF | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 51 | PYT2_09667 | - | - | INCUBATORS, LABORATORY, THERMOCYCLING | ASTEC | - | - | IVF | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 52 | PYT2_01256 | - | - | SCALES, INFANT | SECA | 727 | - | NURSERY | หาเครื่องไม่พบ | |
| 53 | PYT2_02803 | - | - | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1301000467 | NURSERY | DEFECTIVE | ตัวจับชำรุค |
| 54 | PYT2_02964 | - | - | MONITORS, PATIENT TRANSPORT | BCI | MINI-TORR | 4007786 | NURSERY | หาเครื่องไม่พบ | |
| 55 | PYT2_05585 | - | - | INFUSION PUMPS, SYRINGE | TERUMO | TE-331 | 1306000104 | NURSERY | DEFECTIVE | ตัวจับชำรุค |
| 56 | PYT2_09601 | - | - | MONITORS, BEDSIDE, PHYSIOLOGIC | PHILIPS | EFFICIA CM100 | CN12000333 | NURSERY | BME | |
| 57 | PYT2_05952 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y355499 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 58 | PYT2_05958 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y343720 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 59 | PYT2_06629 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | JA001 | MJ5160400868 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 60 | PYT2_06729 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | JA001 | MJ5160400866 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 61 | PYT2_06753 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-900 | MJ5160401101 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |

| | | เอกสารแนบ 3 | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-------|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--|--|--|--|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK | | | | |
| 62 | PYT2_06754 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-900 | MJ5160402113 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 63 | PYT2_06757 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BROOKLANDS | 11-900 | MJ5160402115 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 64 | PYT2_07414 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y445306 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | | | | | |
| 65 | PYT2_07415 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y445321 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 66 | PYT2_07444 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | YRFA 445457 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | | | | | |
| 67 | PYT2_07691 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | MICROLIFE | FR1MF1 | 2019-04-26 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 68 | PYT2_07692 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | MICROLIFE | FR1MF1 | 2019-04-26 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 69 | PYT2_07696 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HUBDIC | FS-300 | Y456502 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 70 | PYT2_07739 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160400514 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 71 | PYT2_07740 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160403432 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 72 | PYT2_07743 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160400511 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 73 | PYT2_07744 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | VERATEMP | 1190 | MJ5160403420 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 74 | PYT2_08006 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 001615 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 75 | PYT2_08008 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 001758 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | | | | | |
| 76 | PYT2_08009 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 017035 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 77 | PYT2_08014 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID016934 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |
| 78 | PYT2_08017 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 001765 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | | | | | |

| | | | | | | | | | | เอกสารแนบ 3 |
|-----|------------|--------|-------|--|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 79 | PYT2_08018 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 001844 | OPD CHECK UP | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 80 | PYT2_08019 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ARC | INSTATEMP MD | ID 016957 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 81 | PYT2_08204 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | NISSEI | MT-500 | 200051658 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 82 | PYT2_08214 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | BIOLAND | E122 | E20D0024447 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 83 | PYT2_09783 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0390642 | OPD CHECK UP | หาเครื่องไม่พบ | |
| 84 | PYT2_09583 | - | - | LASERS, ND:YAG, OPHTHALMIC | CARL ZEISS MEDITEC INC | VISULAS YAG III | 1244435 | OPD EYE | บริษัทภายนอกคำเนินการ | |
| 85 | PYT2_10135 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 20C0391405 | OPD MEDICINE | หาเครื่องไม่พบ | |
| 86 | PYT2_02753 | - | - | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | GE HEALTHCARE | COROMETRICS 172 SERIES | SAS05325054PA | OPD OB/GYN | หาเครื่องไม่พบ | |
| 87 | PYT2_04151 | - | - | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | NATUS | ELITE 200R | ECK2124 | OPD OB/GYN | หาเครื่องไม่พบ | |
| 88 | PYT2_10267 | - | - | ELECTROSURGICAL UNITS | WISAP | 6001 | 2301050 | OPD OB/GYN | BME | |
| 89 | PYT2_01871 | - | - | ELECTROSURGICAL UNITS, BIPOLAR | AESCULAP | GN60 | 004139 | OPERATING ROOM | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 90 | PYT2_06227 | - | - | TOURNIQUETS, PNEUMATIC | PMS | - | - | OPERATING ROOM | DEFECTIVE | ค่าต่ำ |
| 91 | PYT2_08415 | - | - | ELECTROSURGICAL UNITS, BIPOLAR | ARTHREX | AR-9800 | CM10940H20 | OPERATING ROOM | บริษัทภายนอกดำเนินการ | |
| 92 | PYT2_07026 | - | - | OXYGEN HIGH FLOW | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | AIRVO 2 | 2100420207 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 93 | PYT2_07857 | 1 | - | MODULE, CO2 | PHILIPS | M3014A | DE45457171 | PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT | ติดใช้งาน | |
| 94 | PYT2_07022 | - | - | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE MX40 | DE60300109 | PHYSICAL THERAPY | ติดใช้งาน | |
| 95 | PYT2_04599 | - | - | MONITORS, PHYSIOLOGIC, ELECTROCARDIOGRAPHY, TELEMETRIC | PHILIPS | INTELLIVUE TRX | US73802936 | WARD 11/A | ยกเลิกการใช้งาน | |

| | | | | | | | | | | เอกสารแนบ 3 |
|-----|------------|--------|-------|--|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 96 | PYT2_05276 | - | - | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | NICOLET | 200R | FC00320 | WARD 11/B | หาเครื่องไม่พบ | |
| 97 | PYT2_00192 | - | - | DETECTORS, FETAL HEART, ULTRASONIC | GE HEALTHCARE | COROMETRICS 172 SERIES | SAS05325053PA | WARD 12/B | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 98 | PYT2_05007 | - | - | MONITORS, PHYSIOLOGIC, RESPIRATION, RESPIRATORY GAS, INSPIRED OXYGEN, BEDSIDE/INTRAOPERATIVE | TELEDYNE | AX300 | 276646 | WARD 17/B | DEFECTIVE | |
| 99 | PYT2_09668 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 BT | 2090521805 | WARD 17/B | หาเครื่องไม่พบ | |
| 100 | PYT2_08402 | - | - | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | X20E285146 | WARD 21/B | DEFECTIVE | Battery เสื่อม รอเปลี่ยน Battery |
| 101 | PYT2_09651 | - | - | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | (21) X21F375476 | WARD 22/B | DEFECTIVE | |
| 102 | PYT2_08043 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 103 | PYT2_08044 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 104 | PYT2_08047 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 105 | PYT2_08048 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 106 | PYT2_08051 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | AI ESHENG | LZX-F1682 | - | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 107 | PYT2_08292 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2070000688 | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 108 | PYT2_08294 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2070000687 | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 109 | PYT2_08295 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | ROSSMAX | HC700 | 2070000686 | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 110 | PYT2_08397 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | FLIR | E53 | - | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 111 | PYT2_08398 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | FLIR | E53 | - | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |





10.040511111 2

| | | | | | | | | | | เอกสารแนบ 3 |
|-----|------------|--------|-------|---|---------------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| No. | ID CODE | Cer.No | PM.No | MEDICAL EQUIPMENT | BRAND | MODEL | S/N | DEPARTMENT | STATUS | REMARK |
| 112 | PYT2_08399 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HIKVISION | - | - | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 113 | PYT2_08400 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | HIKVISION | - | - | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 114 | PYT2_08404 | - | - | DEFIBRILLATORS, EXTERNAL, AUTOMATED | ZOLL | AED PLUS | X20E285029 | ฝ่ายการพยาบาล | DEFECTIVE | Alarm Battery |
| 115 | PYT2_09578 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH12621 | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 116 | PYT2_09579 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH12624 | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 117 | PYT2_09580 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH12623 | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 118 | PYT2_09581 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC | K3 PRO | NH12622 | ฝ่ายการพยาบาล | หาเครื่องไม่พบ | |
| 119 | PYT2_09718 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | - | - | FGB210004 | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 120 | PYT2_09719 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | - | - | FGB210003 | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |
| 121 | PYT2_09720 | - | - | THERMOMETERS, ELECTRONIC, INFRARED, SKIN | - | - | FGB210005 | ฝ่ายการพยาบาล | ยกเลิกการใช้งาน | |