

[별표 2]

임상적 성능시험 기본문서의 종류, 목적 및 문서별 보관책임자

I. 개 요

임상적 성능시험 기본문서(이하 "기본문서"라 한다)라 함은 임상적 성능시험의 수행과 그로부터 얻어진 자료의 질에 대하여 개별적 또는 전체적인 평가가 가능하도록 해 주는 문서를 말한다. 이 문서들은 시험자, 의뢰자 및 모니터요원이 「체외진단의료기기법 시행규칙」 제17조제1항에 따른 임상적 성능시험 실시·관리기준을 준수하였음을 입증하는 역할을 한다.

기본문서는 다음과 같은 중요한 기능을 갖는다. 첫째, 시험책임자/시험기관 및 의뢰자가 기본문서를 적절하게 정리·보존함으로써 시험책임자, 의뢰자 및 모니터요원이 임상적 성능시험을 성공적으로 관리하는 데 많은 도움이 된다. 둘째, 기본문서들은 임상적 성능시험이 타당하게 수행되었고 수집된 자료가 정확함을 확인하기 위하여 의뢰자가 독립적으로 실시하는 점검 및 식품의약품안전처장이 실시하는 실태조사의 검토대상이 된다.

이러한 기본문서는 크게 임상적 성능시험의 진행 단계에 따라 임상적 성능시험 실시 전, 임상적 성능시험 실시 중 및 임상적 성능시험 완료 또는 종료 후로 나뉘어진다. 다음 II 내지 IV에서는 각 기본문서의 목적 및 해당 문서가 시험책임자/시험기관, 의뢰자, 또는 양자 모두 중 어디에 보존·정리되어야 하는지에 대하여 기술하고 있으며, 개별 문서들을 쉽게 확인할 수 있다는 전제하에 문서들을 조합하는 것이 가능하다.

사전에 이들 기본문서를 정리·보존할 수 있는 임상적 성능시험기본문서파일(Interim master file)은 해당 임상적 성능시험이 실시되기 이전에 시험책임자/시험기관 및 의뢰자 측에 준비되어 있어야 한다. 임상적 성능시험이 최종 종료되기 이전에 모니터요원은 시험책임자/시험기관 및 의뢰자의 기본문서를 검토하고, 이들이 적절하게 정리·보존되어 있는지를 확인하여야 한다.

기본문서는 의뢰자의 점검과 식품의약품안전처장의 실태조사 시 제공되어야 한다.

Ⅱ. 임상적 성능시험 실시 전에 확보되어야 하는 기본문서의 종류, 목적 및 보관책임자는 다음과 같다.

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			시험기관/ 시험책임자	의뢰자
1	임상적 성능시험자료집	임상적 성능시험 체외진단의료기기에 관한 최신의 과학적 정보를 시험자에게 제공하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
2	승인된 계획서(변경계획서), 증례기록서 서식	시험자와 의뢰자가 계획서(변경계획서) 및 증례기록서 서식에 대하여 합의하였고, 이들이 승인되었음을 확인하기 위함	✓	✓
3	임상적 성능시험 대상자에게 제공되는 정보 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외) •동의서 서식 및 대상자 설명서 •기타 문서화된 정보	임상적 성능시험 대상자의 동의를 문서화하기 위함 임상적 성능시험 대상자가 임상적 성능시험에 대한 내용을 충분히 제공받은 상태에서 동의하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
4	계약서 등 임상적 성능시험의 재정에 관한 사항	의뢰자와 시험책임자/시험기관의 장 사이에 임상적 성능시험의 재정에 관한 사항이 합의되었음을 문서화하기 위함	✓	✓
5	대상자 보상에 관한 사항 (필요한 경우, 임상적 성능시험 보험 포함) (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외)	임상적 성능시험에서 발생한 대상자의 손상에 대하여 보상이 이루어짐을 문서화하기 위함	✓	✓
6	임상적 성능시험 관련 다음 당사자들이 서명한 합의문서 •시험책임자/시험기관의 장과 의뢰자 •의뢰자와 임상적 성능시험수탁기관 •시험책임자/시험기관의 장과 임상적 성능시험수탁기관 •기타	임상적 성능시험 관련 당사자 간의 합의 사항을 문서화하기 위함	✓	✓
7	다음 사항에 대하여 날짜가 기재된 심사위원회의 승인	임상적 성능시험의 실시가 시험기관의 심사위원회로부터		

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			시험기관/ 시험책임자	의뢰자
	통보서 또는 의견서 •계획서(변경계획서) •증례기록서 서식 •동의서 서식 및 대상자설명서 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외) •대상자에게 제공되는 문서화된 기타 정보 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외) •대상자 보상에 관련된 사항 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외) •검체 적합성 등을 확인 할 수 있는 기타 자료	검토 및 승인되었음을 문서화하고, 이들 문서의 개정 번호 및 날짜를 확인하기 위함	✓	✓
8	심사위원회의 구성에 관한 사항	심사위원회가 체외진단의료기기 임상적 성능시험 관리기준에서 정한 바에 따라 구성되었음을 문서화하기 위함	✓	✓ (필요한 경우)
9	식품의약품안전처장의 계획서 승인통보서	식품의약품안전처장이 해당 임상적 성능시험의 실시를 승인하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
10	시험자의 자격을 증명하는 이력서와 기타 관련 문서	시험자가 임상적 성능시험을 수행할 수 있고, 대상자의 의료적 문제에 대하여 적절한 조치를 취할 수 있는 자격과 경험을 갖고 있음을 문서화하기 위함	✓	✓
11	계획서에 포함된 실험실적 검사를 포함한 관련 검사의 정상 범위	이들 검사의 정상 범위를 문서화하기 위함	✓	✓

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			시험기관/ 시험책임자	의뢰자
12	계획서에 포함된 실험실적 검사를 포함한 관련 검사에 대한 다음 사항 •증명서 또는 인증서 •내·외부 정도관리 평가 결과 •필요한 경우 기타 타당성 확인 결과	해당 실험실 등이 필요한 검사를 수행하기에 적합하고 결과의 신뢰성을 확보하기 위함	✓	✓
13	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기의 용기 및 포장에 첨부되는 표시기재사항의 견본	표시기재사항의 관련규정 준수 여부 및 대상자에게 제공되는 체외진단의료기기의 사용에 관한 정보가 적절함을 문서화하기 위함		✓
14	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기 및 기타 공급품의 취급에 관한 지침 (계획서 또는 임상적 성능시험자 자료집에 포함되지 않은 경우에 한함)	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기 및 기타 공급품의 보관, 포장, 조제, 지급 및 반납 등에 필요한 지침을 문서화하기 위함	✓	✓
15	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기 및 기타 공급품의 배달/운송에 관한 기록	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기 및 기타 공급품의 배달/운송 일자, 제조번호, 운송 방법 등을 문서화하여, 이들 기록에 대한 추적이 가능하도록 하기 위함	✓	✓
16	배달/운송된, 임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기의 기준규격 및 자가품질관리시험 성적서	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기의 형상, 성능, 구조를 문서화하기 위함		✓
17	임상적 성능시험 실시 전 모니터링 보고서	시험기관이 해당 임상적 성능시험을 실시하는 데 적합함을 문서화하기 위함		✓
18	임상적 성능시험 개시 모니터	시험책임자가 시험담당자와	✓	✓

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			시험기관/ 시험책임자	의뢰자
	링 보고서	함께 임상적 성능시험에 관 한 제반 절차를 검토하였음을 문서화하기 위함		

Ⅲ. 상기 Ⅱ의 기본문서에 추가하여, 임상적 성능시험 실시 중에 확보되어야 하는 기본문서의 종류, 목적 및 보관책임자는 다음과 같다.

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			시험기관/ 시험책임자	의뢰자
1	최근 내용을 추가한 임상적 성능시험자료집	임상적 성능시험 중에 얻어진, 임상적 성능시험 제외된 단의료기기에 관한 최신의 과학적 정보를 적시에 시험자에게 제공하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
2	다음 문서의 수정본 •변경계획서 또는 증례기록서 서식 •동의서 서식 및 대상자 설명서 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외) •대상자에게 제공되는 기타 문서화된 정보 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외)	임상적 성능시험에 영향을 미칠 수 있는 관련 문서가 적절히 수정되었음을 문서화하기 위함	✓	✓
3	다음 사항에 대하여 날짜가 기재된 심사위원회의 승인통보서 또는 의견서 •변경계획서 •동의서 서식, 대상자설명서, 기타 대상자에게 제공되는 문서화된 기 정보의 수정본 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외) •제공된 기타 문서 •임상적 성능시험의 진행에 관한 지속적 검토 (실시한 경우에 한함)	개정 또는 수정된 이들 문서가 시험기관의 심사위원회로부터 검토 및 승인되었음을 문서화하고, 이들 문서의 개정 번호 및 날짜를 확인하기 위함	✓	✓
4	식품의약품안전처장의 변경 계획서 승인통보서	식품의약품안전처장이 해당 임상적 성능시험의 변경에 관한 사항을 승인하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
5	새로 참여하는 시험자의 자격을 증명하는 이력서와 기타 관련 문서	시험자가 임상적 성능시험을 수행할 수 있고, 대상자의 의료적 문제에 대하여 적절한 조치를 취할 수 있는 자격과 경험을 갖고 있음을 문서화하기 위함	✓	✓

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			시험기관/ 시험책임자	의뢰자
6	계획서에 포함된 실험실적 검사를 포함한 관련 검사의 정상 범위에 대한 수정	이들 검사의 수정된 정상 범위를 문서화하기 위함	✓	✓
7	계획서에 포함된 실험실적 검사를 포함한 관련 검사의 수정에 대한 다음 사항 •증명서 또는 인증서 •내·외부 정도관리 평가 결과 •필요한 경우 기타 타당성 확인 결과	해당 실험실적 검사 등이 임상적 성능시험 기간 내내 적합하고 결과의 신뢰성이 확보됨을 문서화하기 위함	✓	✓
8	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기 및 기타 공급품의 배달/운송에 관한 기록	임상적 성능시험시험에 사용되는 체외진단의료기기 및 기타 공급품의 배달/운송 일자, 제조번호, 운송 방법 등을 문서화하여, 이들 기록에 대한 추적이 가능하도록 하기 위함	✓	✓
9	새롭게 제조된, 임상적 성능 시험에 사용되는 체외진단의 료기기의 기준규격 및 자가 품질관리시험성적서	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기의 형상, 성능, 구조를 문서화하기 위함		✓
10	모니터링 방문 보고서	모니터요원의 방문 사실 및 모니터링 중 발견한 사실에 대해 문서화하기 위함		✓
11	모니터링 방문이 아닌 다음 사항에 의한 시험자 등과의 의사 소통 내용 •편지(전송, 전자우편 포함) •회의록 •전화통화 기록	행정 사항, 계획서 미준수, 임상적 성능시험 수행, 이상 사례 보고 등에 관한 합의나 중요한 의논의 결과를 문서 화하기 위함	✓	✓
12	서명된 동의서 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외)	임상적 성능시험의 참여에 대한 동의가 체외진단의료기기 임상 적 성능시험 관리기준 및 계획 서에 따라 임상적 성능시험 실시 이전에 얻어졌고, 임상 적 성능시험자료에 대한	✓	

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			시험기관/ 시험책임자	의뢰자
		직접열람을 대상자나 대리인이 허용하였음을 문서화하기 위함		
13	근거문서	대상자의 존재와 임상적 성능시험에서 얻어진 자료의 정합성을 증명하고, 임상적 성능시험, 의학적 처치, 환자 병력 등에 관련된 내용의 원본을 적절히 보존하기 위함	✓	
14	서명과 기재 날짜가 포함된 완결 증례기록서	시험책임자나 위임된 시험담당자가 증례기록서에 기재된 내용이 정확함을 확인하고, 이를 문서화하기 위함	✓ (사본)	✓ (원본)
15	증례기록서 수정에 관한 문서	최초 내용이 증례기록서에 기재된 이후 변경, 추가 또는 수정된 모든 내용을 문서화하기 위함	✓ (사본)	✓ (원본)
16	중대한 이상사례와 관련 보고 사항에 대하여 시험책임자가 의뢰자에게 통보한 내용	시험자가 의뢰자에게 중대한 이상사례 및 관련 보고 사항을 체외진단의료기기 임상적 성능시험 관리기준에 따라 통보하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
17	예상하지 못하고 중대한 이상사례 및 그 밖의 안전성 관련 사항에 대하여 의뢰자 또는 시험책임자가 식품의약품안전처장 및 시험기관의 심사위원회에 통보한 내용	의뢰자 또는 시험책임자가 식품의약품안전처장 및 시험기관의 심사위원회에게 예상하지 못한 중대한 이상사례 및 관련 보고 사항을 체외진단의료기기 임상적 성능시험 관리기준에 따라 통보하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
18	안전성 관련 사항에 대하여 의뢰자가 시험책임자에게 통보한 내용	의뢰자가 시험책임자에게 안전성 관련 사항을 체외진단의료기기 임상적 성능시험 관리기준에 따라 통보하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
19	시험기관의 심사위원회에 대한 중간 또는 연차 보고서	체외진단의료기기 임상적 성능시험 관리기준의 규정에	✓ (해당하는)	✓ (해당하는)

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			시험기관/ 시험책임자	의뢰자
		의한 보고 사항을 문서화하 기 위함	경우)	경우)
20	대상자 선별 기록(Screening Log) (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경 우 제외)	임상적 성능시험 실시 이전 대상자의 선별에 관한 내용 을 문서화하기 위함	✓	✓ (필요한 경우)
21	대상자식별코드 명단 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경 우 제외)	대상자의 임상적 성능시험에 참여시 부여 받은 번호에 대 한 해당 대상자의 명단이 비 밀보장된 상태로 시험책임자 가 보유하고 있다는 것을 문 서화하고, 응급상황 발생시 대 상자의 신원을 확인할 수 있 게 하기 위함	✓	
22	대상자 등재 기록 (Enrollment Log) (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경 우 제외)	대상자 번호가 대상자의 임상 적 성능시험 참여 순서에 따 라 부여되었음을 문서화하기 위함	✓	
23	시험기관에서의 임상적 성능 시험에 사용되는 체외진단의 료기기에 대한 관리 기록	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기가 계획서 에 따라 사용되었음을 문서화 하기 위함	✓	✓
24	서명록	증례기록서를 기재 또는 정 정할 수 있는 시험자의 서명 과 이름을 문서화하기 위함	✓	✓

Ⅳ. 상기 Ⅱ 및 Ⅲ의 기본문서에 추가하여, 임상적 성능시험이 완료(조기 종료 포함)된 후에 확보 되어야 하는 기본문서의 종류, 목적 및 보관책임자는 다음과 같다.

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			시험기관/ 시험책임자	의뢰자
1	시험기관에서의 임상적 성능 시험에 사용되는 체외진단의료기기에 대한 관리 기록	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기가 계획서에 따라 사용되었고, 의뢰자로부터의 인수, 대상자에 대한 투여, 대상자로부터의 반납 및 의뢰자로의 반납에 대한 최종 기록이 일치되었음을 문서화하기 위함	✓	✓
2	임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기의 폐기에 대한 문서	미사용 임상적 성능시험 체외진단의료기기 등의 폐기에 대한 사항을 문서화하기 위함		✓
3	임상적 성능시험을 완료(조기종료나 중도탈락 포함)한 대상자식별코드 명단 (검체 제공자에 대한 개인정보를 익명화한 잔여검체를 사용하는 경우 제외)	임상적 성능시험에 참여한 대상자에 대하여 추적관찰이 필요한 경우, 이들의 신원에 대한 비밀을 보장하면서 의뢰자와 합의한 기간 동안 보존하기 위함	✓	
4	점검확인서	점검이 실시되었음을 문서화하기 위함		✓ (실시한 경우)
5	임상적 성능시험 종료 모니터링 보고서	임상적 성능시험을 종료하기 위해 필요한 모든 업무가 수행되었고, 기본문서가 적절한 장소에 보존되었음을 문서화하기 위함		✓
6	심사위원회, 의뢰자 및 식품의약품안전처장(조기종료시)에게 제출한 임상적 성능시험 완료(조기종료)보고서	임상적 성능시험이 완료(조기종료를 포함)되었다는 사실을 문서화하기 위함	✓	✓
7	임상적 성능시험결과보고서	임상적 성능시험의 결과와 해석을 문서화하기 위함	✓	✓