
DBP: Mean absolute error
Lower is better
MAE (mmHg)
15
10
5
0
4.3
4.1
8.4
12.2
6.1
6.0
9.0
11.1
7.0
6.3
9.0
11.2
3.9
3.9
8.9
11.4
8.2
8.1
8.5
10.2
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer
DBP: Error standard deviation
AAMI requires SD ≤ 8 mmHg
Error SD (mmHg)
15
10
5
0
6.3
6.2
10.6
14.0
8.0
7.9
11.3
13.6
9.2
8.4
11.3
13.8
6.0
6.0
11.4
13.3
10.5
10.4
10.8
13.3
AAMI limit
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer
DBP: Pearson correlation
Between predicted and reference BP
Pearson r
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.86
0.86
0.47
0.65
0.75
0.76
0.45
0.67
0.68
0.73
0.48
0.67
0.87
0.87
0.49
0.69
0.58
0.61
0.57
0.71
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer
leaky
calbased
calfree
AAMI