
Bland-Altman bias and 95% limits of agreement, all five models, all four protocols
SBP agreement
cell = bias, ± 95% limits of agreement (mmHg)
DBP agreement
cell = bias, ± 95% limits of agreement (mmHg)
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer
+0.7 ±20
+0.7 ±20
+1.3 ±32
-10.6 ±45
+0.3 ±12
+0.3 ±12
+0.3 ±21
-6.9 ±27
+2.3 ±26
+2.4 ±26
+3.1 ±36
-5.1 ±44
+0.9 ±16
+0.9 ±16
+1.1 ±22
-4.4 ±27
-1.9 ±28
+1.7 ±26
-3.1 ±36
-4.3 ±42
-0.5 ±18
+0.2 ±16
-2.4 ±22
-4.6 ±27
-0.0 ±17
-0.9 ±18
+0.2 ±35
-8.0 ±43
-0.1 ±12
-0.7 ±12
+1.3 ±22
-5.5 ±26
+2.7 ±37
+1.8 ±35
+0.7 ±38
-2.8 ±43
-0.3 ±21
+1.4 ±20
+0.7 ±21
-1.9 ±26
leaky
calbased
calfree
aami
leaky
calbased
calfree
aami
−10
−5
0
5
10
bias, predicted minus true (mmHg) — blue = reads low, red = reads high