
SBP — MAE
how far off it is on average — lower is better
leaky
calfree
calbased
aami
MAE (mmHg)
clinical target 5
7.5
7.1
12.8
19.7
10.3
10.2
14.6
17.4
11.1
9.9
14.9
16.5
6.1
6.2
13.9
17.7
14.5
13.8
15.4
17.0
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer


SBP — SD of error
are the errors all similar, or scattered — AAMI limits this
SD of error (mmHg)
AAMI limit 8
10.5
10.1
16.3
23.0
13.2
13.1
18.4
22.3
14.3
13.0
18.5
21.5
8.9
8.9
17.8
21.8
18.7
18.0
19.6
21.7
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer


SBP — Pearson r
1.0 = follows the patient up and down, 0.0 = one answer for everyone
Pearson r
0.84
0.85
0.52
0.69
0.74
0.75
0.50
0.70
0.72
0.76
0.53
0.74
0.88
0.88
0.54
0.72
0.57
0.60
0.53
0.74
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer