
SBP — MAE
how far off it is on average — lower is better
leaky
calbased
calfree
aami
MAE (mmHg)
clinical target 5
7.5
7.1
12.8
19.7
10.3
10.2
14.6
17.4
11.1
9.9
14.9
16.5
6.1
6.2
13.9
17.7
14.5
13.8
15.4
17.0
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer
SBP — SD of error
are the errors all similar, or all over the place — this is what AAMI limits
SD of error (mmHg)
AAMI limit 8
10.5
10.1
16.3
23.0
13.2
13.1
18.4
22.3
14.3
13.0
18.5
21.5
8.9
8.9
17.8
21.8
18.7
18.0
19.6
21.7
SBP — Pearson r
1.0 = follows the patient up and down, 0.0 = one answer for everyone
Pearson r
0.84
0.85
0.52
0.69
0.74
0.75
0.50
0.70
0.72
0.76
0.53
0.74
0.88
0.88
0.54
0.72
0.57
0.60
0.53
0.74
DBP — MAE
how far off it is on average — lower is better
MAE (mmHg)
clinical target 5
4.3
4.1
8.4
12.2
6.1
6.0
9.0
11.1
7.0
6.3
9.0
11.2
3.9
3.9
8.9
11.4
8.2
8.1
8.5
10.2
DBP — SD of error
are the errors all similar, or all over the place — this is what AAMI limits
SD of error (mmHg)
AAMI limit 8
6.3
6.2
10.6
14.0
8.0
7.9
11.3
13.6
9.2
8.4
11.3
13.8
6.0
6.0
11.4
13.3
10.5
10.4
10.8
13.3
DBP — Pearson r
1.0 = follows the patient up and down, 0.0 = one answer for everyone
Pearson r
0.86
0.86
0.47
0.65
0.75
0.76
0.45
0.67
0.68
0.73
0.48
0.67
0.87
0.87
0.49
0.69
0.58
0.61
0.57
0.71