

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPESIFIKASI PRODUK KOMPONEN FRESH FROZEN PLASMA DAN FROZEN PLASMA 24		Halaman : 1 dari 4 Nomor : UDDP-MK-L4-048 Versi : 003 Tanggal berlaku : 11 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Referensi :

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma

Bagian A. Nama Komponen dan Penggunaan

Nama Komponen:	
• <i>Fresh Frozen Plasma/ Plasma Segar Beku</i> • <i>Frozen Plasma 24/ Plasma Beku 24</i> • <i>Fresh Frozen Plasma (FFP) aferesis</i> • <i>Fresh Frozen Plasma Leukodepleted (FFP -LD) aferesis</i>	MASTER
Penggunaan:	
• Sebagai kebutuhan klinis di Rumah sakit • Sebagai bahan baku fraksionasi plasma yang akan diolah menjadi Produk Obat Derivat Plasma (PODP)	

Bagian B. Deskripsi dan persiapan

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

Kegiatan	Persyaratan
Deskripsi	• FFP merupakan plasma yang dibuat dari darah lengkap atau plasma yang diperoleh melalui proses apheresis dan dibekukan dalam waktu 6 (enam) jam setelah pengambilan dengan kondisi yang memungkinkan untuk menjadi Produk Obat Derivat Plasma labil • FP 24 merupakan plasma yang dibuat dari darah lengkap atau plasma yang diperoleh melalui proses apheresis yang dipertahankan pada suhu +20 °C sampai +24 °C dan dibekukan dalam waktu 24 jam setelah pengambilan • FFP dari apheresis merupakan plasma yang diperoleh dari proses apheresis yang dilakukan pembekuan dalam waktu 6 (enam) jam setelah selesai prosedur apheresis atau 24 jam jika pembekuan dilakukan dengan cepat dan dijaga ketat pada suhu +20° C sampai +24 °C • FFP tidak boleh mengandung antibodi ireguler yang secara klinis signifikan • FFP bisa juga <i>leukodepleted</i> melalui proses filtrasi atau pemisahan WB-LD
Persiapan	• FFP dipisahkan dengan sentrifugasi putaran cepat dari: WB dalam waktu 18 jam dari pengambilan jika disimpan pada suhu 2 °C hingga 6 °C, ATAU WB atau <i>platelet rich plasma</i> dalam waktu 24 jam dari pengambilan jika disimpan pada suhu 20 °C hingga 24 °C • Pembekuan FP 24 dilakukan dalam waktu 24 jam setelah prosedur pengambilan baik konvensional maupun aferesis dan dijaga pada suhu 2 °C-6 °C atau 20 °C-24 °C. • Pembekuan plasma dilakukan sampai bagian dalam(inti) plasma, pada suhu di bawah -30 °C dalam waktu 1 jam, kemudian simpan di dalam <i>freezer</i>.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPEKIFIKASI PRODUK KOMPONEN FRESH FROZEN PLASMA DAN FROZEN PLASMA 24		Halaman : 2 dari 4 Nomor : UDDP-MK-L4-048 Versi : 003 Tanggal berlaku : 11 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Bagian C. Persyaratan Pengawasan Mutu

Parameter yang harus diperiksa	Dilakukan Pada	Spesifikasi	Sampling	% QC yang dapat diterima
ABO, Rhesus	Kantong primer	Penentuan golongan darah terkonfirmasi	Semua kantong	100%
Anti-HIV 1 dan 2	Kantong primer	Negatif dengan pemeriksaan yang disetujui	Semua kantong	100%
Anti-HCV	Kantong primer	Negatif dengan pemeriksaan yang disetujui	Semua kantong	100%
HBsAg	Kantong primer	Negatif dengan pemeriksaan yang disetujui	Semua kantong	100%
Sifilis	Kantong primer	Negatif dengan pemeriksaan yang disetujui	Semua kantong	100%
Volume	Semua kantong	Volume yang ditentukan $\pm$ 10%	Semua kantong	75%
Faktor VIII	Semua kantong	≥ 0.70 IU/mL	1% dari semua kantong minimal 4 kantong per bulan Pool 10 (berbagai golongan darah) setiap bulan ke-3 dalam bulan pertama penyimpanan	Rata-rata ≥ 0.70 IU/mL Sisa
Sisa sel (penghitungan jumlah dilakukan sebelum pembekuan)	WB-FFP	Leukosit: $<0.1 \times 10^9/L$ Trombosit: $<50 \times 10^9/L$	1% dari semua kantong minimal 4 kantong per bulan	75%
	WB-FFP-LD	Leukosit: $<0.1 \times 10^6/L$ Trombosit: $<50 \times 10^9/L$	1% dari semua kantong minimal 4 kantong per bulan	90%
	FFP aferesis	Leukosit: $<0.1 \times 10^9/L$ Trombosit: $<50 \times 10^9/L$	1% dari semua kantong minimal 4 kantong per bulan	75%
	FFP-LD aferesis	Leukosit: $<1 \times 10^6/L$ Trombosit: $<50 \times 10^9/L$	1% dari semua kantong minimal 4 kantong per bulan	90%
Kebocoran	Semua kantong	Tidak ada kebocoran pada setiap bagian dari kantong darah, "seal", atau selang saat penekanan dilakukan	Semua kantong	100%
Perubahan visual	Semua kantong	Tidak ada warna yang abnormal (hemolisis,	Semua kantong	100%

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPEKIFIKASI PRODUK KOMPONEN FRESH FROZEN PLASMA DAN FROZEN PLASMA 24		Halaman : 3 dari 4 Nomor : UDDP-MK-L4-048 Versi : 003 Tanggal berlaku : 11 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Parameter yang harus diperiksa	Dilakukan Pada	Spesifikasi	Sampling	% QC yang dapat diterima
		lipemia) atau gumpalan yang terlihat		

Bagian D. Penyimpanan, Transportasi dan Pelabelan

Kegiatan	Persyaratan
Penyimpanan	- Suhu penyimpanan dan lama masa simpan FFP: -20 °C s/d -24 °C → 3 bulan -25 °C s/d -29 °C → 6 bulan -30 °C s/d -39 °C → 1 tahun -40 °C s/d -64 °C → 2 bulan -65 °C atau di bawahnya → 7 bulan - Untuk penggunaan kebutuhan klinis di RS, FFP dan FP 24 dan disimpan pada suhu di bawah -25 °C. Jika suhu penyimpanan antara -18°C hingga -25 °C lama masa simpan harus dikurangi - Untuk penggunaan kebutuhan klinis di RS, FFP dan FP 24 ditransportasi pada suhu dibawah -25 °C - Untuk bahan baku fraksionasi plasma, FFP dan FP 24 disimpan dan ditransportasi pada suhu di bawah -20 °C - FFP dan FP 24 tidak boleh dibekukan ulang setelah <i>thawing</i> - Setelah dibekukan FFP dan FP 24 harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah keretakan pada kantong darah ataupun selangnya
Masa Simpan	- Hingga 36 bulan jika disimpan <-25 °C (FFP harus divalidasi untuk menunjukkan kehilangan minimal faktor koagulasi labil) 3 bulan jika disimpan pada suhu -18 °C hingga -25 °C - Pelabelan, meliputi: Identitas UTD - Nomor donasi yang unik - Nama komponen - Golongan darah ABO dan Rhesus - Hasil uji saring IMLTD - Tanggal penyumbangan darah - Tanggal kedaluwarsa - Nama cairan antikoagulan - Suhu penyimpanan - Volume atau berat komponen - Jumlah trombosit (rata-rata atau kenyataannya) - Informasi tambahan (contoh leukodepleted, irradiated)
Pelabelan	- Instruksi transfusi: - Jangan digunakan jika tampak jelas adanya kerusakan - Ditransfusikan dengan set transfusi yang memiliki filter 150 -200 µm filter

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPESIFIKASI PRODUK KOMPONEN FRESH FROZEN PLASMA DAN FROZEN PLASMA 24		Halaman : 4 dari 4 Nomor : UDDP-MK-L4-048 Versi : 003 Tanggal berlaku : 11 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 11 Juli 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Bagian E. Persetujuan

Kepala Sub. Bidang Kontrol Dokumen		
Nama: Frida Rosita, S.Si., M.Biomed	Tanda tangan: 	
Tanggal: 07 Juli 2015		
Kepala Sub. Bidang Pemastian Mutu		
Nama: Mega Octavia, S.Si	Tanda tangan: 	
Tanggal: 09 Juli 2015		
Manajer Kualitas		Spesifikasi peralatan ada/tidak ada ☒
Nama: dr. Srihartaty, M.Biomed	Tanda tangan: 	MASTER
Tanggal: 11 Juli 2015		

