



UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU PENYIMPANAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 1 dari 2
Nomor : UDDP-MK-L4-061
Versi : 005
Tanggal Berlaku : 17 Januari 2025
Tanggal Keluar : 17 Januari 2027

Jenis Fasilitas Penyimpanan

☒ Refrigerator

☐ Cold room

☐ Platelet Agitator

☐ Upright Freezer

☐ Chest Freezer

☐ Freezer Room

Labas

: Laboratorium Penyimpanan dan Distribusi Darah

Nomor Identifikasi : Q-007
Set Point Alarm : +3 dan +5
Tahun :

Suhu (°C)	Tanggal														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10															
9															
8															
7															
6															
5															
4															
3															
2															
1															
0															
Dikawat oleh:															
Diperiksa oleh:															



Waktu Alarm Ber bunyi

Tanggal

Detail Kejadian

Tindakan yang diambil

Dikawat oleh:

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :



UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU PENYIMPANAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 2 dari 2
Nomor : UDPP-MK-L4-061
Versi : 005
Tanggal berlaku : 17 Januari 2025
Tanggal kadaluarsa : 17 Januari 2027

Suhu (°C)	Tanggal																Dikawat oleh	Diperiksa oleh
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
10																		
9																		
8																		
7																		
6																		
5																		
4																		
3																		
2																		
1																		
0																		

Waktu taken Barbury	Tanggal	Desat Kejadian	Tindakan yang diambil	Desat akhir

- Kelemahan:**
1. Butuh lebih banyak suhu yang sesuai dengan tanggal dan waktu pemeriksaan suhu
 2. Pemeriksaan suhu dilakukan pada:
 - I : Pada pukul 08.00-15 menit
 - II : Pada pukul 13.00-15 menit
 - III : Pada pukul 16.00-15 menit
 - IV : Pada pukul 20.00-15 menit
 - V : Pada pukul 24.00-15 menit
 - VI : Pada pukul 04.00-15 menit
 3. Tidak ada data suhu selama penyimpanan darah
 4. Pengawasan suhu dilakukan oleh satu orang saja
 5. Ada suhu penyimpanan darah pada suhu yang tidak sesuai dengan prosedur penyimpanan darah

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :