

Merk Medical Platelet Agitator : SUZHOU MEDICAL INSTRUMENTS :XHZ-III A

Nomor Seri/Kode Uniq : '14010196

Lokasi :

Bulan :

Suhu kisaran : $-24^{\circ}\text{C} \sim (-20^{\circ}\text{C})$

Suhu operasional : -22°C

Set Alarm : $\leq 20^{\circ}\text{C}$ dan $\geq 24^{\circ}\text{C}$

Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal																															
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
19																																
19,5																																
20																																
20,5																																
21																																
21,																																
22																																
22,5																																
23																																
23,5																																
24																																
24,5																																
25																																

Merk Medical Platelet Agitator	: SUZHOU MEDICAL INSTRUMENTS JKHZ-WA
Nomor Seri/Kode Uniq	: 14010195
Lokasi	:
Bulan	:

Suhu (°C)

Tanggal

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

24,5

25

DOKUMEN TERKENDALI

MASTER

Sekian No.

Dicatat oleh:

Diperiksa oleh:



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU MEDICAL PLATELET AGITATOR
SUZHOU MEDICAL INSTRUMENTS

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 3 dari 3
Nomor : UDDP-L4-MK-076
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kajulang : 21 Juli 2027

Hari/Tanggal	Uraian Kejadian	Tindakan Perbaikan	Pelapor

MASTER


DOKUMEN TERKENDALI

Revisi No.

Pengecekan Alarm

Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			

Keterangan :

 Status suhu sesuai spesifikasi
 Status suhu Alert (indikasi alarm)
 Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan)
catat suhu, dengan memberi titik pada garis
biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

CATATAN

- Beri tanda titik pada garis biru (tengah kolom) pada tiap kolom sesuai dengan tanggal dan waktu
- Pemantauan suhu
Pemantauan suhu dilakukan pada :
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- Petugas pemeriksa menuliskan inisial pada kolom petugas
- Jika suhu menunjukkan angka pada area yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada kasie/kasub. Terkait