

Merk Blood Refrigerator	:	Dometic BR 410 GG
Nomor Seri/Kode Uniq	:	4180077
Lokasi	:	
Bulan	:	

Suhu kisaran	:	+2°C sampai +6°C
Suhu operasional	:	+4 °C
Set Alarm	:	+3 °C dan +5°C
Nilai Koreksi	:	

The graph is a temperature control chart. The vertical axis represents temperature in degrees Celsius, ranging from 1 to 8. The horizontal axis represents the date, ranging from 1 to 16. The chart is divided into three horizontal bands: a top band (6 to 8°C) and a bottom band (1 to 3°C) are shaded light blue, while the middle band (3 to 6°C) is white. A green horizontal line is drawn at 4°C. A blue rectangular box is drawn in the middle band, containing the text 'KUMEN TERKENDALI' and 'No.' below it. A green rectangular box is drawn in the top band, containing the text 'MASTER'.

Merk Blood Refrigerator	:	Dometic BR 410 GG
Nomor Seri/Kode Uniq	:	4180077
Lokasi	:	
Bulan	:	

Suhu kisaran	:	+2°C sampai +6°C
Suhu operasional	:	+4 °C
Set Alarm	:	+3 °C dan +5°C
Nilai Koreksi	:	

Suhu (°C)	17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
8																														
7.5																														
7																														
6.5																														
6																														
5.5																														
5																														
4.5																														
4																														
3.5																														
3																														
2.5																														
2																														
1.5																														
1																														

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Revisi No. 1

Dikatat oleh:

Diperiksa oleh:

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PEMANTAUAN SUHU BLOOD REFRIGERATOR DOMETIC BR 410 GG		Halaman : 3 dari 3
	Bidang : Manajemen Kualitas	Sub. Bidang : Kontrol Dokumen	Nomor : UDDP-L4-MK-073 Versi : 001 Tanggal berlaku : 21 Juli 2025 Tanggal kadaluarsa : 21 Juli 2027

Hari/Tanggal	Urutan Kejadian	Tindakan Perbaikan	Petapor
MASTER DOKUMEN TERKENDALI Salinan No :			

Pemeriksaan Alarm					
Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			

Keterangan :

- Status suhu sesuai spesifikasi
- Status suhu Alert (indikasi alarm)
- Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan)
- catat suhu, dengan memberi titik pada garis biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

Catatan :

1. Beri tanda titik pada garis biru (tengah kolom) pada tiap kolom sesuai dengan tanggal dan waktu
2. Pemantauan suhu dilakukan pada :
 - Pukul 07.00 - 09.00 WIB
 - Pukul 13.00 - 15.00 WIB
3. Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
4. Petugas penerima menuliskan inisial pada kolom petugas
5. Jika suhu menunjukkan angka pada area yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada Kesperkasub, Terkait