



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU FREEZER ROOM
SANYO PCU-CS300LEB

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 1 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-074
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa : 21 Juli 2027

Merk Medical Blood Freezer : Sanyo PCU-CS300LEB
Nomor Serj/Kode Uniq : 1300102
Lokasi : Lab. IMLTD
Bulan :

Suhu kisaran : -30°C ~ (-20 °C)
Suhu operasional : -25°C
Set Alarm : -20 °C
Nilai Koreksi :

Suhu (°C)	Tanggal																					
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
-10																						
-15																						
-20																						
-25																						
-30																						
-35																						
-40																						
Dicatat oleh:																						
Diperiksa oleh:																						

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Selaman No



Palang
Merah
Indonesia

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU FREEZER ROOM
SANYO PCU C300LEB

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 2 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-074
Versi : 001
Tanggal berlaku : 21 Juli 2025
Tanggal kadaluarsa : 21 Juli 2027

Merk Medical Blood Freezer : Sanyo PCU-C300LEB
Nomor Seri/Kode Unik : 1300102
Lokasi : Lab. IMLTD
Bulan :

Suhu kisaran : -30°C ~ (-20°C)
Suhu operasional : -25°C
Set Alarm : $\leq -20^{\circ}\text{C}$
Nilai Koreksi :

Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Tanggal																					
	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
-10																						
-15																						
-20																						
-25																						
-30																						
-35																						
-40																						
Dicatat oleh:																						
Diperiksa oleh:																						

MASTER
KUMEN TERKENDALI
No.



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

FORMULIR PEMANTAUAN SUHU FREEZER ROOM
SANYO PCU C300LEB

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub.Bidang
Pemastian Mutu

Halaman : 3 dari 4
Nomor : UDDP-MK-L4-074
Versi : 001
Tanggal bertaku : 21 Juli 2025
Tanggal kajiulang : 21 Juli 2027

Merk Medical Blood Freezer : Sanyo PCU-CS300LEB
Nomor Seri/Kode Unik : 1300102
Lokasi : Lab. IMLTD
Bulan :

Suhu kisaran : $-30^{\circ}\text{C} \sim (-20^{\circ}\text{C})$
Suhu operasional : -25°C
Set Alarm : $\leq -20^{\circ}\text{C}$
Nilai Koreksi :


Keterangan :

- Status suhu sesuai spesifikasi
- Status suhu Alert (indikasi alarm)
- Status suhu status Action (wajib dilakukan tindakan) catat suhu, dengan memberi titik pada garis biru

Kolom cek alarm diisi saat dilakukan kalibrasi

Catatan :

- Beri tanda titik pada garis biru disetiap kolom suhu sesuai dengan tanggal dan waktu pemantauan suhu
- Pemantauan suhu dilakukan pada :
Pukul 07.00 - 09.00 WIB =
Pukul 07.00 - 09.00 WIB
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Tarik garis dari titik sebelumnya sehingga menjadi diagram garis
- Petugas pemeriksa menuliskan inisial pada kolom petugas
Jika suhu menunjukkan angka pada daerah yang diarsir, buat uraian kejadian dan segera laporkan kepada Ka.Sie/Ka.Bid terkait



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PEMANTAUAN SUHU FREEZER ROOM SANYO PCU C300LEB		Halaman : 4 dari 4 Nomor : UDDP-MK-L4-074 Versi : 001
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub. Bidang Pemastian Mutu	Tanggal berlaku : 21 Juli 2025 Tanggal kaji ulang : 21 Juli 2027

Hari/Tanggal	Uraian Kejadian	Tindakan Perbaikan	Pelapor
		MASTER DOKUMEN TERKENDALI Dokumen No.	

Pengecekan Alarm

Hari/Tanggal	Kondisi Alarm (*Ceklis salah satu)		Keterangan	Dicatat oleh	Diperiksa oleh
	Berfungsi	Tidak			