




STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYIMPANAN DARAH

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L2-007
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	23 Nov 2022
TANGGAL REVIEW	:	23 Nov 2024
STATUS DOKUMEN	:	☐ MASTER ☐ COPY NO :

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 7 Nov 2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 11 Nov 2022
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 16 Nov 2022
Disahkan oleh: Dr. dr Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 21 Nov 2022

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

SPO PENYIMPANAN DARAH

Bidang
Pelayanan Darah

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Halaman 1 dari 4

Nomor : UDDP-PDD-L2- 007

Versi : 001

Tgl. berlaku : 23 NOV 2022

Tgl. kaji ulang : 23 NOV 2024

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menjelaskan tentang cara menyimpan darah sesuai dengan suhu simpan dan alat penyimpanan darah agar darah berkualitas dan meminimalkan potensi kontaminasi bakteri.

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh petugas teknis penyimpanan darah di UDD Palang Merah Indonesia.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Penyimpanan darah dan komponen darah di suhu optimal masing-masing
- 3.2 Rantai Dingin terjaga
- 3.3 Tersedia sistem di tempat untuk menjaga dan mengendalikan kondisi penyimpanan, termasuk transportasi
- 3.4 Akses ke area penyimpanan hendaklah hanya diperuntukkan untuk personil yang berwenang.
- 3.5 Suhu penyimpanan dipantau, diperiksa dan dicatat setiap enam jam sekali.
- 3.6 Alarm yang sesuai, tersedia batas atas dan bawah serta diperiksa secara berkala, dicatat dan dilaporkan.
- 3.7 Masa penyimpanan darah:

Jenis komponen darah	Suhu penyimpanan	Masa kedaluwarsa komponen darah
WB, PRC	2-6°C	Sesuai dengan antikoagulan yang digunakan, sebagai berikut: Kantong darah dengan antikoagulan ACD mempunyai masa simpan 21 hari, ACDA dan CPDA 35 hari, dan SAGM 42 hari
Trombosit	20-24°C	5 hari
FFP	-20 °C s/d -24 °C -25 °C s/d -29 °C -30 °C s/d -39 °C -40 °C s/d -64 °C < -65 °C	3 bulan 6 bulan 1 tahun 2 tahun 7 tahun
Cryoprecipitate Depleted (AHF)	-18 sd -25°C	3 bulan

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENYIMPANAN DARAH		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L2- 007 Versi : 001 Tgl. berlaku : 23 Nov 2022 Tgl. kaji ulang : 23 Nov 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

- 3.8 Peralatan penyimpanan hendaklah dikualifikasi, dibersihkan dan dirawat. Termometer atau sensor suhu hendaklah dikalibrasi tiap tahun. Penyimpangan suhu terhadap alat pengukuran standar hendaklah tidak lebih dari 1°C.
- 3.9 Termometer suhu atau data logger sudah terkalibrasi dan melalui proses validasi.
- 3.10 Penyimpanan darah, Komponen darah yang telah siap didistribusi harus disimpan berdasarkan jenis, golongan darah dan masa kedaluwarsa (FEFO - *First Expired First Out*, FIFO - *First In First Out*).

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah
- 4.2 PerKa 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis


5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

- 5.1.1 Cold chain adalah suatu sistem untuk penyimpanan dan transportasi darah beserta komponennya dari mulai titik pengambilan darah sampai ke titik transfusi kepada pasien.

5.2 Singkatan

- 4.1.1 FEFO : *First Expired First Out*
- 4.1.2 FFP : *Fresh Frozen Plasma*
- 4.1.3 FIFO : *First In First Out*
- 4.1.4 IMLTD : Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
- 4.1.5 KGD : Konfirmasi Golongan Darah
- 4.1.6 PMI : Palang Merah Indonesia



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENYIMPANAN DARAH		Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L2- 007 Versi : 001 Tgl. berlaku : 23 Nov 2022 Tgl. kaji ulang : 23 Nov 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab
Manajer kualitas	- Melakukan Kontrol Dokumen penyimpanan darah - Mengesahkan SPO
Kepala Bidang Pelayanan Darah	- Memberikan persetujuan pada keseluruhan kegiatan yang berlangsung di sub bidang penyediaan darah - Menyetujui SPO
Kepala sub bidang/ seksi Penyediaan Darah	- Mengatur kecukupan petugas, peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan - Mengawasi pelaksanaan proses, tindakan perbaikan dan pencegahan dan tindak lanjutnya - Melakukan evaluasi penyimpanan darah
Petugas Teknis Penyimpanan Darah	- Melakukan pemeriksaan suhu untuk semua fasilitas penyimpanan darah yang diperlukan - Melakukan pembersihan fasilitas penyimpanan darah yang diperlukan - Melakukan persiapan peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan - Melakukan proses penyimpanan darah sesuai SPO - Membuat revisi SPO - Melakukan pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikannya

7. Prosedur

- 7.1 Persiapan petugas penyimpanan darah meliputi menggunakan APD sesuai SPO Penggunaan dan Penanganan Alat Pelindung Diri No.UDDP-PDD-L2-025, dan pastikan fasilitas dan peralatan penyimpanan darah yang digunakan sesuai fungsinya.
- 7.2 Lakukan kegiatan penyimpanan darah sesuai Instruksi Kerja Penyimpanan Darah No.UDDP-PDD-L3-018
- 7.3 Lakukan pemeriksaan dan pencatatan suhu harian pada formulir pemeriksaan suhu fasilitas penyimpanan darah dan reagensia sesuai No.UDDP-MK-L4-022.
- 7.4 Lakukan pemeriksaan suhu harian pada ruangan laboratorium penyimpanan darah dan dicatat pada formulir pencatatan pemeriksaan suhu umum dan alarm-lingkungan terkontrol sesuai No.UDDP-MK-L4-023.

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENYIMPANAN DARAH		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-PDD-L2- 007 Versi : 001 Tgl. berlaku : 23. NOV 2022 Tgl. kaji ulang : 23 NOV 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Penyediaan Darah	

8. Dokumen Terkait

8.1 Instruksi Kerja No.UDDP-PDD-L3-018

8.2 Formulir Pemeriksaan Suhu Fasilitas Penyimpanan Darah dan Reagensia No.UDDP-MK-L4-022.

8.3 Formulir Pencatatan Pemeriksaan Suhu Umum dan Alarm-Lingkungan Terkontrol sesuai No.UDDP-MK-L4-023.

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	23/11/2022		Dokumen baru

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER