

INSTRUKSI KERJA PENGAMBILAN DARAH DONOR YANG GAGAL

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-014
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	21 NOVEMBER 2022
TANGGAL KAJI ULANG	:	21 NOVEMBER 2024
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO : ☒

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 10.11.2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 11.11.2022
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M,Biomedik Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 15.11.2022
Disahkan oleh: Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomedik Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 17.11.2022

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA PENGAMBILAN DARAH DONOR YANG GAGAL

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 1 dari 3

Nomor : UDDP-PDD-L3-014

Versi : 001

Tgl. berlaku : 21-11-2022

Tgl. kaji ulang : 21-11-2024

1. Tujuan

Instruksi kerja ini menjelaskan tentang proses penanganan darah donor yang gagal pada saat pengambilan darah

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas teknis pengambilan darah

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 **Butir 7.43** Catatan hendaklah disimpan untuk tiap aktivitas yang terkait dengan donasi darah, termasuk identifikasi personil yang melakukan pengambilan darah. Catatan hendaklah juga dapat menunjukkan setiap proses donasi yang gagal, reaksi atau kejadian yang tidak diinginkan.

3.2 **Butir 7.44** Keberterimaan waktu maksimum pengambilan darah untuk pengolahan komponen hendaklah ditetapkan dan dikendalikan. Donasi yang melewati batas waktu maksimum hendaklah dicatat dan dibuang.

4. Referensi

4.1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah

4.2 PerKa 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Definisi

5.1.1 Darah Donor yang gagal adalah darah yang pada waktu proses pengambilan darah tidak sesuai dengan syarat keberterimaan

5.2 Singkatan

5.2.1 IK : Instruksi Kerja

5.2.2 PerKa : Peraturan Kepala

5.2.3 CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar

6. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

6.1 Peralatan

6.1.1 Hemoscale

6.1.2 Tensimeter

6.1.3 Stripper

6.1.4 Pinset

6.1.5 Pean

6.1.6 Gunting steril

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA PENGAMBILAN DARAH DONOR YANG GAGAL

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 1 dari 3

Nomor : UDDP-PDD-L3-014

Versi : 001

Tgl. berlaku : 21-11-2022

Tgl. kaji ulang : 21-11-2024

- 6.1.7 Bantalan tangan
- 6.1.8 Rak Tabung
- 6.1.9 Tempat kapas
- 6.1.10 Tempat pinset
- 6.1.11 Tempat limbah infeksius
- 6.1.12 Tempat limbah non infeksius

6.2 Bahan

- 6.2.1 Kantong Darah
- 6.2.2 Sarung Tangan
- 6.2.3 Label
- 6.2.4 Lembar Kerja (form barcode)
- 6.2.5 Kassa steril
- 6.2.6 Micropore
- 6.2.7 Plester
- 6.2.8 Tabung EDTA
- 6.2.9 Alkohol swab
- 6.2.10 Povidone iodine

7. Instruksi Kerja

- 7.1 Hentikan proses pengambilan darah apabila aliran darah sudah tidak lancar (terjadi hematoma, vasokonstriksi pembuluh darah).
- 7.2 Lihat volume pada timbangan darah, jika volume lebih dari 100 ml (volume keberterimaan darah) maka segera hentikan dan akhiri proses pengambilan darah
- 7.3 Durasi atau lama pengambilan darah lebih dari 12 menit maka segera hentikan proses pengambilan
- 7.4 Darah dan sampel dibuang di limbah infeksius
- 7.5 Form barcode donor dan form kuesioner donor ditulis gagal

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan
001	21 - 11 - 2022	PMK dan CPOB	Dokumen Baru

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :