



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PEMASTIAN MUTU
PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

NO DOKUMEN	:	UDDP-PM-L2-001
VERSI	:	002
TANGGAL BERLAKU	:	22 Juli 2022
TANGGAL REVIEW	:	22 Juli 2024
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ COPY NO : ☒

Disusun oleh: Riana Rizki Wulandari, A.Md.AK Petugas Sub. Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 20/07/2022
Diperiksa oleh : Ali Nuryadin, A.Md.Kes, S.K.M Kasie. Sub. Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 20/07/2022
Disetujui oleh : dr. Srihartaty, M.Biomed Kepala Bidang Litbang dan Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 21/07/2022
Disahkan oleh: Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 22/07/2022

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 1 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) pemastian mutu merupakan petunjuk bagi petugas untuk melakukan pengkajian mutu meliputi pengujian kualifikasi dan validasi alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) kritikal yang baru. Pengujiannya disesuaikan dengan standar spesifikasi alat dan/atau Bahan Habis Pakai sesuai standar, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman, efektif, dan konsisten.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh petugas yang kompeten dalam melakukan pengujian kualifikasi dan validasi alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) yang baru.

SPO ini meliputi persyaratan administratif berupa kelengkapan dokumen dan persyaratan teknis berupa kelulusan uji kualifikasi (desain, instalasi, operasional, dan kinerja) untuk alat dan uji validasi untuk BHP dan proses.

SPO ini juga merupakan acuan untuk pemasok dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan uji kualifikasi dan validasi, berupa kontrak yang disepakati bersama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS).

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1. Butir 1.8 Pengkajian Mutu Produk

Pengkajian mutu produk juga dapat dianggap sebagai cara untuk memeriksa status mutu komponen darah dan proses pembuatannya secara menyeluruh, termasuk pengambilan darah. Pengkajian tersebut hendaklah dilaksanakan setiap tahun dan terdokumentasi. Menurut ketentuan dan rekomendasi ORN dan/atau internasional, sebaiknya mencakup:

- 3.1.1. Pengkajian bahan awal, reagen pengujian, bahan pengemas yang digunakan untuk produk, terutama yang dipasok dari sumber baru
- 3.1.2. Pengkajian pengawasan selama proses yang kritis
- 3.1.3. Pengkajian hasil pengujian dan pemantauan mutu
- 3.1.4. Pengkajian terhadap semua perubahan
- 3.1.5. Pengkajian status kualifikasi peralatan
- 3.1.6. Pengkajian kesepakatan teknis dan kontrak
- 3.1.7. Pengkajian seluruh penyimpangan, kesalahan, ketidaksesuaian yang signifikan, dan tindakan perbaikan yang dilakukan
- 3.1.8. Pengkajian temuan inspeksi internal dan inspeksi lain serta tindakan perbaikan yang dilakukan
- 3.1.9. Pengkajian keluhan dan penarikan kembali
- 3.1.10. Pengkajian kriteria penerimaan donor
- 3.1.11. Pengkajian penolakan donor
- 3.1.12. Pengkajian kasus *look-back*

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

3.2. Butir 2.20 Higiene Petugas (Teknisi)

Untuk memastikan perlindungan produk, donor dan karyawan terhadap kontaminasi, petugas mengenakan APD seperti pakaian pelindung diri yang bersih sesuai tugas yang mereka lakukan. Gunakan sarung tangan sekali pakai atau steril saat menangani bahan yang mungkin bersentuhan dengan darah.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 2 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

3.3. Kualifikasi Peralatan

- 3.3.1. Butir 5.1 Peralatan kritis baru dan yang diperbaiki yang berdampak langsung pada mutu produk, hendaklah dikualifikasi dan digunakan sesuai SPO.
- 3.3.2. Butir 5.2 Hasil kualifikasi hendaklah didokumentasikan.
- 3.3.3. Butir 5.3 Kualifikasi fasilitas, peralatan, sistem terpasang yang telah beroperasi, merujuk pada Pedoman CPOB Edisi 2012, Bab 12 Kualifikasi dan Validasi, Butir 12.18.

3.4. Butir 5.12 Validasi Kinerja Pengujian

Di samping validasi sistem pengujian oleh pabrik pembuat, validasi terhadap sistem pengujian di laboratorium UTD dan Pusat Plasmaferesis perlu dilakukan sebelum sistem digunakan dalam pengujian rutin. Validasi tersebut hendaklah menunjukkan bahwa:

- 3.4.1. Spesifikasi kinerja sistem yang ditetapkan oleh pembuat kit uji, dipenuhi oleh laboratorium
- 3.4.2. Personil laboratorium diberi instruksi secara lengkap, telah mengikuti pelatihan, agar kompeten mengoperasikan sistem pengujian tersebut.

4. Referensi

- 4.1. PerKa 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasma Aferesis
- 4.2. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. Pemastian Mutu : Suatu bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada pemastian bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.
- 5.2. Kualifikasi : Suatu rangkaian tindakan yang digunakan untuk memberikan bukti terdokumentasi bahwa setiap peralatan, bahan kritis, atau reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir yang mungkin memengaruhi mutu atau keamanan produk, yang handal, sebagaimana ditetapkan dan mendapatkan hasil yang diharapkan
- 5.3. Validasi : Suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.
- 5.4. Pengawasan Mutu : Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOB yang berhubungan dengan spesifikasi, pengambilan sampel, dan pengujian. Pengawasan mutu juga berhubungan dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak digunakan serta produk yang belum diluluskan tidak digunakan/didistribusikan sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat.
- 5.5. Pemberi Kontrak : Suatu lembaga atau institusi yang mensubkontrakkan pekerjaan atau jasa tertentu kepada lembaga yang berbeda dengan

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 3 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

- kontrak yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 5.6.

Penerima Kontrak

: Suatu lembaga atau institusi yang melakukan pekerjaan atau jasa tertentu berdasarkan kontrak untuk lembaga yang berbeda.
- 5.7.

Perjanjian Kerjasama (PKS)

: Merupakan perjanjian utama yang memuat ketentuan mengenai bagaimana suatu kerja sama tersebut dijalankan termasuk hak dan kewajiban para pihak.
- 5.8.

Kualifikasi Desain

: Kualifikasi Desain (KD) adalah unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas, sistem atau peralatan baru. Desain hendaklah memenuhi ketentuan CPOB dan didokumentasikan.
- 5.9.

Kualifikasi Instalasi

: Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menyatakan bahwa peralatan tersebut telah diinstal sesuai dengan spesifikasi UDDP dan rekomendasi dari manufaktur/pabrik.
- 5.10.

Kualifikasi Operasional

: Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menyatakan bahwa sistem dan subsistem dapat bekerja dalam rentang operasional yang dipersyaratkan.
- 5.11.

Kualifikasi Kinerja

: Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menjelaskan bahwa peralatan ini telah bekerja sesuai dengan fungsinya dan memenuhi spesifikasi proses.

6. Peran dan Tanggung jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manager Kualitas	- Melakukan kontrol dokumen terhadap SPO Pemastian Mutu - Mengesahkan dan meninjau ulang SPO dan formulir terkait hasil pemastian mutu alat dan/atau BHP
Kepala Bidang	- Melakukan perencanaan kegiatan kualifikasi dan vallidasi untuk alat dan BHP baru - Memberikan persetujuan pada SPO dan keseluruhan kegiatan yang berlangsung di pemastian mutu - Menindaklanjuti laporan kegiatan dengan memberikan surat keterangan hasil uji
Kepala Sub. Bidang/ Kasie Evaluasi	- Mengatur kecukupan petugas, peralatan, dan BHP sesuai kebutuhan - Membuat revisi SPO, IK, dan protokol - Mengawasi pelaksanaan proses, membuat laporan tindakan perbaikan, pencegahan dan tindak lanjutnya - Melaporan kegiatan dengan memberikan surat keterangan hasil uji

 Palang Merali Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 4 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Petugas pengawasan mutu & petugas bidang terkait	• Membuat SPO dan Instruksi Kerja • Membuat surat tanggapan pengajuan pemastian mutu • Membuat protokol pemastian mutu alat dan BHP • Menerima peralatan dan/atau BHP dari pemasok • Melakukan uji kualifikasi dan validasi • Membuat laporan dan surat keterangan hasil pemastian mutu • Melakukan dokumentasi terhadap dokumen PKS, hasil, dan surat keterangan • Melakukan revisi SPO dan intruksi kerja
Pemasok	• Membuat surat permohonan pemastian mutu sebagai pemberi kontrak • Menerima surat jawaban pemastian mutu dari UDDP PMI • Melengkapi persyaratan pemastian mutu • Menyetujui isi PKS • Membawa alat yang diuji dilengkapi dengan alat penunjang lainnya • Instal peralatan dan melakukan kualifikasi instalisasi • Memeriksa operasional peralatan dengan user • Menyediakan manual operasional peralatan & Bahan Habis Pakai serta hasil uji performa dari pabrik • Melakukan pelatihan singkat seperti presentasi mengenai alat atau Bahan Habis Pakai, demo alat atau Bahan Habis Pakai sebelum kualifikasi alat

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

7. Prosedur

7.1. Uji Kualifikasi & Uji Validasi

- 7.1.1. Pemasok membuat surat permohonan pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) yang berlaku maximal 2 tahun setelah tanggal penerbitan surat permohonan
- 7.1.2. Kepala UTD Pusat & Manager Kualitas, pemberian tanggapan dan persetujuan surat permohonan
- 7.1.3. Penguji membuat surat tanggapan, form ketersediaan, & pedoman, kemudian diberikan kepada pemohon
- 7.1.4. Pemasok menandatangani formulir ketersediaan & melengkapi dokumen
- 7.1.5. Pastikan pemasok melengkapi dan menyerahkan dokumen dengan lengkap
- 7.1.6. Penguji mendokumentasikan berkas, RAB, PKS.
- 7.1.7. Penguji menyerahkan RAB ,PKS, dan jadwal pelaksanaan kepada Kepala UTD Pusat /Manager Kualitas untuk disetujui
- 7.1.8. Penguji menyerahkan RAB ,PKS, dan jadwal pelaksanaan kepada pemohon setelah disetujui Kepala UTD Pusat/Manager Kualitas
- 7.1.9. Pastikan pemasok menerima & menyetujui RAB ,PKS, dan jadwal pelaksanaan
- 7.1.10. Kepala UTD Pusat/Manager Kualitas melakukan pemberian mandat kepada penguji untuk pelaksanaan pemastian mutu (Kualifikasi Desain, Kualifikasi Instalisasi, Kualifikasi Operasional, Kualifikasi Kinerja)

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 5 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

- 7.1.11. Penguji membuat surat pemberitahuan kerjasama pemastian mutu alat dan/atau BHP kepada bagian penerima barang dan logistik
- 7.1.12. Pastikan bagian penerima barang dan logistik menerima dan menyetujui surat pemberitahuan kerjasama pemastian mutu alat dan/atau BHP
- 7.1.13. Pemasok membawa peralatan dan/atau BHP untuk uji kualifikasi
- 7.1.14. Penerima barang, penguji, dan logistik menerima barang dari pemasok dan mengecek kelengkapan dokumen
- 7.1.15. Pengecekan daya listrik dll, sebelum melakukan instalisasi alat oleh bagian rumah tangga
- 7.1.16. Pastikan pemasok melakukan uji Kualifikasi Instalisasi dan Kualifikasi Operasional menyerahkan dokumen yang dipantau oleh penguji
- 7.1.17. Penguji melakukan uji Kualifikasi Kinerja pada alat dan BHP sesuai dengan dokumen terkait Instruksi Kerja alat dan BHP yang diuji (dokumen terkait di poin 8) & mendokumentasikan berkas Kualifikasi Instalisasi & Kualifikasi Operasional
- 7.1.18. Penguji membuat laporan hasil pemastian mutu dan surat rekomendasi alat dan/atau BHP tersebut
- 7.1.19. Kepala UTD Pusat/ Manager Kualitas mengesahkan hasil pemastian mutu dan surat rekomendasi serta menyelenggarakan kerja sama distribusi alat dan/atau BHP tersebut
- 7.1.20. Pemasok menerima laporan hasil pemastian mutu serta melakukan kerja sama distribusi

7.2. Pemastian Mutu Ulang

- 7.2.1 Pemastian Mutu ulang dilakukan setelah masa berlaku surat rekomendasi berakhir (5 tahun) dan/atau setelah masa berlaku surat rekomendasi pemastian mutu ulang berakhir (3 tahun)
- 7.2.2 Pengujian pemastian mutu diulang dilakukan secara teknis terhadap alat dan/atau bahan habis pakai tersebut

7.3. Surat Keterangan untuk Perubahan Distribusi

- 7.3.1. Persyaratan perubahan surat keterangan hasil evaluasi
 - 7.3.1.1. Melengkapi dokumentasi AKL terbaru
 - 7.3.1.2. Surat penunjukan sebagai pemasok dari perusahaan (*manufacture*)
 - 7.3.1.3. Data populasi penggunaan alat dan/atau BHP di lingkungan UDD PMI
 - 7.3.1.4. Sertifikat kualitas

8. Dokumen Terkait

- 8.1. UDDP-PDD-L2-003 SPO Pengambilan Darah Konvensional
- 8.2. UDDP-PDD-L2-008 SPO Pengolahan Komponen Darah
- 8.3. UDDP-PDD-L2-009 SPO Distribusi Darah dan Komponen Darah
- 8.4. UDDP-UM-L2-003 SPO Uji Mutu Komponen Darah

9. Lampiran

- 9.1. Surat tanggapan pemastian mutu Alat dan/atau BHP
- 9.2. Persyaratan pemastian mutu Alat dan/atau BHP
- 9.3. Tata tertib pemastian mutu peralatan dan/atau BHP
- 9.4. Formulir Persetujuan pemastian mutu Alat dan/atau BHP

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 6 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	


10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	22 Juli 2020	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Dokumen Baru
002	22 Juli 2022	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Revisi pada bagian Dokumen Terkait



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 7 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Alur Pemastian Mutu Peralatan dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP)



DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 8 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 9.1

Jakarta,

Nomor :/04.03/...../2020
Lamp : 3 Lembar
Hal : Tanggapan pengajuan Uji Evaluasi

Kepada:

PT.

.....

.....

Jakarta Selatan - 12520

Sesuai dengan surat No. dari perusahaan saudara, dengan perihal permohonan evaluasi terhadap alat, dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilengkapi untuk uji evaluasi, yaitu :

1. Persyaratan Administratif (terlampir)
2. Mengisi formulir persetujuan uji evaluasi alat dan BHP (terlampir)
3. Proses evaluasi sesuai protokol uji evaluasi yang ditetapkan
4. Kesepakatan kerjasama distribusi

UDD Pusat PMI melakukan kerjasama distribusi dengan PT (Perseroan terbatas) dalam distribusi ke UDD- UDD daerah di Indonesia, terkait fungsi UDD Pusat PMI sebagai pusat yang mengatur logistik pelayanan darah secara nasional.

Apabila saudara menyetujui persyaratan uji evaluasi tersebut, mohon mengisi formulir persetujuan (terlampir) dan melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut diatas, kemudian kirimkan ke UDD Pusat PMI (Sub Bidang Pengawasan Mutu). Persyaratan tersebut akan digunakan untuk melakukan uji evaluasi di laboratorium kami yang waktunya akan kami tetapkan kemudian.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Unit Donor Darah Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Kepala,

(Dr. dr. Ria Syafitri E.G., M.Biomed)

Tembusan:

Kepada Yth. Ketua Bidang UDD & PP PMI

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 9 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 9.2

PERSYARATAN PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

- Melengkapi dokumen-dokumen yang meliputi :
 - Surat pendaftaran alat dari badan milik pemerintah yang berwenang, berupa Alat Kesehatan Luar Negeri (AKL)/Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD)
 - Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)
 - Sertifikat terkait dari badan internasional (jika alat berasal/buatan dari luar negeri)
 - Hasil uji kualitas produk dari pabrik
 - Buku manual operasional alat dan/atau BHP
 - Dokumen Kualifikasi Instalasi (KI), Kualifikasi Operasional (KO), dan Kualifikasi Kinerja (KK) dari pabrik alat sebagai dokumen uji kualifikasi.
 - Populasi data penggunaan alat dan/atau BHP (lokal/internasional).
- Melengkapi pembayaran pemastian mutu yang besarnya akan diinformasikan kemudian. (Pembayaran administrasi dapat dibagi 3 termin yaitu 50% sebelum proses pemastian mutu, 25% pada saat proses evaluasi, dan 25% setelah evaluasi selesai).
- Pernohon (distributor/perusahaan) mengutus 1 (satu) orang petugas teknis atau petugas aplikasi untuk mendampingi proses pemastian mutu (untukantisipasi bila terjadi kerusakan pada alat).
- Apabila terjadi kerusakan pada alat harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 1 (satu) minggu dan harus segera dilakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kerusakan.
- Apabila ada kegagalan produk terkait alat dan/atau BHP yang digunakan untuk pemastian mutu maka segera melakukan penarikan dengan menyertakan surat keterangan dari pabrik dan menggantinya.
- Apabila terjadi kegagalan pemeriksaan pemastian mutu, BHP menjadi tanggungan pemohon (distributor/ perusahaan).
- Apabila proses evaluasi telah selesai maka pemohon wajib melakukan penarikan alat maksimal 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat rekomendasi dikeluarkan.
- Alat dan/atau BHP yang dinyatakan lulus pemastian mutu akan mendapatkan Surat Keterangan Lulus Pemastian mutu dari UTD Pusat PMI yang masa berlakunya 5 (lima) tahun. Surat rekomendasi hanya berlaku untuk kebutuhan di lingkungan UTD PMI. Untuk memperpanjang masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pemastian mutu terdapat ketentuan ketentuan yang harus dipahami sebagai berikut:
 - Melampirkan data populasi pemakaian alat di lingkungan UTD Pusat PMI
 - Apabila tidak terdapat keluhan dari UTD terhadap alat tersebut maka pemohon hanya melampirkan dokumen pendukung seperti: AKL, sertifikat kualitas, dll
 - Apabila terdapat keluhan dari pemakai alat tersebut di UTD, maka dilakukan verifikasi alat dengan jumlah sampel yang akan di tentukan di dalam protokol.
- UTD Pusat PMI akan melakukan monitoring terkait alat dan/atau BHP yang telah dilakukan pemastian mutu kepada UTD di seluruh Indonesia.
- Surat Keterangan Lulus Pemastian mutu dari UTD Pusat PMI dinyatakan tidak berlaku apabila alat dan/atau BHP dipasarkan oleh distributor yang berbeda dengan yang tertera pada AKL.
- Surat Keterangan Lulus Pemastian mutu hanya berlaku untuk lingkungan internal UTD Pusat PMI, tidak untuk instansi lainnya seperti Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan Rumah Sakit.

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 10 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 9.3



TATA TERTIB PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

A. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pemohon (distributor/perusahaan)

1. Mentaati segala persyaratan untuk instalisasi alat sesuai aturan Rumah Tangga UTD Pusat PMI
2. Menyediakan dokumen kualifikasi instalisasi dan operasional
3. Pada proses pemastian mutu pemohon tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium pemastian mutu tanpa seizin petugas pemastian mutu (UTD Pusat PMI)
4. Selama proses pemastian mutu berlangsung pemohon tidak diperkenankan untuk bertanya tentang hasil pemeriksaan pemastian mutu
5. Tidak memaksa petugas UTD Pusat PMI untuk mempercepat waktu pemastian mutu (mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh UTD Pusat PMI)
6. Tidak mengajukan penghentian proses evaluasi yang sedang berjalan
7. Mengikuti serta menyepakati ketentuan-ketentuan yang diatur di PKS

B. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pelaksana (UTD Pusat PMI)

1. Melaksanakan pemastian mutu tepat pada waktunya
2. Mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) dan protokol saat pemastian mutu
3. Menyediakan dokumen protokol kinerja dan evaluasi
4. Mengikuti tata tertib laboratorium
5. Tidak memberikan informasi apapun terkait hasil pemastian mutu saat proses berlangsung
6. Memberitahu segera kepada petugas teknis atau aplikasi dari pemohon yang mendampingi petugas evaluator di UTD Pusat PMI apabila terjadi *troubleshooting* pada alat
7. Mencatat segala informasi terkait proses pemastian mutu seperti: kemudahan penggunaan alat, waktu pembacaan hasil, dan lain-lain



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 11 dari 11 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 002 Tanggal berlaku : 22 Juli 2022 Tanggal kaji ulang : 22 Juli 2024
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 9.4

FORMULIR PERSETUJUAN PEMASTIAN MUTU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telp. Kantor :

No. Kontak Personal :

Nama dan Jenis Peralatan dan/atau Bahan habis Pakai (BHP):

(Wajib diisi dan dilengkapi dengan Brosur alat dan/atau BHP)

Setelah membaca surat persyaratan mengenai pemastian mutu peralatan dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) oleh Sub. Bidang Pengawasan Mutu UTD Pusat PMI, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Menyetujui persyaratan yang diberlakukan untuk pemastian mutu alat.
2. Menyetujui untuk mengikuti peraturan tata tertib yang ditetapkan UTD Pusat PMI selama pelaksanaan pemastian mutu berlangsung.
3. Menyetujui anggaran biaya pemastian mutu yang telah ditetapkan oleh UTD Pusat PMI
4. Menyetujui untuk membuat surat persetujuan kerjasama apabila lulus pemastian mutu dan direkomendasikan untuk dipergunakan di lingkungan UTD PMI.
5. Menyetujui bekerjasama dalam hal pendistribusian yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
6. Tidak akan mengajukan penghentian proses pemastian mutu yang sedang berjalan.

*) Formulir wajib dikembalikan ke UTD Pusat PMI (Lab. Evaluasi), setelah memahami dan menyetujui perjanjian kerjasama sebelum proses Pemastian Mutu dilaksanakan.

Jakarta,.....202..

Materai 10000

Nama:

