

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMASTIAN MUTU

PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

NO DOKUMEN	:	UDDP-PM-L2-001
VERSI	:	003
TANGGAL BERLAKU	:	15 JANUARI 2024
TANGGAL REVIEW	:	15 JANUARI 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☒ COPY NO : ☐

Disusun oleh: Riana Rizki Wulandari, A.Md.AK. Petugas Sub. Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 8 Januari 2024
Diperiksa oleh : Ali Nuryadin, A.Md.Kes, S.K.M. Kasie. Sub. Bidang Pengawasan Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 9 Januari 2024
Disetujui oleh : dr. Srihartaty, M.Biomed. Kepala Bidang Litbang dan Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 10 Januari 2024
Disahkan oleh: dr. Robby Nur Aditya, M.Si. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 12 Januari 2024

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 1 dari 9 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 15 Jan 2024 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2026
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) pemastian mutu merupakan petunjuk bagi petugas untuk melakukan pengkajian mutu meliputi pengujian kualifikasi dan validasi alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) kritikal yang baru. Pengujiannya disesuaikan dengan standar spesifikasi alat dan/atau Bahan Habis Pakai sesuai standar, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman, efektif, dan konsisten.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh petugas yang kompeten dalam melakukan pengujian kualifikasi dan validasi alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) yang baru.

SPO ini meliputi persyaratan administratif berupa kelengkapan dokumen dan persyaratan teknis berupa kelulusan uji kualifikasi (desain, instalisasi, operasional, dan kinerja) untuk alat dan uji validasi untuk BHP dan proses.

SPO ini juga merupakan acuan untuk pemasok dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan uji kualifikasi dan validasi, berupa kontrak yang disepakati bersama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS).

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1. Butir 1.8 Pengkajian Mutu Produk

Pengkajian mutu produk juga dapat dianggap sebagai cara untuk memeriksa status mutu komponen darah dan proses pembuatannya secara menyeluruh, termasuk pengambilan darah. Pengkajian tersebut hendaklah dilaksanakan setiap tahun dan terdokumentasi. Menurut ketentuan dan rekomendasi ORN dan/atau internasional, sebaiknya mencakup:

- 3.1.1. Pengkajian bahan awal, reagen pengujian, bahan pengemas yang digunakan untuk produk, terutama yang dipasok dari sumber baru
- 3.1.2. Pengkajian pengawasan selama proses yang kritis
- 3.1.3. Pengkajian hasil pengujian dan pemantauan mutu
- 3.1.4. Pengkajian terhadap semua perubahan
- 3.1.5. Pengkajian status kualifikasi peralatan
- 3.1.6. Pengkajian kesepakatan teknis dan kontrak
- 3.1.7. Pengkajian seluruh penyimpangan, kesalahan, ketidaksesuaian yang signifikan, dan tindakan perbaikan yang dilakukan
- 3.1.8. Pengkajian temuan inspeksi internal dan inspeksi lain serta tindakan perbaikan yang dilakukan
- 3.1.9. Pengkajian keluhan dan penarikan kembali
- 3.1.10. Pengkajian kriteria penerimaan donor
- 3.1.11. Pengkajian penolakan donor
- 3.1.12. Pengkajian kasus *look-back*

3.2. Butir 2.20 Higiene Petugas (Teknisi)

Untuk memastikan perlindungan produk, donor dan karyawan terhadap kontaminasi, petugas mengenakan APD seperti pakaian pelindung diri yang bersih sesuai tugas yang mereka lakukan. Gunakan sarung tangan sekali pakai atau steril saat menangani bahan yang mungkin bersentuhan dengan darah.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 2 dari 9 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 15 Jan 2024 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2026
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

3.3. Kualifikasi Peralatan

- 3.3.1. Butir 5.1 Peralatan kritis baru dan yang diperbaiki yang berdampak langsung pada mutu produk, hendaklah dikualifikasi dan digunakan sesuai SPO.
- 3.3.2. Butir 5.2 Hasil kualifikasi hendaklah didokumentasikan.
- 3.3.3. Butir 5.3 Kualifikasi fasilitas, peralatan, sistem terpasang yang telah beroperasi, merujuk pada Pedoman CPOB Edisi 2012, Bab 12 Kualifikasi dan Validasi, Butir 12.18.

3.4. Butir 5.12 Validasi Kinerja Pengujian

Di samping validasi sistem pengujian oleh pabrik pembuat, validasi terhadap sistem pengujian di laboratorium UTD dan Pusat Plasmaferesis perlu dilakukan sebelum sistem digunakan dalam pengujian rutin. Validasi tersebut hendaklah menunjukkan bahwa:

- 3.4.1. Spesifikasi kinerja sistem yang ditetapkan oleh pembuat kit uji, dipenuhi oleh laboratorium
- 3.4.2. Personil laboratorium diberi instruksi secara lengkap, telah mengikuti pelatihan, agar kompeten mengoperasikan sistem pengujian tersebut.

4. Referensi

- 4.1. PerKa 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasma Aferesis
- 4.2. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. Pemastian Mutu : Suatu bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada pemastian bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.
- 5.2. Kualifikasi : Suatu rangkaian tindakan yang digunakan untuk memberikan bukti terdokumentasi bahwa setiap peralatan, bahan kritis, atau reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir yang mungkin memengaruhi mutu atau keamanan produk, yang handal, sebagaimana ditetapkan dan mendapatkan hasil yang diharapkan
- 5.3. Validasi : Suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.
- 5.4. Pengawasan Mutu : Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOB yang berhubungan dengan spesifikasi, pengambilan sampel, dan pengujian. Pengawasan mutu juga berhubungan dengan organisasi, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak digunakan serta produk yang belum diluluskan tidak digunakan/didistribusikan sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat.
- 5.5. Pemberi Kontrak : Suatu lembaga atau institusi yang mensubkontrakkan pekerjaan atau jasa tertentu kepada lembaga yang berbeda dengan

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 3 dari 9 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 15 Jan 2024 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2026
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

- kontrak yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 5.6. Penerima Kontrak : Suatu lembaga atau institusi yang melakukan pekerjaan atau jasa tertentu berdasarkan kontrak untuk lembaga yang berbeda.
- 5.7. Perjanjian Kerjasama (PKS) : Merupakan perjanjian utama yang memuat ketentuan mengenai bagaimana suatu kerja sama tersebut dijalankan termasuk hak dan kewajiban para pihak.
- 5.8. Kualifikasi Desain : Kualifikasi Desain (KD) adalah unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas, sistem atau peralatan baru. Desain hendaklah memenuhi ketentuan CPOB dan didokumentasikan.
- 5.9. Kualifikasi Instalasi : Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menyatakan bahwa peralatan tersebut telah diinstal sesuai dengan spesifikasi UDDP dan rekomendasi dari manufaktur/pabrik.
- 5.10. Kualifikasi Operasional : Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menyatakan bahwa sistem dan subsistem dapat bekerja dalam rentang operasional yang dipersyaratkan.
- 5.11. Kualifikasi Kinerja : Berupa kegiatan validasi yang menghasilkan dokumen verifikasi yang menjelaskan bahwa peralatan ini telah bekerja sesuai dengan fungsinya dan memenuhi spesifikasi proses.

6. Peran dan Tanggung jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manager Kualitas	- Melakukan kontrol dokumen terhadap SPO Pemastian Mutu - Mengesahkan dan meninjau ulang SPO dan formulir terkait hasil pemastian mutu alat dan/atau BHP
Kepala Bidang	- Melakukan perencanaan kegiatan kualifikasi dan validasi untuk alat dan BHP baru - Memberikan persetujuan pada SPO dan keseluruhan kegiatan yang berlangsung di pemastian mutu - Menindaklanjuti laporan kegiatan dengan memberikan surat keterangan hasil uji
Kepala Sub. Bidang/ Kasie Evaluasi	- Mengatur kecukupan petugas, peralatan, dan BHP sesuai kebutuhan - Membuat revisi SPO, IK, dan protokol - Mengawasi pelaksanaan proses, membuat laporan tindakan perbaikan, pencegahan dan tindak lanjutnya - Melaporkan kegiatan dengan memberikan surat keterangan hasil uji

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 4 dari 9 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 15 Jan 2024 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2026
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Petugas pengawasan mutu & petugas bidang terkait	• Membuat SPO dan Instruksi Kerja • Membuat surat tanggapan pengajuan pemastian mutu • Membuat protokol pemastian mutu alat dan BHP • Menerima peralatan dan/atau BHP dari pemasok • Melakukan uji kualifikasi dan validasi • Membuat laporan dan surat keterangan hasil pemastian mutu • Melakukan dokumentasi terhadap dokumen PKS, hasil, dan surat keterangan • Melakukan revisi SPO dan intruksi kerja
Pemasok	• Membuat surat permohonan pemastian mutu sebagai pemberi kontrak • Menerima surat jawaban pemastian mutu dari UDDP PMI • Melengkapi persyaratan pemastian mutu • Menyetujui isi PKS • Membawa alat yang diuji dilengkapi dengan alat penunjang lainnya • Instal peralatan dan melakukan kualifikasi instalisasi • Memeriksa operasional peralatan dengan user • Menyediakan manual operasional peralatan & Bahan Habis Pakai serta hasil uji performa dari pabrik • Melakukan pelatihan singkat seperti presentasi mengenai alat atau Bahan Habis Pakai, demo alat atau Bahan Habis Pakai sebelum kualifikasi alat

7. Prosedur

7.1. Uji Kualifikasi & Uji Validasi

- 7.1.1. Pemasok membuat surat permohonan pemastian mutu alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP) yang berlaku maximal 2 tahun setelah tanggal penerbitan surat permohonan
- 7.1.2. Kepala UTD Pusat & Manager Kualitas, pemberian tanggapan dan persetujuan surat permohonan
- 7.1.3. Penguji membuat surat tanggapan, form ketersediaan, & pedoman, kemudian diberikan kepada pemohon
- 7.1.4. Pemasok menandatangani formulir ketersediaan & melengkapi dokumen
- 7.1.5. Pastikan pemasok melengkapi dan menyerahkan dokumen dengan lengkap
- 7.1.6. Penguji mendokumentasikan berkas, RAB, PKS.
- 7.1.7. Penguji menyerahkan RAB ,PKS, dan jadwal pelaksanaan kepada Kepala UTD Pusat /Manager Kualitas untuk disetujui
- 7.1.8. Penguji menyerahkan RAB ,PKS, dan jadwal pelaksanaan kepada pemohon setelah disetujui Kepala UTD Pusat/Manager Kualitas
- 7.1.9. Pastikan pemasok menerima & menyetujui RAB ,PKS, dan jadwal pelaksanaan
- 7.1.10. Kepala UTD Pusat/Manager Kualitas melakukan pemberian mandat kepada penguji untuk pelaksanaan pemastian mutu (Kualifikasi Desain, Kualifikasi Instalisasi, Kualifikasi Operasional, Kualifikasi Kinerja)

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 5 dari 9 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 15 Jan 2024 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2026
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

- 7.1.11. Penguji membuat surat pemberitahuan kerjasama pemastian mutu alat dan/atau BHP kepada bagian penerima barang dan logistik
- 7.1.12. Pastikan bagian penerima barang dan logistik menerima dan menyetujui surat pemberitahuan kerjasama pemastian mutu alat dan/atau BHP
- 7.1.13. Pemasok membawa peralatan dan/atau BHP untuk uji kualifikasi
- 7.1.14. Penerima barang, penguji, dan logistik menerima barang dari pemasok dan mengecek kelengkapan dokumen
- 7.1.15. Pengecekan daya listrik dll, sebelum melakukan instalisasi alat oleh bagian rumah tangga
- 7.1.16. Pastikan pemasok melakukan uji Kualifikasi Instalisasi dan Kualifikasi Operasional menyerahkan dokumen yang dipantau oleh penguji
- 7.1.17. Penguji melakukan uji Kualifikasi Kinerja pada alat dan BHP sesuai dengan dokumen terkait Instruksi Kerja alat dan BHP yang diuji (dokumen terkait di poin 8) & mendokumentasikan berkas Kualifikasi Instalisasi & Kualifikasi Operasional
- 7.1.18. Penguji membuat laporan hasil pemastian mutu dan surat rekomendasi alat dan/atau BHP tersebut
- 7.1.19. Kepala UTD Pusat/ Manager Kualitas mengesahkan hasil pemastian mutu dan surat rekomendasi serta menyelenggarakan kerja sama distribusi alat dan/atau BHP tersebut
- 7.1.20. Pemasok menerima laporan hasil pemastian mutu serta melakukan kerja sama distribusi

7.2. Pemastian Mutu Ulang

- 7.2.1 Pemastian Mutu ulang dilakukan setelah masa berlaku surat rekomendasi berakhir (5 tahun) dan/atau setelah masa berlaku surat rekomendasi pemastian mutu ulang berakhir (3 tahun)
- 7.2.2 Pengujian pemastian mutu diulang dilakukan secara teknis terhadap alat dan/atau bahan habis pakai tersebut

7.3. Surat Keterangan untuk Perubahan Distribusi

- 7.3.1. Persyaratan perubahan surat keterangan hasil evaluasi
 - 7.3.1.1. Melengkapi dokumentasi AKL terbaru
 - 7.3.1.2. Surat penunjukan sebagai pemasok dari perusahaan (*manufacture*)
 - 7.3.1.3. Data populasi penggunaan alat dan/atau BHP di lingkungan UDD PMI
 - 7.3.1.4. Sertifikat kualitas

8. Dokumen Terkait

- 8.1. UDDP-PM-L4-001 Persyaratan Uji Pemastian Mutu Alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP)
- 8.2. UDDP-PM-L4-002 Tata Tertib Uji Pemastian Mutu Alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP)
- 8.3. UDDP-PM-L4-003 Formulir Persetujuan Uji Pemastian Mutu (Evaluasi)/Validasi Alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP)
- 8.4. UDDP-PM-L4-004 Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Uji Pemastian Mutu (Evaluasi)/Validasi Alat dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP)
- 8.5. UDDP-PDD-L2-003 SPO Pengambilan Darah Konvensional
- 8.6. UDDP-PDD-L2-008 SPO Pengolahan Komponen Darah
- 8.7. UDDP-PDD-L2-009 SPO Distribusi Darah dan Komponen Darah

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 6 dari 9 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 15 Jan 2024 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2026
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

8.8. UDDP-UM-L2-003 SPO Uji Mutu Komponen Darah

9. Lampiran

- 9.1. Lampiran 1: Alur Pemastian Mutu Peralatan dan/atau Bahan Habis Pakai (BHP)
- 9.2. Lampiran 2: Format Surat Jawaban Permohonan Uji Pemastian Mutu (Evaluasi)
- 9.3. Lampiran 3: Format Surat Pemberitahuan Biaya Uji Pemastian Mutu (Evaluasi)

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	22 Juli 2020	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Dokumen Baru
002	22 Juli 2022	PMK No. 91 Tahun 2015 & Perka 10 Tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB	Revisi pada bagian Dokumen Terkait
003	15 Januari 2024	Laporan audit internal Sub Bidang Pengawasan Mutu tgl. 21 Desember 2023	Revisi pada bagian Dokumen Terkait

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 8 dari 9 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 15 Jan 2024 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2026
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 2

Jakarta,

Nomor :/04.03/.../20...

Lampiran : 3 Lembar

Perihal : Jawaban Permohonan Uji Pemastian Mutu

Kepada:

PT.

.....

Sehubungan dengan surat saudara No. tertanggal perihal permohonan uji pemastian mutu (evaluasi) Produk, dapat kami sampaikan terdapat beberapa tahapan yang harus dilengkapi untuk uji tersebut, yaitu:

1. Persyaratan administratif (terlampir)
2. Kesepakatan kerjasama uji pemastian mutu alat dan/atau bahan habis pakai (BHP)
3. Mengisi formulir persetujuan uji pemastian mutu alat dan/atau BHP (terlampir)
4. Proses pemastian mutu sesuai protokol uji pemastian mutu yang ditetapkan
5. Kesepakatan kerjasama distribusi UDD Pusat PMI melakukan kerjasama distribusi dengan PT (Perseroan terbatas) dalam distribusi ke UDD-UDD Daerah di Indonesia, terkait fungsi UDD Pusat PMI sebagai pusat yang mengatur logistik pelayanan darah secara nasional
6. Instrumen alat harus terinstalasi di UDD Pusat PMI selama proses uji pemastian mutu

Apabila saudara menyetujui persyaratan uji pemastian mutu tersebut, mohon mengisi formulir persetujuan (terlampir) dan melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, kemudian kirimkan ke UDD Pusat PMI (Sub Bidang Pengawasan Mutu). Persyaratan tersebut akan digunakan untuk melakukan uji pemastian mutu di laboratorium kami.

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Unit Donor Darah Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Kepala,

(Dr. dr. Ria Syafitri E. G., M.Biomed)

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bidang UDD dan PP PMI.

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PEMASTIAN MUTU PERALATAN DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI		Halaman : 9 dari 9 Nomor : UDDP-PM-L2-001 Versi : 003 Tanggal berlaku : 15 Jan 2024 Tanggal kaji ulang : 15 Jan 2026
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Lampiran 3

Jakarta,

Nomor : .../04.03/.../20...
Lampiran : ... lembar
Perihal : Biaya Uji

Kepada Yth.

PT.

.....

Jl.

.....

Sehubungan dengan akan diadakannya uji pemastian mutu/evaluasi terhadap dari perusahaan Saudara, yang dilaksanakan di bulan Maka bersama ini kami beritahukan bahwa ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi yaitu sebesar Rp,- (..... Rupiah) dengan rincian terlampir. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, mohon kiranya Saudara dapat menyelesaikan pembayaran tersebut sesuai dengan yang terdapat di persyaratan uji pemastian mutu/evaluasi UDD Pusat PMI.

Untuk pembayaran dapat dikirimkan melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 123-00-99053-16.9 atas nama Palang Merah Indonesia UDD Pusat. Bukti transfer harap di Fax ke no. (021) 7815464 - 68 (Up. Bidang Keuangan) dan/atau di-email ke keu.utdp0602@gmail.com. Kwitansi pembayaran dapat diambil di Bagian Keuangan.

Sebagai informasi tambahan apabila alat ini telah lulus uji pemastian mutu/evaluasi dan mendapatkan surat rekomendasi dari UDD Pusat PMI maka akan ada biaya penyambungan dan *maintenance* koneksi alat ke Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR).

Mohon kiranya informasi tentang biaya pemastian mutu/evaluasi ini dapat diterima dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PALANG MERAH INDONESIA
Unit Donor Darah Pusat
Kepala,

(Dr. dr. Ria Syafitri EG, M.Biomed)

Tembusan:

1. Kepala Bidang Penunjang