



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

FORMULIR PEMELIHARAAN ALAT LAMINAR AIR FLOW MSC 9

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Pengawasan Mutu

Halaman : 1 dari 1
Nomor : UDDP-UM-L4-050
Versi : 002
Tgl. berlaku : 01 Agustus 2024
Tgl. kaji ulang : 01 Agustus 2026

Kode/Serial No :

Bidang :

Bulan:

Tahun:

No.	Tindakan Pemeliharaan	Tanggal																														
		HARIAN																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Membersihkan permukaan alat/dekontaminasi																															
2	Membersihkan bagian dalam dengan alkohol 70%																															
3																																
4																																
5																																
Paraf Petugas Pelaksana																																
No.	JIKA DIPERLUKAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Membersihkan bagian luar - atas																															
2	Membersihkan bagian filter																															
3																																
4																																
5																																
Paraf Petugas Pelaksana																																
Paraf Penanggung Jawab/Dicek Oleh																																
No.	PERAWATAN TAHUNAN (Teknisi Alat)	Tanggal		Paraf Petugas Pelaksana																												
1	Kalibrasi																															
2	Pengujian LAF dengan pihak ketiga (1 tahun sekali)																															
3																																
4																																
5																																

Jakarta,

Mengetahui

Ka. Sub. Bid. Pengawasan Mutu

(Ali Nuryadin, A.Md.Kes., M.K.M)