

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD		Halaman 1 dari 11 Nomor : UDDP-PK-L4-004 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang dan Monitoring Evaluasi	

FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD

I. PERSYARATAN BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA UDD

NO	JENIS KELENGKAPAN	PRATAMA	MADYA	UTAMA
1	Gedung	Permanen	Permanen	Permanen
2	Kondisi udara untuk laboratorium	menggunakan <i>exhaust</i> dan/atau <i>Air Conditioner</i> untuk menjaga suhu 20-24° C	menggunakan <i>exhaust</i> dan/atau <i>Air Conditioner</i> untuk menjaga suhu 20-24° C	menggunakan <i>exhaust</i> dan/atau <i>Air Conditioner</i> untuk menjaga suhu 20-24° C
3	Penerangan (lampu)	5 watt/m ²	5 watt/m ²	5 watt/m ²
4	Air mengalir, bersih	50 L/pekerja/hari	50 L/pekerja/hari	50 L/pekerja/hari
5	Daya listrik	1700 W	2700 W	2700 W
6	Tata ruang Alur tata ruang harus sesuai dengan alur kegiatan yang memenuhi standar kualitas.	Luas keseluruhan = 108 m ²	Luas keseluruhan = 300 m ²	Luas keseluruhan = 600 m ²
	a. Ruang pelayanan donor	(m ²)	(m ²)	(m ²)
	• Ruang tunggu donor	10	20	24
	• Ruang seleksi donor	6	18	10
	• Ruang pemeriksaan oleh dokter	6	18	24
	• Ruang pengambilan darah	2 kursi donor	5 kursi donor	8 kursi donor
	• Ruang konseling	4	6	6
	• Ruang pemulihan donor	8	6	10
	• Ruang pemulihan donor	6	15	24
	• <i>Pantry</i>	6	8	10

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD		Halaman 2 dari 11 Nomor : UDDP-PK-L4-004 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang dan Monitoring Evaluasi	

NO	JENIS KELENGKAPAN	PRATAMA	MADYA	UTAMA
	b. Ruang laboratorium • Ruang laboratorium uji saring • Ruang laboratorium serologi • Ruang produksi komponen	20 12 20	20 24 40	24 30 50
	c. Ruang penyimpanan darah • Ruang penyimpanan darah • Ruang penyimpanan darah karantina	(m ²) 8 4	(m ²) 10 6	(m ²) 20 10
	d. Ruang distribusi • Ruang tunggu permintaan darah	9	10	20
	e. Ruang administrasi • Ruang kepala UDD • Ruang staf administrasi • Gudang logistik (perkantoran dan bahan habis pakai)	9 15 6	10 20 15	10 30 20
	f. Ruang pertemuan (khusus untuk UDD di RS, ruangan ini dapat bergabung dengan ruang pertemuan rumah sakit)	35	50	50

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD		Halaman 3 dari 11 Nomor : UDDP-PK-L4-004 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang dan Monitoring Evaluasi	

NO	JENIS KELENGKAPAN	PRATAMA	MADYA	UTAMA
	g. Kamar mandi/WC	8	12	15
7	Fasilitas pembuangan limbah a. Tempat penampungan/pengolahan limbah cair (limbah biologis) /padat b. Sistem pembuangan limbah	Insinerator atau kerjasama dengan RS/perusahaan yang memiliki izin mengelola limbah Tersedia SPO	Insinerator atau kerjasama dengan RS/perusahaan yang memiliki izin mengelola limbah Tersedia SPO	Insinerator atau kerjasama dengan RS/perusahaan yang memiliki izin mengelola limbah Tersedia SPO
8	Sarana penunjang - Komputer - Printer - Alat tulis kantor - Mobil donor - Kendaraan roda dua untuk distribusi darah - Genset	1 buah 1 buah Secukupnya 1 buah 1 buah 1 buah	2 buah 1 buah Secukupnya 1 buah 1 buah 1 buah	3 buah 1 buah Secukupnya 2 buah 1 buah 1 buah

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD		Halaman 4 dari 11 Nomor : UDDP-PK-L4-004 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang dan Monitoring Evaluasi	

II. PERSYARATAN MINIMAL PERALATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI UDD TINGKAT PRATAMA/MADYA/UTAMA

NO	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH					
		Gedung UDD			Mobile Unit		
		Pratama	Madya	Utama	Pratama	Madya	Utama
1.	Perlengkapan seleksi donor						
1.1	Peralatan :						
	Timbangan badan	1 buah	1 buah	2 buah	1 buah	1 buah	2 buah
	Beaker glass ukuran 30 ml dan wadah CuSO ₄	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	1 buah	2 buah
	Tempat kapas stainless steel	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	1 buah	2 buah
	Termos, wadah untuk menyimpan antisera	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
	Wadah limbah infeksius	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
	Wadah limbah non infeksius	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	2 buah	3 buah
	Tensimeter dan stetoskop	1 buah	2 buah	2 buah	1 buah	1 buah	2 buah
1.2	Bahan Habis Pakai (BHP) :						
	Blood lancet	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Pipet kapiler	1 botol	1 botol	2 botol	1 botol	1 botol	2 botol
	Desinfektan kulit dengan spray	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kaca obyek sekali pakai	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kapas steril	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Ice pack	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kantong limbah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kantong limbah non infeksius	1 botol	2 botol	3 botol	1 botol	1 botol	2 botol
	Sabun desinfektan untuk cuci tangan	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

**FORMULIR
SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD**

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
dan Monitoring Evaluasi

Halaman 5 dari 11
Nomor : UDDP-PK-L4-004
Versi : 002

Tanggal berlaku: 31 Januari 2026
Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

NO	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH					
		Gedung UDD			Mobile Unit		
		Pratama	Madya	Utama	Pratama	Madya	Utama
	Reagensia	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Larutan CuSO ₄ BJ 1.052	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Anti sera anti A, anti B monoklonal	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
2.	Perlengkapan pengambilan darah						
2.1	Peralatan :						
	Tempat tidur statis	2 buah	5 buah	7 buah	-	-	-
	Tempat tidur lipat	-	-	-	2 buah	5 buah	7 buah
	Tensimeter	2 buah	5 buah	7 buah	2 buah	5 buah	7 buah
	Klem/pean	4 buah	6 buah	8 buah	4 buah	6 buah	8 buah
	Pinset	2 buah	4 buah	6 buah	2 buah	4 buah	6 buah
	Haemoscale electric (dengan mixer function)	-	2 buah	4 buah	- buah	2 buah	4 buah
	Hand sealer	1 buah	3 buah	5 buah	1 buah	3 buah	5 buah
	Gunting	2 buah	5 buah	7 buah	2 buah	5 buah	7 buah
	Tempat pinset	2 buah	3 buah	5 buah	1 buah	2 buah	3 buah
	Tempat kassa	1 buah	2 buah	4 buah	1 buah	2 buah	4 buah
	Tempat kapas steril	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	2 buah	3 buah
	Tempat gunting dan pean	2 buah	4 buah	6 buah	2 buah	4 buah	6 buah
	Rak tabung 24 lubang	1 buah	3 buah	6 buah	1 buah	3 buah	6 buah
	Electric sealer	-	1 buah	2 buah	-	1 buah	2 buah
	Wadah limbah infeksius	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	2 buah	3 buah
	Wadah limbah non infeksius	1 buah	2 buah	3 buah	1 buah	2 buah	3 buah

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD		Halaman 6 dari 11 Nomor : UDDP-PK-L4-004 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang dan Monitoring Evaluasi	

NO	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH					
		Gedung UDD			Mobile Unit		
		Pratama	Madya	Utama	Pratama	Madya	Utama
	Tempat limbah padat infeksius (tajam)	1 buah	3 buah	5 buah	1 buah	2 buah	3 buah
2.2	Bahan habis pakai :						
	Kantong darah <i>single, double, triple</i>	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kantong darah <i>pediatric</i>	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Sarung tangan	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Desinfektan kulit	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kassa steril	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Tabung reaksi dengan tutup ulir untuk contoh darah	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Plester medis	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kantong limbah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kantong limbah non infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Desinfektan peralatan	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya



No.	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH		
		PRATAMA	MADYA	UTAMA

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD		Halaman 7 dari 11 Nomor : UDDP-PK-L4-004 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang dan Monitoring Evaluasi	

No.	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH		
		PRATAMA	MADYA	UTAMA
3.	Perlengkapan Penyimpanan Darah			
	<i>Blood bank refrigerator</i> karantina	1 buah, ukuran sesuai kebutuhan	2 buah, ukuran sesuai kebutuhan	3 buah, ukuran sesuai kebutuhan
	<i>Blood bank refrigerator</i> darah siap pakai	1 buah, ukuran sesuai kebutuhan	2 buah, ukuran sesuai kebutuhan	4 buah, ukuran sesuai kebutuhan
	Peti pendingin darah/ <i>cool box</i> untuk <i>mobile unit</i> (25 - 50 kantong)	1 buah	1 buah	2 buah
	Peti pendingin darah/ <i>cool box</i> untuk ruangan (2 - 5 kantong)	2 buah	4 buah	6 buah
	Termometer kontrol	2 buah	3 buah	4 buah
	Lembar pencatatan suhu	2 buah	3 buah	4 buah
4.	Perlengkapan Laboratorium Serologi			
4.1	Peralatan :			
	<i>Serological centrifuge</i> untuk tube 12x75 mm	1 buah	2 buah	3 buah
	<i>Medical refrigerator</i>	1 buah	2 buah	3 buah
	Inkubator (<i>dry incubator</i>)	-	1 buah	2 buah
	Mikroskop	1 buah	1 buah	1 buah
	Tabung reaksi kaca yang dilapisi silikon atau sekali pakai ukuran 12x75 mm dan rak tabungnya	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	<i>Blood grouping plate</i>	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Pipet Pasteur ukuran 1 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	<i>Adjustable micropipet</i> ukuran 5 - 50 µl	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Labu semprot	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Timer	1 buah	2 buah	3 buah

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD		Halaman 8 dari 11 Nomor : UDDP-PK-L4-004 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang dan Monitoring Evaluasi	

No.	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH		
		PRATAMA	MADYA	UTAMA
	Wadah bilas pipet Pasteur	2 buah	4 buah	6 buah
	Gunting	2 buah	4 buah	7 buah
	Kaca objek	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Ember kecil untuk limbah cair	2 buah	3 buah	5 buah
	Wadah limbah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Wadah limbah non infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya
4.2	Bahan Habis Pakai :			
	Kantong limbah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kantong limbah non infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kertas saring	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Tissue	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Parafilm	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Tip kuning	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Sarung tangan	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Desinfektan instrumen	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Reagensia :			
	Antisera A, B, D IgM monoklonal @10 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Bovine Albumin 22% @ 10 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Anti Human Globulin @ 10 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Anti D IgG @ 10 ml	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Tes Sel Standar A, B, O (dibuat sendiri)	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	NaCl 0,9 %	secukupnya	secukupnya	secukupnya
5.	Pengolahan Komponen Darah			



Unit Donor Darah Pusat

FORMULIR
SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD

Bidang
Pembinaan dan Mutu

Sub. Bidang
dan Monitoring Evaluasi

Halaman 9 dari 11
Nomor : UDDP-PK-L4-004
Versi : 002
Tanggal berlaku: 31 Januari 2026
Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028

No.	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH		
		PRATAMA	MADYA	UTAMA
5.1	Peralatan :			
	Hand Sealer	1 buah	3 buah	5 buah
	Electric Sealer	-	1 buah	2 buah
	Timbangan darah	1 buah	2 buah	4 buah
	Balance	1 buah	2 buah	4 buah
	Refrigerated Centrifuge	1 buah	2 buah	3 buah
	Plasma Extractor	1 buah	3 buah	5 buah
	Klem	2 buah	4 buah	6 buah
	Gunting	2 buah	4 buah	6 buah
	Platelet agitator dan inkubator	1 platelet agitator	2 platelet agitator	2 platelet agitator
	Tempat sampah infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Tempat sampah non infeksius	secukupnya	secukupnya	secukupnya
5.2	Bahan dan alat habis pakai :			
	Pipet kapiler	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Kapas	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Alkohol 70%	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	NaCl 0,9%	secukupnya	secukupnya	secukupnya
6.	Peralatan Laboratorium Uji Saring IMLTD			
6.1	Metode Rapid Test (untuk UDD Pratama)			
	Kit anti-HIV, HbsAg, Anti-HCV, Anti-Sifilis	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Tabung raksi ukuran 12x75 mm	secukupnya	secukupnya	secukupnya
	Rak tabung reaksi 40 lubang	secukupnya	secukupnya	secukupnya
6.2	Metode Immuno Assay (untuk UDD Madya)			

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD		Halaman 10 dari 11 Nomor : UDDP-PK-L4-004 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang dan Monitoring Evaluasi	

No.	JENIS KELENGKAPAN	JUMLAH		
		PRATAMA	MADYA	UTAMA
	Alat <i>Immuno Assay</i>		1 buah	1 buah
	Kit anti-HIV, HbsAg, anti-HCV, anti-Sifilis		secukupnya	secukupnya
	Tip kuning		secukupnya	secukupnya
	Tip biru		secukupnya	secukupnya
	Tabung reaksi ukuran 12x75 mm		secukupnya	secukupnya
	Rak tabung reaksi 40 lubang		2 buah	2 buah
	Mikropipet ukuran 5-50 ul		2 buah	2 buah
	Mikropipet ukuran 50-200 ul		2 buah	2 buah
	Mikropipet ukuran 200-1000 ul		2 buah	2 buah
	Timer		2 buah	2 buah
6.3	Metode <i>Nucleic Acid Amplification Technology</i> (untuk UDD Utama)			
	Alat NAT			
	Kit anti-HIV, HbsAg, anti-HCV			1 buah
				secukupnya

JUMLAH MINIMAL TENAGA DI UDD SESUAI KEMAMPUAN PELAYANAN

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR SELF ASSESSMENT SESUAI KLASIFIKASI UDD		Halaman 11 dari 11 Nomor : UDDP-PK-L4-004 Versi : 002 Tanggal berlaku: 31 Januari 2026 Tanggal kaji ulang: 31 Januari 2028
	Bidang Pembinaan dan Mutu	Sub. Bidang dan Monitoring Evaluasi	

NO.	TENAGA UDD	UDD Pratama	UDD Madya	UDD Utama
1	Kepala UDD	1	1	1
2	Staf medis	1	2	4
3	Pelaksana teknis	4	6	8
4	Pelaksana administrasi/keuangan	2	3	4
5	Tenaga penunjang	2	3	4

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :