

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	TATA TERTIB UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 1 dari 1 Nomor : UDDP-PM-L4-002 Versi : 001 Tgl. berlaku : 15 Jan 2024 Tgl. kaji ulang : 15 Jan 2026
	Bidang Litbang & Produksi	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

A. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pemohon (distributor/perusahaan)

1. Mentaati segala persyaratan untuk instal alat sesuai aturan Rumah Tangga UTD Pusat PMI
2. Menyediakan dokumen kualifikasi instalasi dan operasional
3. Pada proses uji pemastian mutu/evaluasi pemohon tidak diperkenankan masuk kedalam laboratorium uji pemastian mutu/evaluasi tanpa seizin petugas uji pemastian mutu/evaluasi (UTD Pusat PMI)
4. Selama proses uji pemastian mutu/evaluasi berlangsung pemohon tidak diperkenankan untuk bertanya tentang hasil pemeriksaan uji pemastian mutu/evaluasi
5. Tidak memaksa petugas UTD Pusat PMI untuk mempercepat waktu uji pemastian mutu/evaluasi (mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh UTD Pusat PMI)
6. Tidak mengajukan penghentian proses pemastian mutu/evaluasi yang sedang berjalan
7. Mengikuti serta menyepakati ketentuan-ketentuan yang diatur di PKS

MASTER

B. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pelaksana (UTDP PMI)

1. Melaksanakan uji pemastian mutu/evaluasi tepat pada waktunya
2. Mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) dan protokol saat uji pemastian mutu/evaluasi
3. Menyediakan dokumen protokol kinerja dan evaluasi
4. Mengikuti tata tertib laboratorium
5. Tidak memberikan informasi apapun terkait hasil uji pemastian mutu/evaluasi saat proses berlangsung
6. Memberitahu segera kepada petugas teknis atau aplikasi dari pemohon yang mendampingi petugas evaluator di UTDP PMI apabila terjadi *troubleshooting* pada alat
7. Mencatat segala informasi terkait proses uji pemastian mutu/evaluasi seperti: kemudahan penggunaan alat, waktu pembacaan hasil, dan lain-lain

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No 1