



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah
Pusat

FORMULIR UJI PEMASTIAN MUTU KANTONG DARAH

Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Pengawasan Mutu

Halaman : 1 dari 6

Nomor : UDDP-PM-L4-005

Versi : 001

Tanggal berlaku : 26/06/2025

Tanggal Kaji ulang : 26/06/2027

Jenis Pemeriksaan	Uraian Penilaian Uji Kualifikasi	Alasan (untuk jawaban tidak sesuai)
I. Pemeriksaan Fisik		
1 a. Warna plastik kantong darah b. Materi plastik adalah PVC (Polyvinyl chloride), DEHP (Di-ethylhexyl phthalate, lihat keterangan pada label kantong utama c. Kemasan kantong mudah dibuka (tanpa digunting)	☐ Transparan ☐ Buram ☐ Lain-lain..... ☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai ☐ Mudah ☐ Sulit	
2 Kantong utama & kantong satelit	☐ Tidak ada lubang, pecahan, kebocoran atau benda asing dalam kantong ☐ Ada lubang, pecahan, kebocoran atau benda asing dalam kantong ☐ Lain - lain..... (mohon diisi jika terdapat hal lainnya)	
3 Sampel pouch a. Tersedia sampel pouch b. Clamp sampel pouch setelah di tutup, tidak / bisa dibuka kembali c. Panjang selang sampel pouch dengan jarum d. Volume sampel pouch	☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Bisa ☐ Tidak bisa ☐ 2 cm ☐ < 2 cm ☐ > 2 cm ☐ 30 - 40 mL ☐ Lain - lainnya	
4 Label pada kantong a. Daya rekat kertas label pada kantong utama & satelit b. Label kantong utama berisi keterangan: - Nama produk dan asal negara / kota - Jenis, komposisi dan volume antikoagulan - Nomor lot kantong - Tanggal kedaluwarsa dari produk - Keterangan jenis kantong (single/double/triple/quadruple) - Keterangan volume kantong utama - Keterangan sterilitas (steril, bebas kuman pirogen, tidak beracun) c. Label kantong satelit berisi keterangan: - Nama produk dan asal negara/kota - Nomor lot kantong	☐ Tidak mudah lepas ☐ Mudah lepas ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada	

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah
Pusat

FORMULIR UJI PEMASTIAN MUTU KANTONG DARAH

Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Pengawasan Mutu

Halaman : 2 dari 6

Nomor : UDDP-PM-L4-005

Versi : 001

Tanggal berlaku : 26/06/2025

Tanggal Kaji ulang : 26/06/2027

- Tanggal kedaluwarsa dari produk
- Keterangan produk komponen (kantong khusus Platelets)
- Keterangan volume kantong satelit
- Keterangan sterilitas (steril, bebas kuman pirogen, tidak beracun)

☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada

☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada

d. Pada label terdapat kolom isian untuk :

- Nomor donor
- Golongan darah A, B, O
- Tipe rhesus
- Tanggal pengambilan & tanggal kedaluwarsa
- Hasil serologi
- Nama petugas dan tanda tangan/paraf



☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada

☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada

e. Keterangan instruksi kerja kantong

- Suhu penyimpanan kantong
- Periksa Cross-match sebelum transfusi
- Tidak ditambahkan obat pada darah ini
- Homogenkan/campur dengan benar dan segera
- Infus set harus mempunyai filter
- Lihat siklus untuk informasi dosis

☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada
☐ Ada

☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada
☐ Tidak Ada

f. Label kualitas seperti CE Marking

g. Terdapat simbol pada label kantong (ISO : 15223-1:2007) :



One person per container



One lot per container



One lot per container



One lot per container



One lot per container



One lot per container



One lot per container



One lot per container



One lot per container

☐ Ada

☐ Tidak Ada



5. Tubing

6. Selang kantong darah

a. Panjang selang kantong darah

(dari jarum sampai kantong utama)

☐ Mudah dipatahkan

☐ Sulit dipatahkan

☐ > 100 cm

☐ < 100 cm

☐ Lain-lain.....

(mohon diisi jika terdapat hal lainnya)



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah
Pusat

FORMULIR UJI PEMASTIAN MUTU KANTONG DARAH

Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Pengawasan Mutu

Halaman : 3 dari 6

Nomor : UDDP-PM-L4-005

Versi : 001

Tanggal berlaku : 26/06/2025

Tanggal Kaji ulang : 26/06/2027

b. Panjang selang penghubung kantong darah ganda c. Nomor selang - Jumlah nomor kantong pada selang pengambilan - Jumlah nomor kantong pada selang penghubung - Tulisan nomor kantong pada selang - Jarak antara nomor selang yang satu dan lainnya 7. Klik-tip / clamp pada selang kantong a. Terdapat klik-tip / clamp pada selang kantong utama b. Terdapat klik-tip / clamp pada selang kantong satelit	☐ > 50 cm ☐ < 50 cm ☐ Lain-lain..... (mohon diisi jika terdapat hal lainnya) ☐ > 7 buah ☐ < 7 buah ☐ Lain-lain..... (mohon diisi jika terdapat hal lainnya) ☐ > 5 buah ☐ < 5 buah ☐ Lain-lain..... (mohon diisi jika terdapat hal lainnya) ☐ Jelas & berjarak ☐ Tidak jelas ☐ 5 cm ☐ < 5 cm ☐ > 5 cm ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada	
II. Penilaian fungsi kantong		
1. Kondisi selang saat pengambilan/penyadapan a. Kelenturan b. Pemotongan dengan gunting c. Penyerutan dengan <i>hand sealer</i> d. Pengikatan simpul pada selang e. Penyegekan dengan <i>electric sealer</i> 2. Kondisi jarum pada saat proses penyadapan a. Ketajaman jarum b. Permukaan Jarum c. Pengaman jarum d. Penutup jarum bila dibuka e. Penutup jarum setelah ditutup f. Ukuran Jarum 3. Volume darah dan lama penyadapan a. Volume darah untuk kantong tunggal b. Volume darah untuk kantong ganda c. Waktu proses penyadapan	☐ Lentur ☐ Tidak lentur/kaku ☐ Mudah ☐ Tidak Mudah ☐ Mudah/lancar ☐ Tidak Mudah/tidak lancar ☐ Baik ☐ Kurang baik ☐ Mudah merekat ☐ Sulit merekat ☐ Tajam ☐ Kurang tajam ☐ Licin ☐ Kasar ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Mudah ☐ Sulit ☐ Tidak bisa dibuka ☐ Mudah dibuka ☐ 16 G ☐ ≥ 16 G ☐ 250 mL ☐ 350 mL ☐ 350 mL ☐ 450 mL ☐ < 15 menit ☐ > 15 menit ☐ Lain-lain	



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah
Pusat

FORMULIR UJI PEMASTIAN MUTU KANTONG DARAH

Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Pengawasan Mutu

Halaman : 4 dari 6

Nomor : UDDP-PM-L4-005

Versi : 001

Tanggal berlaku : 26/06/2025

Tanggal Kaji ulang : 26/06/2027

d. Kondisi sampel/darah (bila ditemukan)		☐ Darah tidak menggumpal pada kantong maupun selang ☐ Darah menggumpal pada kantong maupun selang ☐ Lain-lain..... (mohon diisi jika terdapat hal lainnya)	
4. Komenitor a. Kesan pendonor saat diambil darahnya b. Kesan petugas pengambilan darah		☐ Tidak ada keluhan ☐ Ada keluhan ☐ Tidak ada keluhan ☐ Ada keluhan	
B. Penyimpanan Darah			
1. Label pada kantong darah a. Daya rekat kantong darah b. Tulisan pada label saat kondisi basah c. Keadaan kantong pada saat penyimpanan • Suhu 2° - 6° C • Suhu -30° C atau -80° C d. Keadaan tubing dan selang saat penyimpanan dengan Suhu -30° C atau -80° C		☐ Tidak mudah lepas pada saat penyimpanan ☐ Mudah lepas pada penyimpanan ☐ Mudah hilang ☐ Tahan hilang ☐ Tidak bocor ☐ Bocor ☐ Tidak bocor ☐ Bocor ☐ Tidak mudah patah ☐ Mudah patah	
C. Pengolahan Darah			
1. Label pada kantong darah a. Lubang penggantung kantong b. Sumbat antara kantong utama dan kantong satelit c. Keadaan kantong darah saat pemutaran		☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Mudah dibuka ☐ Tidak mudah dibuka ☐ Tidak pecah ☐ Mudah pecah	
D. Pengiriman kantong			
1. Kondisi Pengepakan 2. Pelabelan yang terdapat pada dus/kemasan luar a. Nama Produk b. Nomor Batch/Lot c. Tanggal Exp. Date d. Suhu Simpan 3. Dokumentasi a. Berkas/Surat Pengiriman		☐ Tidak Ada kerusakan pada pengepakan ☐ Ada kerusakan pada pengepakan ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Ada ☐ Tidak Ada	



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah
Pusat

FORMULIR UJI PEMASTIAN MUTU
KANTONG DARAH

Manajemen Kualitas

Sub. Bidang
Pengawasan Mutu

Halaman : 5 dari 6

Nomor : UDDP-PM-L4-005

Versi : 001

Tanggal berlaku : 26/06/2025

Tanggal Kaji ulang : 26/06/2027

b. Sertifikat analisa tersedia dengan pengiriman	☐ Ada	☐ Tidak Ada	
c. Packed Insert	☐ Ada	☐ Tidak Ada	
4 Ketahanan Kantong	☐ Minimal 12 bulan	☐ Lebih dari 12 bulan	
E. Pemeriksaan QC Produk Komponen			
1 Darah Lengkap (WB) - Hematologi = Hemoglobin - Hemolisis - Kontaminasi Bakteri	MASTER DOKUMEN TERKENDALI Salinan No :	Hasil	Nilai standar
2 Sel Darah Merah Pekat (PRC) - Hematologi - Hemoglobin - Hematokrit - Kontaminasi Bakteri			
3 Trombosit Pekat (TC) - Hematologi : - Kadar Trombosit - Kadar Leukosit - Keasaman (Ph) - Kontaminasi Bakteri			
4 Plasma Segar Beku (FFP) - Hematologi : - Kadar Leukosit - Kadar Eritrosit - Kadar Trombosit - Faktor VIII - Kontaminasi Bakteri			

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	FORMULIR UJI PEMASTIAN MUTU KANTONG DARAH		Halaman : 6 dari 6 Nomor : UDDP-PM-L4-005 Versi : 001 Tanggal berlaku : 26/06/2025 Tanggal Kaji ulang : 26/06/2027
	Manajemen Kualitas	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

Kesimpulan Temuan		
Nama Petugas		Hari/Tanggal: Paraf
Nama Manager Kualitas		Hari/Tanggal: Paraf

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :