

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	PERSYARATAN UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 1 dari 1 Nomor : UDDP-PM-L4-001 Versi : 002 Tgl. berlaku : 27 Feb 2026 Tgl. kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

1. Melengkapi dokumen-dokumen yang meliputi:
 - Surat pendaftaran alat dari badan milik pemerintah yang berwenang (AKL atau AKD)
 - Izin Distribusi Alat Kesehatan (IDAK)
 - Surat sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan atau *Good Manufacturing Practice* (GMP) untuk *principle*
 - Surat sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) untuk distributor
 - Sertifikat terkait dari badan internasional
 - Spesifikasi alat dan/atau BHP
 - Hasil uji kualitas produk dari pabrik (*Kit insert*)
 - Buku manual operasional alat dan/atau BHP
 - Dokumen Kualifikasi Instalasi (KI), Kualifikasi Operasional (KO), dan Kualifikasi Kinerja (KK) dari pabrik alat sebagai dokumen uji kualifikasi.
 - Populasi data penggunaan alat dan/atau BHP (lokal/internasional).
2. Melengkapi pembayaran pemastian mutu yang besarnya akan diinformasikan kemudian.
3. Pemohon (distributor/perusahaan) mengutus 1 (satu) orang petugas teknis atau petugas aplikasi untuk mendampingi proses pemastian mutu (untukantisipasi bila terjadi kerusakan pada alat).
4. Apabila terjadi kerusakan pada alat harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 1 (satu) minggu dan harus segera dilakukan perbaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah kerusakan.
5. Apabila ada kegagalan produk terkait alat dan/atau BHP yang digunakan untuk pemastian mutu maka segera melakukan penarikan dengan menyertakan surat keterangan dari pabrik dan menggantinya.
6. Apabila terjadi kegagalan pemeriksaan pemastian mutu, BHP menjadi tanggungan pemohon (distributor/ perusahaan).
7. Apabila proses pemastian mutu telah selesai maka pemohon wajib melakukan penarikan alat maksimal 1 (satu) bulan terhitung tanggal surat keterangan hasil dikeluarkan.
8. Alat dan/atau BHP yang dinyatakan lulus uji pemastian mutu akan mendapatkan Surat Keterangan Pemastian mutu dari UDD Pusat PMI yang masa berlakunya tiga (3) tahun.
9. Apabila surat keterangan hasil uji pemastian mutu telah habis masa berlakunya (3 tahun), pemohon wajib melakukan permohonan uji pemastian mutu ulang.
10. Apabila terdapat perubahan pada spesifikasi alat, komposisi reagen, dan/atau parameter pengoperasiannya pemohon wajib menginformasikan ke UDD Pusat PMI.
11. UDD Pusat PMI akan melakukan monitoring terkait alat dan/atau BHP yang telah dilakukan pemastian mutu kepada UDD di seluruh Indonesia.
12. Surat keterangan hasil uji pemastian mutu dari UDD Pusat PMI dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Perubahan distributor alat dan/atau BHP terkait
 - b. Surat keterangan hasil uji pemastian mutu telah habis masa berlakunya
13. Surat keterangan hasil uji pemastian mutu hanya berlaku di lingkungan UDD PMI, tidak untuk instansi lainnya seperti Unit Pengelola Darah Rumah Sakit (UPD RS) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

DIKONTROL TERKENDALI

No.: