

 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	TATA TERTIB UJI PEMASTIAN MUTU ALAT DAN/ATAU BAHAN HABIS PAKAI (BHP)		Halaman : 1 dari 1 Nomor : UDDP-PM-L4-002 Versi : 002 Tgl. berlaku : 27 Feb 2026 Tgl. kaji ulang : 27 Feb 2028
	Manajemen Kualitas	Sub. Bidang Pengawasan Mutu	

A. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pemohon (distributor/perusahaan)

1. Mentaati segala persyaratan untuk instalasi alat sesuai aturan UDD Pusat PMI
2. Melengkapi pembayaran sesuai dengan RAB dan sebelum proses uji pemastian mutu dimulai
3. Menyediakan dokumen kualifikasi instalasi dan operasional
4. Pada proses uji pemastian mutu pemohon tidak diperkenankan masuk kedalam laboratorium pemastian mutu tanpa seizin petugas Sub Bidang Pengawasan Mutu (UDD Pusat PMI)
5. Selama proses uji pemastian mutu berlangsung pemohon tidak diperkenankan untuk bertanya tentang hasil pemeriksaan uji pemastian mutu
6. Tidak memaksa petugas UDD Pusat PMI untuk mempercepat waktu pemastian mutu (mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh UDD Pusat PMI)
7. Tidak mengajukan penghentian proses uji pemastian mutu yang sedang berjalan
8. Mengikuti serta menyepakati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam proses uji pemastian mutu di UDD Pusat PMI
9. Melakukan *uninstall* alat setelah proses uji pemastian mutu selesai

B. Hal-hal yang harus ditaati oleh tim pelaksana (UDD Pusat PMI)

1. Melaksanakan uji pemastian mutu tepat pada waktunya
2. Mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) dan protokol uji pemastian mutu terkait
3. Menyediakan dokumen protokol uji pemastian mutu
4. Mengikuti tata tertib laboratorium
5. Tidak memberikan informasi apapun terkait hasil uji pemastian mutu saat proses berlangsung
6. Memberitahu segera kepada petugas teknis atau aplikasi dari pemohon yang mendampingi petugas di UDD Pusat PMI apabila terjadi *troubleshooting* pada alat
7. Mendokumentasikan uji pemastian mutu alat dan/atau BHP terkait

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :